

EXP. A/SUM-023990/2018

CERTIFICADO

D. Jaime Ortega Alonso, Secretario de la Mesa de Contratación del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

La Mesa de Contratación del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (Decreto 49/2003, de 3 de Abril), en su reunión de fecha 12 de diciembre de 2018 ha acordado admitir y excluir a los Licitadores que se relacionan a continuación para concurrir al procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de criterios tramitado para la adjudicación del contrato denominado "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ECOCARDIOGRAFO PARA EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN".

PLICA	LICITADORES	RESULTADO DE LA CALIFICCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN (Con indicación de los motivos de su exclusión)
1	PHILIPS IBÉRICA, S.A.U.	EXCLUIDO, * La oferta presenta el modelo EPIQ 7 C. La oferta no cumple las exigencias del pliego, ya que en las "Características técnicas mínimas" en el apartado 5 se exigen 3 sondas: sectorial, transtorácica y transesofágica. La oferta solamente incluye dos sondas: Transductor transesofágico modelo x7-2t y transductor modelo X5-1 que realiza las funciones transtorácica y sectorial. En el apartado 4 conectividad y almacenamiento se solicita que se debe tener compatibilidad completa con base de datos e imágenes en formato Raw Data con servidor estación de trabajo existente para post-procesado y cuantificación avanzada de los estudios adquiridos. O es su defecto, proporcionar un sistema equivalente al existente en el centro (PACS servidor + 25 Estaciones de postproceso + visor Web). No se incluye en la oferta.
2	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U	ADMITIDO.

Madrid, 18 de diciembre de 2018.
EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: Jaime Ortega Alonso



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1001181781878089596008**