



Hospital Universitario
Ramón y Cajal
Comunidad de Madrid
SERVICIO DE SUMINISTROS

SUMC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO 24

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1	1	297276	JERINGA PRECARGADA SUERO SALINO CONO-LUER 3 ML	- Jeringa de un solo uso transparente, precargada 3ml y 10ml de cloruro salino 0,9% estéril y apirogena.	Nº muestras: <input checked="" type="checkbox"/> SI (10 udes/ nº orden) <input type="checkbox"/> NO
	2	274255	JERINGA PRECARGADA SUERO SALINO CONO-LUER 10 ML	- Cono luer-lock compatible con cualquier conector vascular. Con tapón protector de fácil manejo - Un cuerpo de polipropileno, con escala medidora de lectura nítida e imborrable, ligeramente siliconado/lubricado en su interior. - Sistema seguridad que impida salida del embolo - Exenta de látex. - Envasado Individual - Jeringa con sistema que evite el efecto reflujo al desconectarla del catéter.	Certificado de exención de látex: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
				Aplicaciones: Lavado accesos vasculares venosos	

ANEXO:

- En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de la referencia de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
- Cada uno de los artículos incluidos en este Procedimiento deberá reunir:
☒ Las condiciones exigidas en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de Octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.
☒ Certificado de Exención de látex.
- Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna.
 - Muestras: **SI (VER COLUMNA MUESTRAS)**. En caso de ser necesarias un mayor nº de unidades para completar el informe técnico correspondiente podrían ser solicitadas con anterioridad.El procedimiento será:
 - Entregar las muestras en el Almacén del HOSPITAL RAMON Y CAJAL (control de almacenes planta -4 dcha).
 - Cada licitador deberá entregar en Almacén junto con las muestras dos relaciones en donde aparezca Indicado lo siguiente:
 - Nº Procedimiento.
 - Nº de Lote – Orden.
 - Nombre del proveedor.
 - Al entregar en Almacén las muestras le sellarán las 2 copias, una de ellas se quedará en el Almacén, y la otra copia sellada será entregada al Proveedor.
 - Las muestras deben estar bien identificadas con su número de lote, orden y referencia de la misma, siendo desestimadas las que no cumplan con estos requisitos.
- Etiquetado en el que figure:
 - a. La denominación del artículo.
 - b. El método de esterilización utilizado.
 - c. Las fechas de caducidad del producto.
 - d. El número de lote.
 - e. La referencia comercial.
 - f. Marcado CE.
 - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
- Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.
- El adjudicatario se compromete a firmar el documento anexo de compromiso medioambiental de proveedores y subcontratistas.

P.A. 2016000018
Suministro de jeringas precargadas



SaludMadrid

**Hospital Universitario
Ramón y Cajal**
 **Comunidad de Madrid**
SERVICIO DE SUMINISTROS
SUMC

**ANEXO AL PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS**

ANEXO 25

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (18 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA incluido)	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)	BASE IMPONIBLE	TOTAL IVA (21 %)
1	1	297276	JERINGA PRECARGADA SUERO SALINO CONO-LUER 3 ML	UNIDAD	716.760	0,26950	193.166,82	159.642,00	33.524,82
1	2	274255	JERINGA PRECARGADA SUERO SALINO CONO LUER 10 ML	UNIDAD	10.080	0,66710	6.724,37	5.557,33	1.167,04
TOTAL LOTE 1:							199.891,19	165.199,33	34.691,86

IMPORTE TOTAL:	199.891,19	165.199,33	34.691,86
-----------------------	-------------------	-------------------	------------------