

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Nº EXPEDIENTE: PA 63/2015

**“SUMINISTRO DE LENTES INTRAOCULARES PARA EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA”**



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE “SUMINISTRO DE LENTES INTRAOCULARES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO (PA 63/2015)

Este Pliego de Prescripciones Técnicas habrá de regir la ejecución de la prestación del *suministro* cuyo objeto a continuación se indica, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece el TRLCSP. El plazo de ejecución será de **24 meses** y el presupuesto de licitación es **208.630,40 €**, siendo la base imponible **189.664,00 €** y el I.V.A (10%) **18.966,40 €**.

1.- OBJETO

El presente pliego tiene por objeto la adquisición de **SUMINISTRO DE LENTES INTRAOCULARES** con destino al **HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA DE LEGANÉS**, según las características particulares y en las cantidades estimadas, precios máximos y características generales que se encuentran definidos a continuación.

2.- CANTIDADES, PRECIOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LOTE 1.- LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE CAMARA POSTERIOR MONOFOCAL ASFERICA ACRILICA HIDROFILA MONOBLOQUE MICROINCISION.

LOTE Nº	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. SIN IVA	CTDAD.	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
1	PL0020	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE CAMARA POSTERIOR MONOFOCAL ASFERICA ACRILICA HIDROFILA MONOBLOQUE MICROINCISION	70,00	2.200	154.000,00	10	15.400,00	169.400,00

TOTAL:	154.000,00
IVA:	15.400,00
IMPORTE TOTAL	169.400,00

CONDICIONES TÉCNICAS:

- Lente intraocular de material acrílico 26%, hidrofílica, monobloque
- Filtro UV y/o luz azul
- Diámetro entre 11,00 y 10,5mm., según la potencia
- Óptica de 6mm., con superficie anterior y posterior esféricas biconvexas y bordes cuadrados, índice de refracción de 1,46. Cuatro hápticos en asa, con 0° de angulación.
- Sistema de plegado e inyección incluido.
- Inyectable a través de incisión <= 1.8
- Envase individual, estéril, de fácil manipulación, con indicación clara de las características de la lente y etiquetas autoadhesivas en número superior a 8.



- Amplia gama de potencias, incluyendo potencias bajas y negativas, admitiéndose variantes para dichas potencias.
- Posibilidad de actualización de modelos, manteniendo las condiciones económicas.

LOTE 2.- LENTE INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR MONOFOCAL ASFERICA ACRILICA HIDROFOBA- MONOBLOQUE PRECARGADA.

LOTE N°	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. SIN IVA	CTDAD.	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
2	PL0017	LENTE INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR MONOFOCAL ASFÉRICA ACRÍLICA HIDROFOBA, MONOBLOQUE PRECARGADA	82,00	300	24.600,00	10	2.460,00	27.060,00

TOTAL:	24.600,00
IVA:	2.460,00
IMPORTE TOTAL	27.060,00

CONDICIONES TECNICAS:

- Lente esférica acrílica, hidrófoba, monobloque.
- Óptica ≥ 6 mm de borde recto o cuadrado.
- Filtro UV y/o de luz azul.
- Inyectable y precargada.
- Amplio rango de dioptrías disponible.
- Diámetro total $\geq 10,5$ mm.

LOTE 3.- LENTE INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR MONOFOCAL ACRILICA HIDROFOBA- PLEGABLE ACRÍLICA 3 PIEZAS.

LOTE N°	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. SIN IVA	CTDAD.	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
3	PL0024	LENTE INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR MONOFOCAL ACRILICA HIDROFOBA PLEGABLE ACRÍLICA 3 PIEZAS	70,00	120	8.400,00	10	840,00	9.240,00

TOTAL:	8.400,00
IVA:	840,00
IMPORTE TOTAL	9.240,00



CONDICIONES TECNICAS:

- Hidrófoba de alto contenido en agua.
- Filtro UV o de luz azul.
- Plegable o inyectable.
- Óptica $\geq 6\text{mm}$.
- Hápticos de PMMA.
- Angulación $\geq 5^\circ$
- Diámetro total $\geq 12\text{ mm}$.
- Adecuada para la implantación en saco y en sulcus ciliar.
- Amplio rango de dioptrías disponible (al menos de 0 a +30 d).

LOTE 4.- ANILLO TENSIÓN CAPSULAR

LOTE N°	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. SIN IVA	CTDAD.	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
4	F21077	ANILLO TENSIÓN CAPSULAR	16,50	24	396,00	10	39,60	435,60

TOTAL:	396,00
IVA:	39,60
IMPORTE TOTAL	435,60

CONDICIONES TECNICAS:

- Material: PMMA grado médico.
- Alta flexibilidad y resistencia.
- Diámetros de anillos: 10 – 14 mm.
- Orificios posicionados en ambos extremos.

LOTE 5.- IMPLANTE GLAUCOMA

LOTE N°	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. SIN IVA	CTDAD.	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
5	PL0027	IMPLANTE GLAUCOMA NO PERFORANTE INTRAESCLERAR NO REABSORBIBLE	189,00	12	2.268,00	10	226,80	2.494,80

TOTAL:	2.268,00
IVA:	226,80
IMPORTE TOTAL	2.494,80

CONDICIONES TECNICAS:

- Implante diseñado para cirugía no perforante de glaucoma.
- Dimensiones entre 2 y 4.
- Biocompatible
- Material: Acrílico o similar no reabsorbible.

4.- CONDICIONES GENERALES

El adjudicatario estará obligado durante la vigencia del contrato a:

Condiciones generales de ejecución del suministro

El suministro se efectuará en el Almacén General del Hospital U. Severo Ochoa en horario de 08:30h a 13:30h.

Depósito

En los lotes 1, 2, y 3 el adjudicatario creará y mantendrá un depósito en el Hospital de acuerdo con las indicaciones e instrucciones del Servicio de Oftalmología.

Indicarán expresamente en su oferta:

- Compromiso de reposiciones semanales y en casos de urgencias la reposición se hará en un plazo no superior a 24 horas.
- Indicación expresa de los mecanismos de reposición de las lentes deterioradas o de implantación fallida.
- Seguridad en el suministros continuado, con indicación de los Centros Hospitalarios en los que se implanten las lentes ofertadas.

Plazo de Entrega/ reposición

Plazo de entrega / reposición de los productos demandados será en los pedidos ordinarios, como máximo de 72 horas a contar desde el momento de recepción del pedido. Los pedidos calificados como urgentes serán suministrados en las 24 horas siguientes a la recepción del pedido.

Reposición por anomalías y defectos en el suministro.

Caso de detectarse defectos en los productos suministros, el adjudicatario sustituirá en el plazo de 24 horas dichos productos por otros del mismo tipo y con la calidad adjudicada.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

Leganés, a 16 DIC 2015
EL DIRECTOR GERENTE
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

Fdo.: . DOMINGO DEL CACHO MALO



ANEXO

CUADRO DE OFERTAS TECNICAS PRESENTADAS

(ATENCIÓN: Debe ser incluido en el sobre 2A como primera hoja de la oferta técnica)

LOTE AL QUE LICITA	CODIGO INDICADO EN EL PPT <i>(Sólo en el caso que los artículos vengan codificados en el PPT)</i>	DESCRIPCION DEL ART. INDICADA EN EL PPT	BASE O VARIANTE	DESCRIPCION DEL ART. DADA POR EL LICITADOR <i>(Sólo en el caso de que se describa de forma distinta a la indicada en el pliego)</i>	REFERENCIA DEL LICITADOR

