

EXPEDIENTE: 2018-0-222

**PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE
INTERCAMBIADOR DE CALOR PARA EL QUIRÓFANO DE C. CARDÍACA
INFANTIL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.**

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y el artículo 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del ***SUMINISTRO DE INTERCAMBIADOR DE CALOR PARA EL QUIRÓFANO DE C. CARDÍACA INFANTIL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.***

INTERCAMBIADOR DE CALOR

Equipo compuesto de dos tanques independientes de hielo, con regulación independiente de temperatura frío/calor.

Sistema de control de gradientes de temperatura tanto del oxigenador como de la cardioplejia.

Rango de temperatura entre 1°C-40,5°C.

Pantalla táctil con menús analógicos y gráficos de evolución.

Alarmas de todos los parámetros, tanto por exceso como por defecto.

Funcionamiento sin ruido de hasta 4 horas.

Control de presión de flujo.

Limpieza automática del agua del circuito a 90°


Sistema automático de cebado y desburbujeo de todo el circuito

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: NO

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, 15 de octubre de 2018

SUBDIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL
MATERNO INFANTIL



Fdo.: Dr. Santiago Artillo Tembado

SERVICIO DE C. CARDÍACA INF.



Fdo.: Dr. Lorenzo Boni

ANEXO I

ANEXO AL PPT

Requisitos de instalación y mantenimiento

1.-Instalacion

- Los equipos se suministrarán con todos aquellos dispositivos o elementos de interconexión, accesorios de anclaje o fijación necesarios para un total y correcto funcionamiento y obtención de los correspondientes permisos o autorizaciones requeridas por la legislación vigente.
- Los equipos serán montados por el adjudicatario en el local de destino en condiciones de funcionamiento, incluyendo la retirada de elementos de embalaje así como del equipo al que sustituya independientemente de su ubicación en el Centro o en cualquiera de los CEPS adscritos), en caso de que sea necesario.

2.-Informacion del equipo

- El adjudicatario deberá entregar la siguiente documentación en español:
 - Manual de instrucciones y operaciones, en formato electrónico.
 - Manual de mantenimiento, en formato electrónico.
- El adjudicatario deberá actualizar los manuales en español cuando se incorpore alguna modificación a las características del equipo.
- Los equipos se suministrarán con la última versión de software disponible. Se actualizarán los programas ofertados, sin coste adicional, durante el periodo de garantía (incluida ampliación de garantía si ha sido ofertada por el adjudicatario).
- El adjudicatario colaborará con la Unidad de Electromedicina del Hospital en la inclusión de toda la información necesaria de los equipos en el inventario técnico disponible en la Unidad.

3.-Garantía y mantenimiento

- La garantía del equipo incluye durante su vigencia el servicio de mantenimiento en la modalidad “todo incluido con garantía total” y mantenimiento técnico-legal sin coste adicional para el Hospital
- El adjudicatario está obligado a disponer de todos los repuestos, accesorios, componentes, kits, consumibles que puedan ser necesarios para el correcto mantenimiento preventivo, correctivo y técnico-legal durante un periodo mínimo de 10 años.

EXPEDIENTE 2018-0-222
OBJETO:INTERCAMBIADOR DE CALOR PARA EL QUIROFANO DE C.CARDIACA INFANTIL DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	COD. ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL
1	222025	INTERCAMBIADOR DE CALOR	1	30.000,00	30.000,00	6.300,0000	36.300,0000
					30.000,000	6.300,0000	36.300,0000