

EXPEDIENTE: P.A. 33/2018 HUP

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN MICROSCOPIO QUIRÚRGICO PARA EL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

MICROSCOPIO QUIRÚRGICO PARA ORL**CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS**

- Estativo de suelo con sistema rodante
- Todos los componentes de captura, almacenamiento y distribución de imágenes y videos integrados con calidad Full HD
- Sistema zoom eléctrico con factor 1:6
- Distancia de trabajo regulable de forma continua de al menos 207 a 470mm, sin necesidad de cambiar lentes
- Tubo binocular principal con capacidad de movimiento giratorio de 180º
- Sistema de coobservación lateral con tubo binocular recto f170mm
- Sistema de iluminación Xenon 180W conducido por fibra óptica con segunda lámpara de repuesto de similares características a la principal
- Campo de iluminación automáticamente ajustado al campo de visión
- Corrección apocromática en todo el sistema óptico
- Empuñaduras para el control de las funciones del microscopio con botones programables, con un mínimo de 5 funciones programables
- Frenos electromagnéticos para el control y desplazamiento del microscopio
- Pantalla táctil en el estativo como interfaz central para el control y programación de todas las funciones del microscopio
- Capacidad de memorizar parámetros de diferentes usuarios
- Cámara de vídeo de alta resolución HD totalmente interconstruida dentro del equipo, sin cableado externo
- Monitor de vídeo de 22" de alta definición en el estativo con brazo articulado
- Salida (en el estativo) USB para grabación digital de la imagen de vídeo
- Sistema para integración del equipo láser
- Sistema XY



Calle Diego de León, 62
28006 Madrid
Telf.: 91 520 22 00
Fax: 91 520 11 34



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **0927397336658987415422**

PROCEDIMIENTO ABIERTO 33/2018 HUP

Una vez elaborado el pliego de prescripciones técnicas correspondientes al Procedimiento Abierto 33/2018 HUP, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (B.O.E. de 9 de noviembre de 2017), el Director Gerente del Hospital Universitario de la Princesa, en uso de las atribuciones que le confiere la Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, de delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Gerentes de Atención Especializada, Servicio de Urgencias Médicas de Madrid y Centro de Transfusión, apartado primero (B.O.C.M. núm. 76, de 31 de marzo de 2011),

RESUELVE:

Aprobar dichos pliegos para el mencionado Procedimiento Abierto.

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: Fidel ILLANA ROBLES



Calle Diego de León, 62
28006 Madrid
Telf.: 91 520 22 00
Fax: 91 520 11 34

