

EXPEDIENTE:	<b>GCASU1800005</b>
OBJETO:	<b>SUMINISTRO DE SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE SANGRE Y FLUIDOS.</b>

### **TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO**

Celebrada con fecha 25 de julio de 2018 la Mesa de Contratación con el objeto de proceder a la apertura del sobre único que contiene la documentación administrativa y oferta económica del procedimiento abierto simplificado mediante el criterio único referenciado.

Se procede a la apertura de la documentación administrativa de las siguientes empresas que se han presentado a través de la licitación electrónica:

- IZASA HOSPITAL, S.L.U.
- SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.L.U.
- 3M ESPAÑA, S.L.

No habiendo incidencias en la documentación administrativa.

Seguidamente se hace lectura del informe técnico, quedando excluida de la licitación:

- IZASA HOSPITAL, S.L.U.: Se solicita longitud mínima de la línea 150 cms. Y la presenta de 40 cms. Se solicita cámara atrapa burbujas y puerto de extracción de aire, dichas características no figuran en su ficha técnica. En el pliego se especifica que el calentador no deberá estar cerca del paciente y así mismo que no será necesaria la adquisición de ningún producto adicional por parte del hospital. Dada la longitud de 40 cms. del sistema creemos necesario la adquisición de una alargadera que permita acceder al paciente para cumplir lo solicitado.
- SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.L.U.: El equipo necesita calentar agua y se especifica en el pliego de técnicas "sin necesidad de calentar agua o cualquier otro fluido". Se solicita cámara atrapa burbujas y puerto de extracción de aire, dichas características no figuran en su ficha técnica.

El resto de licitadores pasan a la siguiente fase de valoración, apertura de la proposición económica y propuesta de adjudicación.

Divulgándose dichas circunstancias en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Comunidad de Madrid (<http://www.madrid.org/contratospublicos>).

Lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 19.3 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, expido y firmo en San Sebastián de los Reyes a 25 de julio de 2018.

EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN,

Fdo.: Jose Alberto Torcal Ochoa.

**ANEXO**

FICHA VALORACIÓN TÉCNICA

GCASU1800005 Sistemas de calentamiento de sangre y fluidos

**Lote único: Sistemas de calentamiento de sangre y fluidos**

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
3M ESPAÑA S.L.	SI	
SMITHS MEDICAL ESPAÑA S.R.L.	NO	El equipo necesita calentar agua y se especifica en el pliego de técnicas "sin necesidad de calentar agua o cualquier otro fluido". Se solicita cámara atrapa burbujas y puerto de extracción de aire, dichas características no figuran en su ficha técnica.
IZASA HOSPITAL S.L.U.	NO	Se solicita longitud mínima de la línea 150 cms. Y la presenta de 40 cms. Se solicita cámara atrapa burbujas y puerto de extracción de aire, dichas características no figuran en su ficha técnica. En el pliego se especifica que el calentador no deberá estar cerca del paciente y así mismo que no será necesaria la adquisición de ningún producto adicional por parte del hospital. Dada la longitud de 40 cms. del sistema cremos necesario la adquisición de una alargadera que permita acceder al paciente para cumplir lo solicitado.

San Sebastián de los Reyes, 23 de julio de 2018.  
LA RESPONSABLE DE RECURSOS MATERIALES



Fdo.: ANA MARÍA LÓPEZ MARTINEZ