

EXPEDIENTE: 2018-0-159

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE CABLES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS PARA EL QUIRÓFANO DE CIRUGÍA CARDIACA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y el artículo 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del **SUMINISTRO DE CABLES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS PARA EL QUIRÓFANO DE CIRUGÍA CARDIACA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**.

LOTE	ORDEN	CODIGO ARTº	ARTICULO (DESCRIPCIÓN TÉCNICA)
1	1	014361	CABLE ELECTRODO TEMPORAL P/ ESTIMULACION CARDIACA VENTRICULAR. <ul style="list-style-type: none"> Cable electrodo temporal, unipolar, para estimulación cardiaca ventricular, con aguja atraumática curva en un extremo y recta en el otro. Con sistema de fijación por monofilamento espiral.
2	2	017510	EQUIPO DE VAINAS DILATADORAS MECANICAS PARA EXTRACCION DE CABLES Y CATETERES. <p>Equipo compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vainas telescópicas de extracción endovascular, flexibles, con mango en forma de pistola y mecanismo rotacional. Una vaina con mecanismo rotacional para cortar tejido cicatricial alrededor del cable. Diferentes diámetros. <p>Indicación: Para extracción de marcapasos y desfibriladores.</p>
3	3	014405	DISPOSITIVO PARA LA EXTRACCION DE ELECTRODOS <ul style="list-style-type: none"> Dispositivo compuesto de dos mangos en bucle de alambre y un mandril central con un mecanismo de fijación de malla de acero inoxidable con marcador radiopaco que facilite la visibilidad fluoroscópica. Punta flexible de platino-iridio. Compatible con cable de electrodos de diámetro de lumen interno. Longitud de 65 cm.

LOTE	ORDEN	CODIGO ARTº	ARTICULO (DESCRIPCIÓN TÉCNICA)
3	4	014406	KIT DE ACCESORIOS PARA CALIBRAR EL TAMAÑO DEL ELECTRODO <ul style="list-style-type: none"> El sistema de accesorios debe estar compuesto por un expansor de espirales y de al menos dos calibradores de punta.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS:

SI, 1 UNIDAD POR CADA LOTE Y Nº DE ORDEN

- No obstante, durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, 31 de enero de 2019

SUBDIRECTORA MÉDICA
ÁREA QUIRÚRGICA

Fdo: Dra. M^a Concepción Moliner Robredo



J. SERVICIO CIRUGIA CARDIACA

Fdo: Dr. Jose M^a Cortina Romero



ANEXO

EXPEDIENTE 2018-0-159
OBJETO: SUMINISTRO DE CABLES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS PARA EL QUIRÓFANO DE CIRUGÍA CARDIACA

PRESUPUESTO									
LOTE		CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRORROGA 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
1	1	014361	Cable electrodo temporal marcapasos para estimulación cardiaca ventricular	1.700	1.700	18,10	30.770,00	6.461,70	37.231,70
2	2	017510	Equipo de vainas dilatadoras mecánicas para extracción de cables y catéteres	22	22	1.440,00	31.680,00	6.652,80	38.332,80
3	3	014873	Equipo instalación circulación extracorpórea (C.E.C) percutáneo de canulación por femoral	4	4	180,00	720,00	151,20	871,20
4	4	014405	Dispositivo para la extracción de electrodos	22	22	800,00	17.600,00	3.696,00	21.296,00
	5	014406	Kit de accesorios para calibrar el tamaño del electrodo	4	4	180,00	720,00	151,20	871,20
							81.490,00	17.112,90	98.602,90