

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA MOTOR NEUROCIRUGÍA: PERFORADORES, FRESAS Y SIERRAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y el artículo 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del *SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA MOTOR NEUROCIRUGÍA: PERFORADORES, FRESAS Y SIERRAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE*.

Características técnicas:

Lote	Orden	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1	1	Perforador desechable 14-12mm/11mm Perforadores de un solo uso con adaptador de Hudson, compatibles con el adaptador disponible en el Hospital, con paro automático y capacidad para que el cirujano empiece o termine el trépano a demanda, además de ser posible el reinicio del trépano una vez parado. Tamaño 14-12mm/11mm. Presentación en envase individual estéril
	2	Perforador desechable 9-8 mm/5mm Perforadores de un solo uso con adaptador de Hudson, compatibles con el adaptador disponible en el Hospital, con paro automático y capacidad para que el cirujano empiece o termine el trépano a demanda, además de ser posible el reinicio del trépano una vez parado.. Tamaño 9-8 mm/5mm. Presentación en envase individual estéril
2	3	Fresa de Corte y Fresa de Diamante Fresas de Corte:: Longitud de vástago 10 cm; diámetro terminal: 3mm, 4mm, 5mm y 6mm. Fresas de diamante, que incorporan en su zona de trabajo múltiples capas de polvo de carbono (diamante)..Longitud de vástago 10 cm; diámetro terminal 3, 4, 5 y 6mm. Compatibles con adaptador recto y angulado AS10 y AA10, Motor Midas
	4	Fresa para cirugía endoscópica Fresas con mecanismo de irrigación para cirugía endoscópica, con punta de diamante, con diámetro de terminal 3 y 4,5mm. El suministrador deberá incorporar el sistema de irrigación (tubos y conexiones). Compatibles con el conector telescópico AT10 y conector curvo TT12C

Lote	Orden	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
2	5	Sierra de corte Sierras de cortes compatibles con conectores con pie para sierra AF02R de 8 cm de vástago 2,3 mm de diámetro, lisos y dentados.
	6	Fresa Cilíndrica Fresa cilíndrica de longitud 8cm, con diámetro de cabezal de 1,1 mm y stop de profundidad de 4mm compatible con uso en adaptador AS08 disponible en el Hospital para su uso en realización de terraja de tornillos de fijación craneal no autoterrajantes.

El adjudicatario del lote 2 deberá suministrar en cesión un motor completo, con todos los adaptadores necesarios para el uso de los diferentes fungibles, compatible con los sistemas de fresas adquiridos.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: SÍ, 2 UNIDADES POR CADA LOTE/ORDEN

- No obstante, durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.


Madrid, 19 de junio de 2018

Subdirectora Médico del Área Quirúrgica



Fdo: Dra. Moliner Robredo

Jefe de Servicio de Neurocirugía



Fdo: Dr. Lagares Gómez-Abascal

EXPEDIENTE 2018-0-81
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA MOTOR NEUROCIRUGIA

LOTE	ORDEN	COD. ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21 %	IMPORTE TOTAL
1	1	015831	Perforador desechable 14-12mm/11 mm	540	90,00	48.600,00	10.206,0000	58.806,0000
	2	015830	Perforador desechable 9-8 mm/5 mm	160	90,00	14.400,00	3.024,0000	17.424,0000
2	3	061123	Fresa de corte y fresa de diamante	290	105,12	30.484,80	6.401,8080	36.886,6080
	4	063822	Fresa para cirugía endoscópica	30	143,00	4.290,00	900,9000	5.190,9000
	5	060872	Sierras de corte	540	87,60	47.304,00	9.933,8400	57.237,8400
	6	063543	Fresa cilíndrica	60	93,80	5.628,00	1.181,8800	6.809,8800
						150.706,80	31.648,43	182.355,23