

HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO A/SUM-019556/2021

ADQUISICIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE TÉCNICAS ANALÍTICAS DE HEMATOLOGÍA



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE TÉCNICAS ANALÍTICAS DE HEMATOLOGÍA

1. DETERMINACIONES Y CONSUMOS

Técnica	Nº Unidades	Precio Ud (Sin IVA)	Precio Ud (Con IVA)	Base Imponible	IVA	Importe Total
Reticulocitos	1.000	1,80	2,178	1.800,00	378,00	2.178,00
Hemogramas	60.000	0,49	0,5929	29.400,00	6.174,00	35.574,00

2. CONDICIONES

2.1 Reactivos

En la oferta deberán incluirse los reactivos precisos para la realización de las determinaciones, así como el material necesario para el correcto funcionamiento de los equipos en los que se realicen dichas técnicas, incluyendo controles, calibradores, diluyentes, etc., y cualquier tipo de material fungible. Todo el material suministrado (reactivos, controles, calibradores, etc.) deberá contar con una caducidad adecuada al uso previsto debiendo cumplir la normativa específica europea.

Se valorará específicamente el compromiso de dotación de Control de Calidad externo realizado por Empresa independiente.

2.2 Equipos

Los licitadores incluirán en su oferta la cesión de dos analizadores automáticos. Uno para Hemogramas de carga asistencial normal o de rutina y otro para el Laboratorio de Urgencias que deberán reunir las siguientes características:

- Aportar tecnología adecuada al momento actual, basada en métodos citoquímicos y/o no citoquímicos: Fluorescencia, Impedancia y Radiofrecuencia.
- Al menos uno de los equipos debe disponer de tecnología adecuada para la realización de Reticulocitos.
- Ambos analizadores deberán incluir una conexión al SIL (Sistema Informático del Laboratorio).
- Deberán permitir el trabajo tanto con tubo abierto, como con tubo cerrado.
- Indispensable lector de código de barras de los tubos.
- Sistema automático de carga continua de muestras en ambos autoanalizadores.
- Velocidad mínima de trabajo 60-70 muestras/hora.
- Realización e informe de cinco poblaciones en el hemograma.
- Deberá contar con impresora para informes y SAI cada uno de ellos.



- Los dos analizadores deberán utilizar los mismos tipos de controles, calibradores, diluyentes, etc.
- El mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos será por cuenta del adjudicatario con el compromiso, de realizar cursos de formación al personal del laboratorio.
- Incorporación de los posibles avances tecnológicos que pudieran aparecer, tanto en software como en el hardware de los equipos.
- Se valorará específicamente los horarios y forma de atención del Servicio Técnico que deberá ir detallado y pormenorizado.
- Todo el material suministrado deberá cumplir con la normativa europea vigente (CE)

3. **DURACIÓN DEL CONTRATO**

24 meses



Elaborado el Pliego de Prescripciones Técnicas correspondiente al Procedimiento Abierto Simplificado de suministros N° A/SUM-019556/2021 (adquisición de material necesario para la realización de técnicas analíticas de Hematología y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 124, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación del Hospital Universitario Santa Cristina

RESUELVE

Aprobar el presente Pliego de Prescripciones Técnicas para el suministro de material necesario para la realización de técnicas analíticas de Hematología en el Hospital Universitario Santa Cristina (P.A.S. A/SUM-019556/2021).

Firmado digitalmente por: CEÑAL PÉREZ GUILLERMO
Fecha: 2021.05.28 13:42

