



Hospital Clínico
San Carlos

**PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS RELATIVO A LA CONTRATACION DEL
SUMINISTRO DE SISTEMA DE REPARACIÓN DE LA VÁLVULA MITRAL,**

MITRACLIP ®

PNSP 2017-1-026

1. DEFINICION DEL OBJETO. LOTE/ITEM/NOMBRE DEL ARTÍCULO

| LOTE | NOMBRE DEL ARTICULO |
|------|--|
| 1.1 | SISTEMA DE REPARACIÓN PERCUTÁNEA DE LA VÁLVULA MITRAL, MITRACLIP ® |
| 1.2 | CLIPS COMPLEMENTARIOS |

2. DESCRIPCIONES TECNICAS DE LOS ARTICULOS

| LOTE | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------|--------|---|
| 1.1 | 324595 | SISTEMA DE REPARACIÓN PERCUTÁNEA DE LA VÁLVULA MITRAL, MITRACLIP® <ul style="list-style-type: none">- El sistema consta de dos partes: un sistema de implantación de grapas que incluye una grapa implantable (dispositivo Mitraclip ®), un manguito dirigible y un catéter de implantación; y un catéter guía dirigible que incluye un dilatador.- Accesorios: estabilizador, elevador y placa de soporte. |
| 1.2 | 324595 | CLIPS COMPLEMENTARIOS <ul style="list-style-type: none">- Clips complementarios al sistema Mitraclip®. |

En Madrid, a 26 de Junio del 2017

Fdo.: Dr. Antonio Fernández Ortiz

Jefe de Unidad Hemodinámica