

EXPEDIENTE: 2018-0-90

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PROCEDIMIENTOS DE TROMBECTOMIA DE VASOS CEREBRALES SECCION NEURORADIOLOGIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y el artículo 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del **SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PROCEDIMIENTOS DE TROMBECTOMIA DE VASOS CEREBRALES SECCION NEURORADIOLOGIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.**

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO
1	Dispositivo recuperador de trombos de vasos cerebrales. El stent debe ser de mallado doble altamente radiopaco y con alta fuerza radial. Sistema de control del diámetro durante el procedimiento para ajustarse al diámetro del vaso y aumentar la efectividad del procedimiento. Los diámetros del dispositivo deben variar entre 1.5 y 6 mm. compatible con microcatéteres de 0.017" y 0.021".
2	Stent-Retriever con control externo ajustable manualmente desde el exterior sobre el diámetro y la fuerza radial del stent durante el procedimiento de trombectomía. El stent se debe ajustar a cualquier diámetro y longitud. El despliegue y expansión del cuerpo central debe ser recto. El mecanismo manual debe tener autobloqueo después de la expansión del stent. Las medidas de los vasos a tratar don entre 1,5 y 6 mm.
3	Dispositivo para Remodeling en tratamiento de aneurismas cerebrales, mallado de celda cerrada de nitinol, altamente radiopaco y retirable tras procedimiento. Con control de adaptación al diámetro del vaso y control del mismo durante todo el procedimiento. Compatible con microcatéter 0.017" y 0.021". Se debe adaptar a vasos de diámetro de 3 a 4,5 mm de diámetro y el dispositivo debe tener longitud entre 18 y 32 mm.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: NO

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, 20 de septiembre de 2018

SUBDIRECTORA MÉDICA
DE SERVICIOS CENTRALES

SUBDIRECTOR MEDICO
AREA MEDICA

Fdo.: Dr. Francisco Rivas Clemente

Fdo.: Dra. Ramos Rodríguez

JEFE SERVICIO DE RADIOLOGÍA

Fdo: Dr. Albillos Merino

MEDICO ADJUNTO NEURORADIOLOGÍA

Fdo: Dr. Jorge Campollo

EXPEDIENTE:2018-0-90
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PROCEDIMIENTOS DE TROMBECTOMIA DE VASOS CEREBRALES SECCION NEURORRADIOLOGIA

			PRESUPUESTO				
LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 12 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 10%	IVA 21%	IMPORTE TOTAL
1	DISPOSITIVO REVASCULARIZACION P/TROMBECTONIA VASOS CEREBRALES DE 17 Y 34 MM	15	3.600,00	54.000,00		11.340,00	65.340,00
2	STENT RETRIEVER P/PROCEDIMIENTOS DE TROMBECTOMIA	15	3.525,00	52.875,00	5.287,50		58.162,50
3	DISPOSITIVO PARA REMODELACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE ANEURISMAS DE VASOS CEREBRALES	3	1.600,00	4.800,00		1.008,00	5.808,00
				111.675,00	5.287,50	12.348,00	129.310,50