

EXPEDIENTE: 2017-0-60

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES RELATIVO A LA CONTRATACION DEL *SUMINISTRO DE MANTAS DE HIPERTERMIA DESECHABLES PARA PEDIATRIA* DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con los artículos 116 del TRLCSP, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del *SUMINISTRO DE MANTAS DE HIPERTERMIA DESECHABLES PARA PEDIATRIA* con destino al Hospital Universitario “12 de Octubre”.

LOTE	ORDEN	CODIGO ARTº	ARTICULO (DESCRIPCIÓN TECNICA)
			<p>Manta de hipertermia desechable:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cobertor de material de polipropileno flexible, suave y ligero, con al menos 2 capas, la superior debe ser de un material impermeable a líquidos que permita una perfecta adaptación al paciente, sin crear espacios que permitan pérdida de calor. • Inflado rápido (no más de 30 segundos) • Material ignífugo, resistente a cortes. • Conexión a tobera con mecanismo de retención que evite cualquier posibilidad de desconexión accidental. • Fácilmente manipulable durante toda la intervención (con fáciles accesos a zona torácica y abdominal para una rápida y fácil revisión de los drenajes, así como el chequeo de arterias y pulso en los pies y extremidades inferiores). • La estructura del cobertor debe presentarse en celdas que permitan una distribución uniforme, rápida y constante del aire caliente, minimizando las diferencias de temperatura en las diversas zonas. • De material radiotransparente que no interfiera con los rayos X. • Zona de conexión con la tobera de la máquina reforzada que evite rasgados de la manta. • Exención de látex del producto y que sea reflejado en el etiquetado. <p>Indicaciones: Prevención y tratamiento de pacientes con hipotermia en el área quirúrgica o cuidados intensivos.</p>
1	1		<p>Manta de hipertermia desechable neonatal bajera con evacuación de fluidos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manta bajo paciente donde asiente todo el cuerpo del neonato. Tamaño mínimo: 90 x 65 cm. • La manta debe soportar el peso del niño no dificultando la circulación del aire por las celdas.

LOTE	ORDEN	CODIGO ARTº	ARTICULO (DESCRIPCIÓN TÉCNICA)
			<ul style="list-style-type: none"> Manta con termo-perforaciones homogéneas para garantizar un flujo de calor en toda la superficie corporal previniendo los puntos calientes. Manta bajo paciente con sistema de evacuación de fluidos para garantizar que dichos fluidos no quedan entre el cuerpo del paciente y la manta, no se calientan y no causan daño a paciente (quemaduras, escaldaduras,...).
	2		Manta de hipertermia desechable pediátrica bajera con evacuación de fluidos <ul style="list-style-type: none"> Manta bajo paciente donde asiente todo el cuerpo del paciente. Tamaño mínimo: 130 X 90 cm. La manta debe soportar el peso del niño no dificultando la circulación del aire por las celdas. Manta con termo-perforaciones homogéneas para garantizar un flujo de calor en toda la superficie corporal previniendo los puntos calientes. Manta bajo paciente con sistema de evacuación de fluidos para garantizar que dichos fluidos no quedan entre el cuerpo del paciente y la manta, no se calientan y no causan daño a paciente (quemaduras, escaldaduras,...).
	3	015422	Manta de hipertermia de acceso quirúrgico fenestrado para decúbito prono <ul style="list-style-type: none"> El cobertor debe cubrir todo el cuerpo del paciente y estar en contacto directo su piel. Tamaño mínimo 200 x 75 cm. Fenestración: 30-35x50-55cm Paño adhesivo transparente: 60-65x40-45cm.
2	4	015713	Manta de hipertermia desechable pediátrica bajera <ul style="list-style-type: none"> Manta bajo paciente donde asiente todo el cuerpo del paciente. Tamaño mínimo: 130 X 90 cm. La manta debe soportar el peso del niño no dificultando la circulación del aire por las celdas. Manta que garantice un flujo de calor en toda la superficie corporal previniendo los puntos calientes.
	5	018473	Manta de hipertermia desechable neonatal bajera <ul style="list-style-type: none"> Manta bajo paciente donde asiente todo el cuerpo del neonato. Tamaño mínimo: 90 x 65 cm. La manta debe soportar el peso del niño no dificultando la circulación del aire por las celdas. Manta que garantice un flujo de calor en toda la superficie corporal previniendo los puntos calientes.

LOTE	ORDEN	CODIGO ARTº	ARTICULO (DESCRIPCIÓN TÉCNICA)
	6	015993	Manta de hipertermia desechable pediátrica <ul style="list-style-type: none"> El cobertor debe cubrir todo el cuerpo del paciente y estar en contacto directo con su piel. Tamaño mínimo 145 x 75 cm. Manta que garantice un flujo de calor en toda la superficie corporal previniendo los puntos calientes.

El adjudicatario entregará 18 calefactores necesarios para el uso de las mantas (8 para el lote 1 y 10 para el lote 2), más posibles necesidades que surjan a lo largo de la vigencia del contrato.

CARACTERÍSTICAS DEL CALEFACTOR:

- Regulación de temperatura comprendida entre $33 \pm 1^\circ\text{C}$ y $44 \pm 1^\circ\text{C}$.
- Ruido inferior a 55 db.
- Alarmas de exceso de temperatura que evitan el riesgo de quemaduras.
- Tobera de al menos 1,5 metros.
- Filtro de 0,3 micras.
- Conector tobera en ángulo recto.
- Selección de temperatura ambiente.
- Pinza de sujeción.
- Ligero y con carro soporte con ruedas.
- Posibilidad de colgarse a un palo de suero o rail de la cama.
- Sensor de temperatura en la tobera.
-

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: SI

- 4 unidades por lote/orden

*Las muestras se entregarán en el Almacén del Hospital **separadas** del resto de documentación del expediente.*

No obstante, durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras, en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.


Madrid a 31 de mayo de 2017



Fdo.: Dr. Ferro Osuna
Subdirector Médico Área Quirúrgica



Fdo.: Dra. Rubio Pascual
Jefe de Servicio Anestesia Infantil



Fdo.: D. Jarillo Sánchez
Supervisor de Recursos Materiales

EXPEDIENTE: 2017-0-60

ANEXO

OBJETO: SUMINISTRO DE MANTAS DE HIPERTERMIA DESECHABLES PARA PEDIATRIA

LOTE	ORDEN	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 12 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
1	1		MANTA DE HIPERTERMIA DESECHABLE NEONATAL BAJERA CON EVACUACION DE FLUIDOS	200	12,00	2.400,00	504,000	2.904,000
	2		MANTA DE HIPERTERMIA DESECHABLE PEDIATRICA BAJERA CON EVACUACION DE FLUIDOS	200	10,90	2.180,00	457,800	2.637,800
	3	015422	MANTA DE HIPERTERMIA DE ACCESO QUIRURGICO FENESTRADO PARA DECUBITO PRONO	20	11,00	220,00	46,200	266,200

LOTE	ORDEN	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 12 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
2	4	015713	MANTA DE HIPERTERMIA DESECHABLE PEDIATRICA BAJERA	680	4,20	2.856,00	599,760	3.455,760
	5	018473	MANTA DE HIPERTERMIA DESECHABLE NEONALTAL BAJERA	580	4,20	2.436,00	511,560	2.947,560
	6	015993	MANTA DE HIPERTERMIA DESECHABLE PEDIATRICA	40	4,20	168,00	35,280	203,280
						10.260,00	2.154,600	12.414,600