

PROCEDIMIENTO ABIERTO : 2016-0-9
MATERIAL: SANITARIO
OBJETO : CONEXIONES, LLAVES Y ALARGADERAS

SUMINISTROS - Prescripciones técnicas

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Cantidad	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
1	1	3805	CONEXIÓN EN Y DE PLASTICO RIGIDO TRANSPARENTE CON 3 EXTREMOS CILINDRICOS Y ESTRIAS TRANSVERSALES PARA ACOPLAR CALIBRES EN DISMINUCION. LUZ INTERIOR MINIMA 5 MM DIAMETRO. LONGITUD APROX.10CM.TOTAL(4,5CM. EN CADA RAMA)	UNIDAD	3,3880	1.832	6.206,82	5.129,60	21	1.077,22
2	2	3807	CONEXIÓN AJUSTABLE PUNTA OLIVA-RAMA LARGA,RECTA, PLASTICO RÍGIDO	UNIDAD	0,9252	28.000	25.905,60	21.409,59	21	4.496,01
3	3	3808	CONEXIÓN RECTA UNIVERSAL, PLASTICO RIGIDO TRANSPARENTE, EXTREMOS CILINDRICOS E IGUAL CALIBRE,ESTRIAS TRANSVERSALES PARA ACOPLAR CALIBRES EN DISMINUCION. LUZ INTERIOR MINIMA DE 4-5MM.	UNIDAD	0,3809	35.540	13.537,19	11.187,76	21	2.349,43
4	4	5074	PROLONGADOR POLIVINILO SIN MEMORIA DE PLEGADO INSTANTÁNEA, TRANSPARENTE DE 20-25 CM. (VER ANEXO)	UNIDAD	0,2414	182.700	44.103,78	36.449,40	21	7.654,38
5	5	5076	PROLONGADOR POLIVINILO 100 CM.LLAVE 3 PASOS PVC.UN EXTREMO MACHO Y OTRO HEMBRA. 2,5MM CONEX. LUER LOCK. DEBE TOLERAR UNA PRESION MÍNIMA DE 3 BAR. TODO EN UNA PIEZA.	UNIDAD	0,2931	26.200	7.679,22	6.346,46	21	1.332,76
6	6	37053	VÁLVULA HEMOSTÁTICA EN Y DE POLICARBONATO TRANSPARENTE CON VÁLVULA EN TRIPLE ALA. CONEXION DISTAL LUER-LOCK ROTATORIO. DIAMETRO INTERNO 0,94" COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS DE HASTA 7F.CON INTRODUTOR DE GUIA METALICO DE ACERO INOXIDABLE Y DISPOSITIVO DE TORSION	UNIDAD	26,62	250	6.655	5.500,00	21	1.155,00
7	7	57176	TUBO SILICONA TRANSPARENTE CON CONEXIÓN LUER-LOCK,PARA INCUBADORA CALEO	UNIDAD	4,598	1.680	7.724,64	6.384,00	21	1.340,64
8	8	62454	ASPIRADOR CON PUNTA RÍGIDA DE 25CM EN METAL, CON MANGO DE PLÁSTICO Y CONECTOR DE 1/4". PARA CIRUGÍA CARDIACA	UNIDAD	16,181	760	12.297,56	10.163,27	21	2.134,29
9	9	37052	VÁLVULA HEMOSTATICA EN Y DE POLICARBONATO TRANSPARENTE CON VÁLVULA EN TRIPLE ALA. CON ALARGADERA DE 20CM.CONEXION DISTAL LUER-LOCK ROTATORIO.DIÁMETRO INTERNO 0,94" COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS DE HASTA 7F.CON INTRODUTOR DE GUIA METALICO DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	26,62	300	7.986	6.600,00	21	1.386,00
10	10	77200	VALVULA DE PRESION PARA BOMBA DE LAVADO. U.S.U. CON MEMBRANA DE SILICONA TRANSPARENTE PARTE INFERIOR CON CONEXIÓN LUER-LOCK POSITIVO Y PARTE INFERIOR CONEXIÓN LUER-LOCK NEGATIVO	UNIDAD	5,28	1.600	8.448	6.981,82	21	1.466,18
10	11	77201	AGUJA ANTIESPUMA DE ACERO INOXIDABLE PARA BOMBA DE LAVADO.U.S.U MEDIDAS APROX.:2,2MM DE DIÁMETRO Y 50 MM DE LARGO. PARA ACOPLAR CON EL CÓDIGO 77200	UNIDAD	8,613	1600	13.781	11.389,09	21	2.391,71
Total 10							22.228,80	18.370,91		3.857,89
TOTAL							154.324,60	127.540,99	21	26.783,61

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1258069372915559639101**

SUMINISTROS - Prescripciones técnicas

CLAUSULAS:

1.- VOLUMEN DEL SUMINISTRO:

- El número de unidades que se indica para cada artículo es orientativo y a los efectos de valorar la oferta por parte de los licitadores.
- El número de unidades a servir será el que resulte de las necesidades del Centro, a cuyos efectos se establecerá un Plan de necesidades y de entregas con el adjudicatario.
- La adjudicación que recaiga se referirá a precios unitarios, concentrándose el volumen del suministro en el Plan de necesidades del Centro anteriormente citado.

2.- PLAZO DE ENTREGA

- El plazo de entrega que se señala en cada artículo se computará:
 - a) desde la firma del contrato si la entrega es de una vez.
 - b) desde la fecha de recepción del pedido por el proveedor si las entregas son sucesivas.

3.- PRODUCTOS:

- Los productos que lo requieran deberán cumplir con el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre de 2009, publicado el 6 de noviembre de 2009, por el que se regulan los productos sanitarios.
- Será condición indispensable para su admisión el marcado C.E.

4.- MUESTRAS

- Las muestras presentadas por los licitadores se etiquetarán con los siguientes datos: nombre de la empresa, número de expediente, código y lote al que presentan la muestra.

5.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR

- Relación de productos ofertados en el ANEXO A, con descripción técnica de los mismos.
- Descripción de los productos a suministrar mediante catálogos, o ficha técnica de los mismos (con indicación expresa del lote y número de orden al que concurren) y otra información necesaria con la que se pueda verificar cada una de las especificaciones técnicas exigidas.
- Certificado del marcado CE correspondiente, conforme a lo establecido en la legislación vigente reguladora de los productos sanitarios o para diagnóstico in vitro.

6.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA:

- Toda la documentación necesaria para la verificación del cumplimiento de características recogidas en el Pliego de Prescripciones técnicas deberá proporcionarse en documento original o fotocopia compulsada y en castellano, incluyendo un índice de documentos que contendrá los números de página o ficheros.

EL DIRECTOR GERENTE

