

EXPEDIENTE: 2018-0-211

**SUMINISTRO DE SISTEMAS DE ASISTENCIA VENTRICULAR FLUJO PULSATIL CIRUGIA CARDIACA (UNI Y BIVENTRICULAR) PARA EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE**

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y el artículo 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del ***SUMINISTRO DE SISTEMAS DE ASISTENCIA VENTRICULAR FLUJO PULSATIL CIRUGIA CARDIACA (UNI Y BIVENTRICULAR) PARA EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE***

**Características técnicas:**

Sistema de asistencia ventricular flujo pulsátil para medio plazo uni y biventricular, compuesto por:

Ventrículos con válvulas de poliuretano o mecánicas bivalvas, con triple membrana, transparente y amplio rango de volúmenes (10,15, 25, 30, 50, 60 y 80 ml)

Cánulas de silicona para ápex, aurícula y arteriales, con anillo de sutura, titanio interno para visualización por Rx. Rango de medidas variado (5, 6, 9 y 12 mm)

Accesorios para purgado de ventrículos, compuesto por trocar elimina-burbujas y pistola de prensado

Tubos de conexión a consola

LOTE	ORDEN	CODIGO ARTÍCULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1	1	058259	Sistema asistencia ventricular univentricular
	2	058410	Sistema asistencia ventricular biventricular

**El adjudicatario cederá por cada intervención dos equipos:**

Uno para control del paciente en quirófano, uvi y planta de hospitalización con ajustes de diástole, sístole, % sístole y frecuencia cardiaca en ordenador incorporado, con amplios rangos de parámetros de ajuste.

Uno para control ambulatorio para posibilidad de alta domiciliaria del paciente. Compuesta de dos baterías, dos motores, cargador de baterías y ordenador portátil para seguimiento en hospital, más dos baterías y un motor de repuesto.

Los licitadores deberán indicar en la oferta económica el precio de la asistencia diaria del equipo (hospitalización/domiciliaria), que no será superior a 100€/día (iva excluido), para que en su caso y tras la implantación se tramite el procedimiento correspondiente.

**MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: NO.**

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, 30 de octubre de 2018

**SUBDIRECTORA ÁREA MÉDICA**




**Fdo. Dra. Moliner Robredo**

**JEFE SERVICIO CIRUGIA  
CARDIACA**



**Fdo.: Dr. José Mª Cortina Romero**

**MEDICO ADJUNTO CIRUGÍA CARDIACA**



**Fdo.: Dr. Enrique Pérez de la Sota**

## ANEXO

EXPEDIENTE 2018-0-211

OBJETO: SUMINISTRO DE SISTEMA ASISTENCIA VENTRICULAR FLUJO PULSATIL CIRUGIA CARDIACA (UNI Y BIVENTRICULAR)

					PRESUPUESTO			
LOTE	ORDEN	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 12 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
1	1	058259	Sistema asistencia ventricular univentricular	4	29.349,53	117.398,12	11.739,81	129.137,93
	2	058410	Sistema asistencia ventricular biventricular	1	58.699,06	58.699,06	5.869,91	64.568,97
						176.097,18	17.609,72	193.706,90