

P.A.S.A.2 2019 – 7 – 165

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE UN MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA LA UNIDAD DE ENDOSCOPIAS

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el suministro de UN MONITOR MULTI-PARAMÉTRICO PARA LA UNIDAD DE ENDOSCOPIAS, para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clínico San Carlos.

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	244591	<p>MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON BATERÍA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla táctil en color, con tamaño mínimo de 10 pulgadas, tipo LCD de alta resolución. • Parámetros a medir: <ul style="list-style-type: none"> ○ ECG. ○ FC. ○ Respiración (método por impedancia). ○ SpO₂. ○ PNI. ○ Temperatura. ○ CO₂. • Guía de uso y dudas incorporada al monitor.

Madrid, 8 de agosto de 2019



Fdo.: Juan Manuel Berzosa Grande
Supervisor de Recursos Materiales de Enfermería



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **12768023742381048684**

P.A.S.A.2 2019 – 7 – 165


**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE UN MONITOR
MULTIPARAMÉTRICO PARA LA UNIDAD DE ENDOSCOPIAS**

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
		<ul style="list-style-type: none"> • Alarmas sonoras y luminosas. • Batería con autonomía mínima de 3 horas. • Interfaz de usuario: Con posibilidad de asignación de colores a los diferentes parámetros. • Incluye los siguientes accesorios: <ul style="list-style-type: none"> ○ Cables de conexión de ECG. ○ Juego de 3 latiguillos ECG con 3 derivaciones. ○ Cable de conexión sonda SpO₂. ○ Sonda SpO₂ de dedo reutilizable, lavable para adultos y niños de más de 20 kg. ○ Manguito de adultos sin látex. ○ Tubo de conexión para manguito. ○ Cable de red.

3. CLÁUSULAS

1. Los productos que lo requieran deberán cumplir con el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre de 2009, publicado el 6 de noviembre de 2009, por el que se regulan los productos sanitarios.
 - Será condición indispensable para su admisión el marcado C.E.
2. El adjudicatario garantizará el adiestramiento técnico adecuado en el empleo de los bienes licitados al personal implicado en el uso de los mismos.
3. El presente Pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato que se suscriba con el adjudicatario.

Madrid, 8 de agosto de 2019



Fdo.: Juan Manuel Berzosa Grande
Supervisor de Recursos Materiales de Enfermería





4898401082473757089271
La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.aepi.es mediante el siguiente código seguro de verificación: 4898401082473757089271

ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

P.A.S.A.2 2019-7-165

SUMINISTRO DE UN MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA LA UNIDAD DE ENDOSCOPIAS

Lote/Item	Códigos	Descripción	Unidades	Euros/uni s/IVA	Base imponible	Importe IVA (21%)	TOTAL € c/IVA
1	244591	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON BATERÍA	1	2.975,21	2.975,21	624,79	3.600,00
IMPORTE TOTAL					2.975,21	624,79	3.600,00

Madrid, 8 de agosto de 2019

Fdo.: Juan Manuel Berzosa Grande

Supervisor de Recursos Materiales de Enfermería