

EXPEDIENTE: 2017-0-30

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE CATÉTERES BALÓN DE ALTO FLUJO PARA HEMODINÁMICA INFANTIL PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO "12 DE OCTUBRE".**

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del suministro de CATETERES BALÓN DE ALTO FLUJO PARA HEMODINÁMICA INFANTIL.

**OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto el suministro material de Catéteres balón de alto flujo para Hemodinámica infantil para el Hospital 12 de Octubre.

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE CATETERES BALÓN DE ALTO FLUJO PARA EL SERVICIO HEMODINAMICA INFANTIL**

Nº LOTE	COD. ARTº	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1	013858	<b>CATÉTER BALÓN PEDIÁTRICO DE ULTRA-BAJO PERFIL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diámetros del balón de 4 a 10 mm y longitud de 20 mm.</li> <li>• Pasa por introductor de 3F (diámetro de balón 4 a 8 mm) y 4F (diámetro de balón de 9 a 10 mm).</li> <li>• Presión hasta 3.5 atm.</li> <li>• Guía de 0.014".</li> <li>• Coaxial.</li> </ul>
2	017644	<b>CATÉTER DOBLE BALÓN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño de balón dentro de balón, con balón interno con diámetro igual a la mitad del balón externo.</li> <li>• Diámetro balón externo de 8 a 30 mm, con longitud de balón 25 mm a 60 mm.</li> <li>• Introdutores de 8-11 F.</li> <li>• Coaxial</li> </ul>
3	011756	<b>CATÉTER MILLER DE SEPTOSTOMÍA ATRIAL 50CM 5F</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diámetro del balón hasta 21 mm.</li> <li>• Introductor de 7F.</li> <li>• Angulado 30º en punta.</li> <li>• Cierre de seguridad.</li> <li>• Guía interna rígida preformable</li> </ul>
4	017105	<b>CATÉTER BALÓN MEDICION COMUNICACIÓN INTERAURICULAR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diámetro del balón de 20, 25, 30 mm, longitud de balón de 30 mm.</li> <li>• Introductor 8F.</li> <li>• Guía de 0.035"</li> <li>• Marcas radiopacas de medición</li> </ul>

Nº LOTE	COD. ARTº	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
5	013692	<b>CATÉTER BALÓN ANGIOPLASTIA PARA ARTERIA MAMARIA Y CORONARIAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diámetro de balón de 4 a 6 mm, longitud de 20 mm.</li> <li>• Introdutor de 4F.</li> <li>• Presión de 6 a 14 atm.</li> <li>• Guía de 0.018".</li> <li>• Monorail</li> </ul>
6	017460	<b>SISTEMA DE PERFORACIÓN CON RADIOFRECUENCIA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guía de perforación con radiofrecuencia</li> </ul>
7	013261	<b>CATETER PEDIATRICO DE ALTO FLUJO NIH DE 4,1F</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Longitudes entre 60 -100 cm</li> <li>• Catéter mixto presiones y angiografía</li> <li>• Solo orificios laterales.</li> </ul>
8	013735	<b>CATETERES DE ANGIOGRAFÍA HIDROFILICOS DE ALTO FLUJO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Curvas pig-tail, multiuso, JR, JL, vertebral, mamaria, cobra</li> <li>• Longitud de 60 a 110 cm</li> <li>• Guía de 0.035 o mayor</li> </ul>
9	018753	<b>GUIA ALTO SOPORTE LUNDERQUIST DE 0.035"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Longitudes 145 a 260 cm</li> </ul>

**MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: SI**

- **2 UNIDADES POR CADA LOTE**

No obstante, durante el periodo de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrá solicitar más muestras, en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Las muestras se entregarán en el Almacén General **separadas** del resto de documentación del expediente.

Madrid, 21 de Febrero de 2017

SUBDIRECTOR MEDICO  
DEL MATERNO-INFANTIL

RESPONSABLE SERV. CARDIOLOGIA  
INFANTIL

FDO. : DR. D. ANTONIO J. ROLDAN  
RODRIGUEZ-MARIN

FDO. : DR. D. ALBERTO MENDOZA SOTO

LOTE	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRORROGA 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO
1	013858	CATÉTER BALÓN PEDIÁTRICO DE ULTRA-BAJO PERFIL	64	64	898,71	57.517,440	12.078,66240	69.596,10240	115.034,880
2	017644	CATÉTER DOBLE BALÓN	30	30	898,71	26.961,300	5.661,87300	32.623,17300	53.922,600
3	011756	CATETER MILLER SEPTOSTOMIA ATRIAL 50 CM 5F	20	20	146,32	2.926,400	614,54400	3.540,94400	5.852,800
4	017105	CATÉTER BALON MEDICIÓN COMUNICACIÓN	8	8	305,92	2.447,360	513,94560	2.961,30560	4.894,720
5	013692	CATÉTER BALÓN ANGIOPLASTIA PARA ARTERIA MAMARIA Y SISTEMA DE PERFORACIÓN CON RADIOFRECUENCIA	20	20	505,52	10.110,400	2.123,18400	12.233,58400	20.220,800
6	017460	CATETER PEDIATRICO DE ALTO FLUJO NIH DE 4,1F	4	4	3.203,70	12.814,800	2.691,10800	15.505,90800	25.629,600
7	013261	CATETERES DE ANGIOGRAFÍA	150	150	36,00	5.400,000	1.134,00000	6.534,00000	10.800,000
8	013735	HIDROFILICOS DE ALTO FLUJO	40	40	35,00	1.400,000	294,00000	1.694,00000	2.800,000
9	018753	GUIA ALTO SOPORTE LUNDERQUIST DE 0'035"	40	40	75,00	3.000,000	630,00000	3.630,00000	6.000,000
						122.577,700	25.741,31700	148.319,0170	245.155,400
						VALOR ESTIMADO 10%.....			269.670,94