

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE ADQUISICION DE ELECTROBISTURIS CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE ATENCION PRIMARIA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURARIDAD DE CRITERIOS**

**CONSIDERACIONES GENERALES:**

1. Los equipos, aparatos y materiales deberán cumplir los estándares nacionales y comunitarios, particularmente los requisitos de calidad y de seguridad correspondientes (Directiva 93/42/CEE, rectificada por Directiva 2007/47/EC de productos sanitarios. Normas UNE: EN 60601-1, EN 60601-1-2 y EN 60601-2-2:2018. El año de fabricación de estos equipos no debe ser anterior al año 2017.
  
2. Las empresas en caso de ser adjudicatarias, deberán:
  - Realizar el montaje, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento e instrucción al personal que vaya a manejar el material.
  - El adjudicatario dispondrá de servicio técnico oficial en Madrid o corona metropolitana.
  - La garantía de los suministros corresponde a la existencia y a la libre comercialización por distribuidor autorizado en Madrid, y en todo caso, en España. Garantizarán el suministro de accesorios y repuestos necesarios para mantener el material en perfecto estado de funcionamiento durante un mínimo de 5 años.
  - El tiempo de duración de la garantía será de 24 meses, contando desde la recepción del equipamiento en el Centro o puesta en marcha en los casos que lo requiera.
  - Todos los equipos y aparatos médico-asistenciales incluirán manual de uso en castellano.
  - El adjudicatario entregará a la firma del contrato en soporte electrónico:
    - Manual de uso los equipos en castellano.
    - Ficha técnica de los equipos
    - Relación de los fungibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
    - Declaración de la ubicación del servicio técnico oficial y características de la ejecución de la garantía.
  
3. En el Anexo I figura la relación de artículos con sus características técnicas de cada uno de ellos y en el Anexo II la relación de artículos con precios y unidades de cada uno de ellos.



**ANEXO I**  
**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:**

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	3000895	ELECTROBISTURI	<p>- Bisturí eléctrico para pequeña y mediana cirugía, monopolar y bipolar Para: cortes puros, cortes- coagulados, coagulación superficial y coagulación profunda con ausencia de carbonización. Potencia máxima de corte: 120W o más Potencia máxima de corte/coagulación: 90w o más Potencia máxima de coagulación: 80W o más Potencia máxima de coagulación: 60w o más Potencia máxima de coagulación BIPOLAR: 40w o más Frecuencia de trabajo: entre 300 y 2000 KHz Entrada de alimentación seleccionable: 115/230 V Frecuencia de alimentación 50-60 Hz Consumo máximo de energía: 300 V A Con lectura digital de la potencia seleccionada y monitorización mediante control de las funciones operativas: <b>Control de la placa de circuito/paciente</b> OC (que el funcionamiento de la placa neutra/electrodo esté constantemente vigilado para evitar riesgo de quemaduras, con alarma visual y sonora y si mientras tanto se utilizara un electrodo neutro de campo doble se monitorice también el contacto placa paciente.), <b>control de potencia</b> ( con circuito de seguridad), <b>control de suministro de corriente</b> (si supera el tiempo máximo de suministro de corriente recomendado señal visual e impedir que suministre corriente) Auto chequeo (control automático de parámetros internos).</p> <p>- Mango porta-electrodos reutilizable con pulsador: con posibilidad de conmutar las funciones y con control de potencia. Con soporte para mango y electrodos. Diferentes electrodos.</p> <p>- Electrodo neutro reutilizable bipartito REM en cumplimiento de la recomendación Noble de diciembre 2008 Quemaduras de piel por electro bisturí mono polar: Prevención y</p> <p>- 25 Electrodos de paciente/electrodo neutro bilobulado desechables (20 adultos y 5 pediátricos), hidrogelado, sin cable. Control REM en cumplimiento de la recomendación Noble de diciembre 2008.</p> <p>- Pedal de pie</p> <p>- 1 Cable de electrodos neutros y diferentes electrodos reutilizables y</p> <p>- 1 Cable reutilizable para electrodos neutros/ electrodos de paciente mono uso/ desechables.</p> <p>Cable de alimentación Manual de usuario en castellano</p>



**ANEXO II  
RELACION PRECIOS Y UNIDADES:**

	Material	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic. (unitario sin IVA)	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote con IVA
1	3000895	ELECTROBISTURI	UNIDAD	997,52 €	35	34.913,20 €	21	42.244,97 €
						<b>34.913,20 €</b>		<b>42.244,97 €</b>

La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales  
Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de 31/03/2011)

María Luisa Tello García

