

COMUNICACIÓN EMPRESAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
--

LECTURA INFORME TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

Expediente:	P.A. 2018-0-20
--------------------	----------------

Denominación	SUMINISTRO DE JERINGAS INTRAVENOSAS DE 2 PIEZAS Y 3 PIEZAS CONO LUER Y LUER LOCK PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO "12 DE OCTUBRE"
---------------------	---

Tipo de Procedimiento	ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
------------------------------	----------------------------------

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario “12 de Octubre”, en sesión de fecha **25 de abril de 2018**, evaluada la documentación técnica presentada por los licitadores en el expediente de referencia, ha realizado la lectura del Informe técnico emitido por el servicio correspondiente, acordando rechazar la siguiente proposición del licitador abajo indicado por presentar oferta que según Informe técnico recogido en el ANEXO, no se ajusta a lo exigido en los pliegos, todo ello conforme a lo establecido en el art. 139.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

NIF	EMPRESA
B80196934	GARRIC MÉDICA, S.L.

A continuación se efectúa la apertura del sobre N° 3 (documentación económica) de las empresas que a continuación se relacionan:

NIF	EMPRESA
B95492716	AMEBIL, S.L.
A28838555	AMEVISA, S.A.
A50140706	BECTON DICKINSON, S.A.
B79018891	LAMBRA, S.L.
B98011505	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.

Y para que conste, se expide y firma en Madrid, a **25 de abril de 2018**, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Real Decreto 49/2003, de 3 de abril.

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: M^a Nieves Lasso de la Vega Oteo





La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1036567974823685933095**

EXPEDIENTE: 2018-0-20

Material: SUMINISTRO DE JERINGAS INTRAVENOSAS DE 2 PIEZAS Y 3 PIEZAS CONO LUER Y LUER LOCK

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
1 (orden 1 a 4)	010751 010752 010753 010754	JERINGAS INTRAVENOSAS DE 2 PIEZAS (cuerpo, émbolo) TOTAL PUNTOS.....MAXIMO 30PUNTOS 1. El deslizamiento del émbolo uniforme..... 15 puntos. El deslizamiento no permite una infusión continúa..... 0 puntos. 2.Eficacia del tope que evita la salida del émbolo..... 15 puntos. El émbolo se sale del cuerpo con facilidad..... 0 puntos.	BECTON DICKINSON, S.A: TOTAL: 30 PUNTOS 1. 15 puntos 2. 15 puntos	GARRIC MEDICA, S.L: En las jeringas de 5 y 10 ml el empuje no es suave (va a trompicones). En las jeringas de 2,5 y 10 ml el envase no es de fácil apertura lo que no garantiza la liberación completa del producto para depositarlo en un campo estéril.
		JERINGAS CONO LUER LOCK DE 3 PIEDAS (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad) TOTAL PUNTOS.....MAXIMO 30PUNTOS 1. El deslizamiento del émbolo es uniforme..... 10 puntos. El deslizamiento no permite una infusión continúa..... 0 puntos. 2. Eficacia del tope que evita la salida del émbolo..... 10 puntos. El émbolo se sale del cuerpo con facilidad..... 0 puntos 3. Presenta jeringa de 5ml con cono excéntrico..... 10 puntos. Presenta jeringa de 5 ml con cono concéntrico..... 0 puntos.		
2 (orden 5 a 8)	018279 010761 010762 017180	JERINGAS CONO LUER LOCK DE 3 PIEDAS (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad) TOTAL PUNTOS.....MAXIMO 30PUNTOS 1. El deslizamiento del émbolo es uniforme..... 10 puntos. El deslizamiento no permite una infusión continúa..... 0 puntos. 2. Eficacia del tope que evita la salida del émbolo..... 10 puntos. El émbolo se sale del cuerpo con facilidad..... 0 puntos 3. Presenta jeringa de 5ml con cono excéntrico..... 10 puntos. Presenta jeringa de 5 ml con cono concéntrico..... 0 puntos.	AMEBIL, S.L, LAMBRA, S.L, AMEVISA, S.A, NACATUR 2 ESPAÑA S.L, BECTON DICKINSON, S.A: TOTAL: 20 PUNTOS 1. 10 puntos 2. 10 puntos 3. 0 puntos (Presenta cono concéntrico)	GARRIC MEDICA, S.L: Presenta jeringa de 1ml de difícil lectura. Además los números vienen de .1, en lugar de 0,1, creando confusión en los usuarios.


EXPEDIENTE: 2018-0-20

**Material: SUMINISTRO DE JERINGAS INTRAVENOSAS
DE 2 PIEZAS Y 3 PIEZAS CONO LUER Y LUER LOCK**

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

Madrid, 19 de abril de 2018

Han participado en la valoración de este procedimiento las siguientes unidades



Guede González, Ana Maria
Supervisora Farmacia



Del Hoyo Gordillo, Antonio Javier
Supervisor de Urgencias RG



Jarillo Sánchez, Antonio
Supervisor Recursos Materiales

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1036567974823685933095**