
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE MACROGOTEO

GCASU 2014 - 431



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1240058331215043919476**

GCASU 2014- 431

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE MACROGOTEO

1. OBJETO

El presente expediente de contratación tiene por objeto la adquisición de equipos de macrogoteo con toma de aire para la administración de soluciones intravenosas y diversos medicamentos.

Nº Lote	COD. SAP	Denominación Lote	Unid. estimadas 24 meses	Precio Un.	Base Imponible	Cuota IVA (10%)	IMPORTE TOTAL
1	105413	EQUIPO MACROGOTEO CON TOMA DE AIRE	1.250.000	0,1590	198.750,00	19.875,00	218.625,00

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Punzón perforador de plástico rígido con funda protectora, con tubo de entrada a la cámara que permita puncionar el recipiente sin que produzca escape de líquido y el paso de 20 gotas/ml.
- Cámara de goteo transparente y flexible con filtro en la base de la cámara con tamaño de poro de 15 micras. Con toma de aire con cierre y filtro hidrófobo y antibacteriano de 3 µ que impida la entrada de partículas y microorganismos, permitiendo el paso de aire. La presión manual sobre la cámara para el cebado, no influirá en la recuperación de la misma al no guardar memoria y no tendrá señales de fatiga del material.
- Tubo prolongador flexible, sin memoria de plegado, transparente que permita observar la interfase de aire y líquidos durante el paso para evitar la entrada de burbujas de aire. Longitud total 180cm aproximadamente. Diámetro interno de 3 mm. y externo de 4 – 4'1 mm
- Regulador de flujo tipo rodillo situado a 10cm de la cámara, que se posicione con facilidad. Con soporte para sujeción de tubo incluido en la pinza rodillo. Después de 24 horas de funcionamiento no debe dejar memoria en el tubo. El flujo debe poder regularse fácilmente desde el primer momento y después de 24 y 48 horas de uso. Mantendrá la



velocidad de goteo durante dos horas sin variación y si se cierra del todo no existe pérdida de líquido.

- En el extremo distal SIN punto de inyección, conexión Luer-lock rotatoria con funda protectora con filtro hidrófobo y antibacteriano que permita la purga del sistema sin retirarla.
- El purgado del equipo debe ser de forma rápida sin dejar partículas de aire adheridas a la pared.
- Envase individual estéril con fácil apertura.
- Exento de látex, PVC y Ftalatos.

3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

El presupuesto de licitación es de 218.625,00 € (Base imponible: 198.750,00 €, Cuota de IVA: 19.875,00 €) para un periodo de ejecución de 24 meses.

Madrid a 20 de noviembre de 2014
LA DIRECTORA GERENTE

Fdo.: María Codesido López



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 1240058331215043919476

ANEXO I.- CARÁTULA DE SOBRES ¹	
EXPEDIENTE N° :	SOBRE N
Título:	Documentación ..

LICITADOR	DESTINATARIO
Nombre o razón social: Domicilio: Código, localidad y provincia: N.I.F.: Tel. / Fax/ Correo electrónico:	HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA REGISTRO GENERAL DEL HOSPITAL C/ Joaquín Rodrigo, 2, (Planta 0, Recursos Humanos) Tel.: 91 191 7400 Fax: 91 316 28 48 28222 Majadahonda (Madrid)
Indicar qué parte de la Documentación presentada es confidencial para uso exclusivo de la mesa de contratación: Relación de lotes a los que licita (sp): (nombre y firma del apoderado firmante)	Contenido de este sobre: (índice de la documentación aportada) 0 0 0 0 0 0 0 0

(1).- Cada sobre deberá identificarse exteriormente con esta carátula



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1240058331215043919476**