
**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL
SUMINISTRO DE FUNDAS Y MEDIAS ANTIEMBÓLICAS CON
DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO
DE MAJADAHONDA**

GCASU 2015-71



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **122544397413191012938**

SUMINISTRO DE FUNDAS Y MEDIAS ANTIEMBÓLICAS CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA

GCASU 2015-71

1. OBJETO DEL CONTRATO.

Este contrato tiene por objetos la adquisición de fundas y medias antiembólicas con destino al Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda cuyas características se especifican en el Anexo I.

Las cantidades solicitadas son aproximadas, habiendo sido estimadas según los consumos del centro, pudiendo aumentar o disminuir según las necesidades del mismo, sin posibilidad de modificar el precio de la adjudicación.

Se incluye la cesión de los equipos necesarios para dotar de funcionalidad a las fundas y las medias, conforme a las prácticas comerciales.

2. PRESUPUESTO DE LICITACION:

El presupuesto de licitación es de 132.431,12 €, (Base Imponible 120.391,92 €, Cuota de IVA: 12.039,20 €) para un periodo de ejecución de 24 meses.

| Nº LOTE | NOMBRE LOTE | COD. SAP | DESCRIPCIÓN MATERIAL | CANTIDADES ESTIMADAS 24 M | PRECIO DEL PAR | BASE IMPONIBLE | CUOTA IVA (10%) | IMPORTE TOTAL |
|---------|-------------------|----------|--|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1 | MEDIAS COMPRESION | 101567 | MEDIAS COMPRESIÓN GRADUAL PIERNA ENTERA - TALLA PEQUEÑA-MEDIANA (31-38 cm) | 84,00 | 4,14 | 347,76 | 34,78 | 382,54 |
| | | 101569 | MEDIAS COMPRESIÓN GRADUAL PIERNA ENTERA - TALLA GRANDE (38,5-44 cm) | 72,00 | 4,14 | 298,08 | 29,81 | 327,89 |

| Nº LOTE | NOMBRE LOTE | COD. SAP | DESCRIPCIÓN MATERIAL | CANTIDADES ESTIMADAS 24 M | PRECIO DEL PAR | BASE IMPONIBLE | CUOTA IVA (10%) | IMPORTE TOTAL |
|------------------|----------------------|----------|--|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| | | 106722 | MEDIAS COMPRESIÓN GRADUAL PIERNA ENTERA - TALLA SUPERGRANDE (44,5-55 cm) | 72,00 | 4,14 | 298,08 | 29,81 | 327,89 |
| TOTAL LOTE 1 | | | | | | 943,92 | 94,40 | 1.038,32 |
| 2 | FUNDAS DE COMPRESION | 108941 | FUNDA COMPRESIÓN VASCULAR TRANSPIRABLE MUSLO, MEDIANA | 1.430,00 | 71,10 | 101.673,00 | 10.167,30 | 111.840,30 |
| | | 108943 | FUNDA COMPRESIÓN VASCULAR TRANSPIRABLE RODILLA TALLA GRANDE | 250,00 | 71,10 | 17.775,00 | 1.777,50 | 19.552,50 |
| TOTAL LOTE 2 | | | | | | 119.448,00 | 11.944,80 | 131.392,80 |
| TOTAL EXPEDIENTE | | | | | | 120.391,92 | 12.039,20 | 132.431,12 |

Madrid a 29 de junio de 2015
LA DIRECTORA GERENTE

Fdo.: María Codesido López



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **122544397413191012938**

ANEXO I

| Nº LOTE | NOMBRE LOTE | COD. SAP | DESCRIPCIÓN MATERIAL | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
|---------|----------------------|----------|--|---|
| 1 | MEDIAS COMPRESION | 101567 | MEDIAS COMPRESIÓN GRADUAL PIERNA ENTERA - TALLA PEQUEÑA-MEDIANA (31-38 cm) | <ul style="list-style-type: none"> - Media elástica en sentido longitudinal y transversal hasta la raíz del muslo que realice la compresión gradual distal proximal, desde 18mm HG en tobillo a 8mm HG en muslo. - El tejido de la media debe ser sin costuras y con alta transpirabilidad - Tejido circular permeable al aire para su ventilación impidiendo el acumulo de calor |
| | | 101569 | MEDIAS COMPRESIÓN GRADUAL PIERNA ENTERA - TALLA GRANDE (38,5-44 cm) | <ul style="list-style-type: none"> - Buena adaptación anatómica que ajuste al muslo sin que se caiga evitando la constricción de las venas del muslo. - Orificio de examen en la zona distal del pie para poder visualizar los dedos. - El talón debe ser anatómico. - Lavable sin perder sus propiedades - No debe irritar la piel - No debe formar pliegues - No debe contener látex |
| | | 106722 | MEDIAS COMPRESIÓN GRADUAL PIERNA ENTERA - TALLA SUPERGRANDE (44,5-55 cm) | La empresa adjudicataria se compromete a entregar medias de otras tallas, según prescripción, no incluidas en el concurso y por el mismo valor que las adjudicadas |
| 2 | FUNDAS DE COMPRESION | 108941 | FUNDA COMPRESIÓN VASCULAR TRANSPIRABLE MUSLO, MEDIANA | <p>Sistemas de compresión neumática intermitente de los miembros inferiores para la profilaxis de la enfermedad tromboembólica. Compuesto de fundas y compresorEl sistema deberá alcanzar la compresión lo más cercana posible al perfil óptimo de 45mmHg en tobillo, 40mmHg en gemelos y 30 mmHg en muslo, (± 3mmHg en los tres casos)Dispondrá de sistema automático de detección del tiempo de retorno venosos, ajustando los ciclos de compresión a este.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DE LAS FUNDAS:- 3 Cámaras hinchables independientes, con cierres que se ajustan al perímetro de las piernas del paciente.- Deben ejercer una compresión secuencial, gradual y circunferencial (simétrica) de forma automática a lo largo de toda la pierna.- Debe similar la fisiología de la marcha sin ser coincidente.- Estarán fabricadas con material resistente-</p> |



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **122544397413191012938**

| Nº LOTE | NOMBRE LOTE | COD. SAP | DESCRIPCIÓN MATERIAL | CARACTERÍSTICAS TECNICAS |
|---------|-------------|----------|--|---|
| | | 108943 | FUNDA COMPRESIÓN VASCULAR TRANSPIRABLE RODILLA TALLA GRANDE | <p>Libres de látex.- Las fundas se conectan por tubuladuras a la bomba compresor. Estas tubuladuras serán a cargo de la empresa adjudicataria durante toda la duración del concurso en caso de pérdida o rotura.- Tamaños adaptados para pantorrilla y pierna entera.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR DE COMPRESIÓN:- Este compresor debe producir inflado intermitente y gradual en las diferentes cámaras de las fundas, mejorando el retorno venoso.- Conexión a la red eléctrica y batería de litio sin efecto memoria con una duración de 8 horas.- Portátil, ligero que permita colocarse a los pies de la cama y transportarse con ella o en otros sistemas adicionales.- Indicará encendido/apagado, presiones y alarmas.- Debe tener las alarmas de desconexión, mala colocación de fundas, batería baja y alteración de la presión.</p> <p>La empresa adjudicataria se compromete a ceder 18 motores durante la vigencia del contrato así como las tubuladuras necesarias para la conexión a la funda.</p> |



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **122544397413191012938**

3. ANEXO II. DECLARACIÓN PRODUCTO SANITARIO SIN LATEX

D. /Dña....., en nombre propio o en representación de la empresa con C.I.F. nº en calidad de

DECLARA

Que los datos de los productos sanitarios ofertados, cuyos datos se consignan a continuación, son ciertos:

Nº Lote

Código SAP:

Nombre genérico

Marca comercial

Referencia

¿Esta exento de látex? ☐ SI

☐ NO

Fecha

Firma

4. ANEXO. III. DECLARACION PRODUCTO SANITARIO CON MARCADO CE

D./Dña....., en nombre propio o en representación de la empresa con C.I.F. nº
....., en calidad de

DECLARA

Que los datos de los productos sanitarios ofertados, cuyos datos se consignan a continuación, son ciertos:

Nº Lote:
Código SAP:
Nombre genérico:
Marca comercial:
Referencia:
Marcado CE:
Clase del producto con respecto CE:

Fecha y Firma

Productos clase I, no estériles, ni con función de medición. Cuando proceda se consignara Sí
Productos clase I estériles ó con función de medición, clase IIa, clase IIb, clase III e implantes activos. Cuando proceda se
consignara el número del organismo modificador.

5. ANEXO IV. DECLARACIÓN NORMATIVA SOBRE PRODUCTOS SANITARIOS - 1591/2009 de 6 de noviembre

D. /Dña....., en nombre propio o en representación de la empresa con C.I.F. nº
....., en calidad de

DECLARA

Que los datos de los productos ofertados, cuyos datos se consignan a continuación, son ciertos:

Nº Lote:
Código SAP:
Nombre genérico:
Marca comercial:
Referencia:
Cumple 1591/2009 de 6 de noviembre: ☐ SI ☐ NO

Fecha

Firma



6. ANEXO V- SOBRES

| CARÁTULA DE SOBRES¹ | |
|---------------------------------------|---|
| EXPEDIENTE Nº : | SOBRE Nº : <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> |
| Título: | Documentación..... |

| LICITADOR | DESTINATARIO |
|---|--|
| Nombre o razón social: Domicilio: Código, localidad y provincia: N.I.F: Tel. /..... Fax/..... Correo electrónico: | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA REGISTRO GENERAL DEL HOSPITAL C/ Joaquín Rodrigo, 2, (Planta 0, Recursos Humanos) Tel.: 91 191 6837, Fax: 91 1917859, 28222 Majadahonda / Madrid |
| Relación de lotes a los que licita: <b style="color: red;">DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL SOLO PARA USO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN: <b style="color: red;">SI <input type="checkbox"/> <b style="color: red;">NO <input type="checkbox"/> (nombre y firma del apoderado firmante) | Contenido de este sobre: (índice de la documentación aportada) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |

(1).- Cada sobre deberá identificarse exteriormente con esta carátula

