

COMUNICACIÓN EMPRESAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
--

LECTURA INFORME TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

Expediente:	P.A. 2017-0-142
--------------------	-----------------

Denominación	SUMINISTRO PRÓTESIS PENEANAS PARA HOSPITAL UNIVERSITARIO "12 DE OCTUBRE"
---------------------	--

Tipo de Procedimiento	ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
------------------------------	----------------------------------

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario "12 de Octubre", en sesión de fecha **21 de febrero de 2018**, evaluada la documentación técnica presentada por los licitadores en el expediente de referencia, ha realizado la lectura del Informe técnico emitido por el servicio correspondiente, acordando rechazar las siguientes proposiciones de los licitadores abajo indicados en los lotes que se indican, por presentar oferta que según Informe Técnico no se ajusta a lo exigido en los pliegos, todo ello conforme a lo establecido en el art. 145.1 del TRLCSP.

EMPRESA	LOTES	MOTIVO
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.:	2	No tienen recubrimiento hidrofílico que permita la mayor durabilidad del antibiótico, tal y como se solicita en el PPT.
IZASA HOSPITAL, S.L.U	2	No tienen recubrimiento hidrofílico que permita la mayor durabilidad del antibiótico, tal y como se solicita en el PPT.

A continuación se efectúa la apertura del sobre 3 (documentación económica) de la empresa que a continuación se relaciona.

NIF	EMPRESA	LOTES
A28899003	COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS, S.A.	1 y 2

Y para que conste, se expide y firma en Madrid, a **21 de febrero de 2018**, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Real Decreto 49/2003, de 3 de abril.

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: Visitación Ruíz Expósito