

| | |
|-------------|--|
| EXPEDIENTE: | GCASU2000004 |
| OBJETO: | SUMINISTRO DE CATÉTERES INTRAVENOSOS CORTOS, PALOMILLAS DE EXTRACCIÓN Y CONECTORES LUER PARA EXTRACCIÓN, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE CRITERIO ÚNICO. |

TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO

Celebrada con fecha 24 de junio de 2020 la Mesa de Contratación ha comprobado la subsanación de incidencias en la documentación administrativa-técnica de las empresas que se relacionan a continuación, por tanto quedan admitidas a licitación:

| Nombre/Razón social | NIF |
|------------------------------|-----------|
| BECTON DICKINSON, S.A. | A50140706 |
| GARRIC MEDICA, S.L. | B80196934 |
| GLASS CHEMICALS, S.L. | B80364045 |
| JUVAZQUEZ, S.L. | B28931202 |
| NACIL MEDICA4 GROUP, S.L. | B48434096 |
| SMITHS MEDICAL ESPAÑA S.L.U. | B83886176 |

La relación definitiva de empresas admitidas a este procedimiento es la siguiente:

| Nombre/Razón social | NIF |
|-------------------------------|-----------|
| BECTON DICKINSON, S.A. | A50140706 |
| GARRIC MEDICA, S.L. | B80196934 |
| GLASS CHEMICALS, S.L. | B80364045 |
| GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.U. | A81664492 |
| JUVAZQUEZ, S.L. | B28931202 |
| NACIL MEDICA4 GROUP, S.L. | B48434096 |
| PALEX MEDICAL, S.A. | A58710740 |
| SMITHS MEDICAL ESPAÑA SLU | B83886176 |

Seguidamente se procede a la valoración técnica de cumplimiento del PPT,

LOTE 1: Catéteres intravenosos cortos, números de 14 al 24

| LICITADORES | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|-------------------------------|--------|--|
| BECTON DICKINSON, S.A. | SI | |
| GLASS CHEMICALS, S.L. | NO | El dispositivo de seguridad no es activo ni está integrado en el dispositivo y deja la aguja totalmente expuesta. El dispositivo de seguridad se puede desactivar de forma voluntaria. |
| GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.U. | NO | El dispositivo de seguridad no es activo ni está integrado en el dispositivo y deja la aguja totalmente expuesta. |
| NACIL MEDICA4 GROUP, S.L. | NO | Se solicita que la longitud del catéter nº 18 sea de 30 mm. y mide 45 mm. El dispositivo no es activo ni está integrado en el dispositivo y deja la aguja totalmente expuesta. |
| SMITHS MEDICAL ESPAÑA S.L.U. | NO | Se solicita que la cánula no tenga memoria y si la tiene. Se solicita que el dispositivo de seguridad se pueda activar con una sola mano y no se puede. |

LOTE 2: Palomillas de extracción 21G y 23G

| LICITADORES | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|-------------------------------|--------|---|
| GARRIC MEDICA, S.L. | NO | Se solicita portatubos premontado. No presenta portatubos. |
| GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.U. | SI | |
| JUVAZQUEZ, S.L. | NO | No lleva impreso el calibre de la palomilla en las aletas y se solicita que midan al menos 4 cms. Y miden 2,9 cm. |



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1019484708731561391658**

| | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|---|
| PALEX MEDICAL, S.A. | SI | | |
| SMITHS MEDICAL ESPAÑA S.L.U. | | NO | No lleva impreso el calibre de la palomilla en las aletas y se solicita que midan al menos 4 cms. Y miden 3,4 cm., se solicita color normalizado en las aletas y son blancas. |

LOTE 3:Conectores Luer para extracción

| LICITADORES | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|-------------------------------|-----------|--|
| GARRIC MEDICA, S.L. | NO | No presenta aguja protegida por válvula retráctil. |
| GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.U. | SI | |
| PALEX MEDICAL, S.A. | SI | |

Y para que conste, se expide y firma en San Sebastián de los Reyes, a 24 de junio de 2020, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública a la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril.

EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN,

Fdo.: Jose Alberto Torcal Ochoa.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1019484708731561391658**