

EXPEDIENTE:	GCASU2000006
OBJETO:	SUMINISTRO DE SENSOR MEDIDOR DE ÓXIDO NÍTRICO, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE EL CRITERIO ÚNICO.

TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO

Celebrada con fecha 1 de julio de 2020 la Mesa de Contratación con el objeto de proceder a la apertura de la oferta económica del procedimiento abierto referenciado.

Se procede a dar lectura de la valoración técnica de cumplimiento de PPT.

LICITADORES	CUMPLE		OBSERVACIONES
THERMO FISHER DIAGNOSTICS, S.L.U.	SI		
TECNOMED 2000, S.L.		NO	Examinada la documentación técnica aportada no se aporta información de las siguientes características técnicas solicitadas: Permitirá la medición de óxido nítrico nasal. Dispondrá de dos modos de espiración, adulto 10 segundos, pediátrico 6 segundos. El tiempo de pruebas consecutivas es de 12 segundos y se solicita inferior a 10 segundos.
AIRMEDICAL PRODUCTS, S.L.		NO	Del examen de la documentación técnica aportada no se aporta información de las siguientes características técnicas solicitadas: Permitirá la medición de óxido nítrico nasal. Dispondrá de dos modos de espiración, adulto 10 segundos, pediátrico 6 segundos. El tiempo de pruebas consecutivas es de 12 segundos y se solicita inferior a 10 segundos.

En consecuencia, quedan excluidas de la licitación TECNOMED 2000, S.L y AIRMEDICAL PRODUCTS, S.L.

Y para que conste, se expide y firma en San Sebastián de los Reyes, a 1 de julio de 2020, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública a la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril.

EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN,

Fdo.: Jose Alberto Torcal Ochoa.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **0944762093121463645793**