

COMUNICACIÓN EMPRESAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS

LECTURA INFORME TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

Expediente:	P.A. 2018-0-38
--------------------	----------------

Denominación	SUMINISTRO DE SISTEMAS PARA INYECCIÓN DE CONTRASTE DE TAC Y RMN CON INYECTOR POR PACIENTE PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipo de Procedimiento	ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
------------------------------	----------------------------------

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario “12 de Octubre”, en sesión de fecha **09 de mayo de 2018**, evaluada la documentación técnica presentada por el licitador en el expediente de referencia, ha realizado la lectura del Informe técnico emitido por el servicio correspondiente, acordando admitir la siguiente proposición del licitador abajo indicado por presentar oferta que según Informe técnico recogido en el ANEXO, se ajusta a lo exigido en los pliegos, todo ello conforme a lo establecido en el art. 139.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

NIF	EMPRESA
B60270873	EURO AUTOMATION, S.L.

A continuación se efectúa la apertura del sobre N° 3 (documentación económica) de la empresa que a continuación se relaciona:

NIF	EMPRESA
B60270873	EURO AUTOMATION, S.L.

Y para que conste, se expide y firma en Madrid, a **09 de mayo de 2018**, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Real Decreto 49/2003, de 3 de abril.

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: M^a Nieves Lasso de la Vega Oteo



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1295110049386218796651**



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1295110049386218796651**

EXPEDIENTE: 2018-0-38

**Material: SISTEMA PARA INYECCION DE CONTRASTE DE TAC Y RMN
CON INYECCION POR PACIENTE**

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	ORDEN	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
1	1	SISTEMA PARA INYECCION DE CONTRASTE TAC CON INYECTOR TOTAL PUNTOS.....MAXIMO 15 PUNTOS 1.Sistema que permita su uso>14 horas(con acreditación).....Si 10 puntos No 0 puntos 2.Sistema que permita agotamiento del envase.....Si 2.5 puntos No 0 puntos 3.Posibilidad de inyectar 2 tipos de contraste diferentes sin desechar set multipacientesSi 2.5 puntos No 0 puntos	EURO AUTOMATION, S.L.: TOTAL PUNTOS.... 15 1.- 10 puntos 2.- 2'5 puntos 3.- 2'5 puntos	
	2	SISTEMA PARA INYECCION DE CONTRASTE RMN CON INYECTOR TOTAL PUNTOS.....MAXIMO 15 PUNTOS 1.Sistema que permita su uso>14horas (con acreditación).....Si 7.5 puntos No 0 puntos 2.Sistema que permita agotamiento del envase.....Si 2.5 puntos No 0 puntos 3.Posibilidad de inyectar 2 tipos de contraste diferentes sin desechar set multipacientesSi 2.5 puntos No 0 puntos 4.Sistema que permita administrar jeringas precargadas.....Si 2.5 puntos No 0 puntos	EURO AUTOMATION, S.L.: TOTAL PUNTOS..... 15 1.- 7'5 puntos 2.- 2'5 puntos 3.- 2'5 puntos 4.- 2'5 puntos	

Madrid, 26 de Abril del 2018
Edo.: Dr. D. Jose Carmelo Albillos Merino

Jefe de Servicio Radiodiagnostico

