

PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

P.A. 32/2016 HUP, VISCOELÁSTICO (AMPOLLAS) PARA OFTALMOLOGÍA

Lote	Bien/Producto	Can- tidad	Tipo Ud.	BASE IMPO- NIBLE (IVA EXCLUIDO)	IVA (21 %)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	VISCOELÁSTICO (AMPOLLAS) (270105) ■ Con ácido Hialurónico de al menos 12 mg/ml (1,2%), cloruro sódico de 8,5mg, fosfato disódico dodecahidratado 0,56mg, fosfato monosódico dihidratado 0,05mg, ph de 6,8 a 7,6 y viscosidad 250.000 cp aprox. ■ En jeringas estériles individuales de al menos de 0,8 ml. Con cánula de 27G de un solo uso.	2.640	Ud.	19,50 €	4,095 €	23,595 €	62.290,80 €

Nota aclaratoria: Todas las medidas y valores de las características técnicas indicadas en el Pliego que no estén ya especificadas y/o acotadas por un valor del tipo: entre mínimo y máximo, al menos de..., o máximo..., se entenderán aproximadamente.

Toda la documentación técnica exclusivamente (catálogos y características del artículo), se deberán incluir en el sobre 1.A, como se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.



PROCEDIMIENTO ABIERTO 32/2016 HUP.

Una vez elaborado el pliego de prescripciones técnicas correspondientes al Procedimiento Abierto 32/2016 HUP, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 116 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (B.O.E. nº 276 de 16 de noviembre de 2011), el Director Gerente del Hospital Universitario de la Princesa, en uso de las atribuciones que le confiere la Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, de delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Gerentes de Atención Especializada, Servicio de Urgencias Médicas de Madrid y Centro de Transfusión, apartado primero (B.O.C.M. núm. 76, de 31 de marzo de 2011).

RESUELVE:

Aprobar dichos pliegos para el mencionado Procedimiento Abierto.

Madrid, 10 de agosto de 2016

EL DIRECTOR GERENTE

