

P.A. 2019-0-028

**PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS RELATIVO A LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO
DE FUNGIBLE PARA FIBRILACIÓN AURICULAR AISLADA PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA
CARDIACA**

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el suministro de SUMINISTRO DE FUNGIBLE PARA FIBRILACIÓN AURICULAR AISLADA PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA CARDIACA para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clínico San Carlos.

2. DESCRIPCION TÉCNICA DEL ARTÍCULO

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE/ ÍTEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	329117	<p>SET DE ABLACION FIBRILACION AURICULAR AISLADA</p> <p>El adjudicatario del lote 1 deberá proporcionar todo lo necesario para realizar la técnica de FA aislada (monitor de ablación y matriz de conmutación)</p> <p>Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dispositivo electro-mecánico para ablación por radiofrecuencia seca, con transmisión de energía tetrapolar entre dos filas paralelas de electrodos distribuidos a lo largo de la superficie de cierre de ambas tenazas. Específico para la ablación quirúrgica aislada de fibrilación auricular por técnica mínimamente invasiva: <ul style="list-style-type: none"> Dispositivo para abordaje derecho. Dispositivo para abordaje izquierdo. Dispositivo electro-quirúrgico, estéril y de un solo uso, para ablación por radiofrecuencia seca, con transmisión de energía bipolar unidireccional, entre las dos filas paralelas de electrodos distribuidos a lo largo de su superficie. Capaz de detectar variaciones en la conductancia del tejido e informar al alcanzar la transsmuralidad. Con sistema de irrigación interna para disminuir un sobrecalentamiento del dispositivo. Para aplicación epiendocárdica. Bolígrafo multifuncional bipolar para ablación cardíaca por radiofrecuencia bipolar seca, para confirmar el aislamiento, estimulación y desactivación de los plexos ganglionares.

Madrid, 20 de febrero de 2019




**Hospital Clínico
San Carlos**
Madrid
SERVICIO DE CIRUGIA CARDIACA

Fdo.: Luis Carlos Maroto Castellanos
Jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca

P.A. 2019-0-028

**PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS RELATIVO A LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO
DE FUNGIBLE PARA FIBRILACIÓN AURICULAR AISLADA PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA
CARDIACA**

LOTE/ ÍTEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
		<ul style="list-style-type: none"> Disector para ablación cardíaca quirúrgica por radiofrecuencia seca de venas pulmonares con sistema rotario de regulación del ángulo de disección mediante un enganche único.
2	242092	DISPOSITIVO DE SUTURA <ul style="list-style-type: none"> Longitud 10mm Un solo uso Con dos mordazas, un para sujetar una aguja suturada y para pasarla a la otra por medio del cierre de los mangos y el accionamiento de las palancas. Válido para introducirse a través de todas las camisas de trocar . Para cirugía endoscópica Para colocación de suturas continuas o discontinuas en tejidos blandos en cirugía endoscópica. Tamaños: 10 mm y 10mm corto.
	242091	RECARGA DE SUTURAS <ul style="list-style-type: none"> Sutura quirúrgica no absorbibles Estéril Poliéster Medida : 0 Para su uso con el dispositivo de sutura.

*** PLAZO DE ENTREGA:**

- Desde el envío del pedido por fax o mail, el proveedor tendrá un plazo máximo de 48 horas (salvo programación del pedido, en cuyo caso se respetará la misma) o 24 horas en caso de urgencia, para la entrega del suministro en el Almacén General del Hospital Clínico San Carlos. Los licitadores deberán manifestar de forma expresa, mediante declaración responsable, el compromiso de cumplimiento de estos plazos de entrega.

*** PRODUCTOS:**

- Los productos que lo requieran deberán cumplir con el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre de 2009, publicado el 6 de noviembre de 2009, por el que se regulan los productos sanitarios.

- Será condición indispensable para su admisión el marcado C.E.

Madrid, 20 de febrero de 2019

Fdo.: Luis Carlos Maroto Castellanos
Jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 0888916049267507199011

ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

P.A. 2019-O-028

SUMINISTRO DE FUNGIBLE PARA FIBRILACIÓN AURICULAR AISLADA

Lote	Cod. Hosp.	Descripción	Consumo estimado 24 meses	Euros/uni s/IVA	BASE IMPONIBLE	IMPORTE IVA (21%)	IMPORTE IVA (10%)	TOTAL C/IVA
1	329117	SET DE ABLACION FIBRILACION AURICULAR AISLADA	60	8.080	484.800	101.808		586.608
2	242092	DISPOSITIVO DE SUTURA .	60	120	7.200	1.512		8.712
	242091	SUTURA POLIESTER TRENZADO SIN TRATAR	180	33	5.940		594	6.534

IMPORTE TOTAL

497.940	103.320	594	601.854
---------	---------	-----	---------

Madrid, 20 de febrero de 2019


Fdo.: Luis Carlos Maroto Castellanos
SERVIZO DE CIRUGIA CARDIACA
Jefe del Servicio de Cirugía Cardiaca



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0888916049267507199011**

