

EXPEDIENTE N° 2016-0-51

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE CÁNULAS DE PLATA PARA TRAQUEOSTOMÍA Y LARINGECTOMÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, forma parte del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adquisición del **SUMINISTRO DE CÁNULAS DE PLATA PARA TRAQUEOSTOMÍA Y LARINGECTOMÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”**.

Cánulas de diferentes dimensiones para la realización de procedimientos quirúrgicos de traqueostomías y laringectomías, con y sin fenestra en plata de 1ª ley.

Características comunes que deben reunir las cánulas de plata para ser usadas en un paciente

- La cánula debe ir dotada de cánula externa, cánula interna o camisa, vástago fiador y alerones laterales que permitan el ajuste a cintas de fijación.
- Deben ser fabricadas cumpliendo con la Ley de Metales preciosos vigente.
- Deben estar fabricados mediante un sistema cónico y sin soldadura.
- Variedad de longitudes y diámetros para adaptarse a las diferentes necesidades de los pacientes.

Cánulas fenestradas en diversas longitudes y diámetros.

LOTE	CODIGO ARTICULO	ARTICULO
1	130019	CANULA PLATA LARINGECTOMIA N° 4 <ul style="list-style-type: none"> Medida: 10 mm de diámetro x 60 mm de largo.
2	130005	CANULA PLATA LARINGECTOMIA N° 5 <ul style="list-style-type: none"> Medida: 11 mm de diámetro x 60 mm de largo.
3	130006	CANULA PLATA LARINGECTOMIA N° 6 <ul style="list-style-type: none"> Medida: 12 mm de diámetro x 60 mm de largo.
4	130118	CANULA PLATA LARINGECTOMIA N° 7 <ul style="list-style-type: none"> Medida: 13 mm de diámetro x 60 mm de largo.
5	130014	CANULA PLATA TRAQUEOTOMIA FENESTRADA N° 4 <ul style="list-style-type: none"> Medida: 10 mm de diámetro x 68 mm de largo.
6	130018	CANULA PLATA TRAQUEOTOMIA FENESTRADA N° 5 <ul style="list-style-type: none"> Medida: 11 mm de diámetro x 72 mm de largo.
7	130008	CANULA PLATA TRAQUEOTOMIA FENESTRADA N° 6 <ul style="list-style-type: none"> Medida: 12 mm de diámetro x 75 mm de largo.

LOTE	CODIGO ARTICULO	ARTICULO
8	130020	CANULA PLATA TRAQUEOTOMIA FENESTRADA N° 7 <ul style="list-style-type: none"> Medida: 13 mm de diámetro x 72 mm de largo.
9	130009	CANULA PLATA TRAQUEOTOMIA N° 3 <ul style="list-style-type: none"> Medida: 9 mm de diámetro x 65 mm.
10	130010	CANULA PLATA TRAQUEOTOMIA N° 4 <ul style="list-style-type: none"> Medida: 10 mm de diámetro x 68 mm.
11	130011	CANULA PLATA TRAQUEOTOMIA N° 5 <ul style="list-style-type: none"> Medida: 11 mm de diámetro x 72 mm.
12	130012	CANULA PLATA TRAQUEOTOMIA N° 6 <ul style="list-style-type: none"> Medida: 12 mm de diámetro x 75 mm.
13	130013	CANULA PLATA TRAQUEOTOMIA N° 7 <ul style="list-style-type: none"> Medida: 13 mm de diámetro x 80 mm.
14	130126	CANULA PLATA TRAQUEOSTOMIA N.5 EXTRA LARGA <ul style="list-style-type: none"> Medida: 11 mm de diámetro x 101 mm.
15	130127	CANULA PLATA TRAQUEOSTOMIA N.6 EXTRA LARGA <ul style="list-style-type: none"> Medida: 12 mm de diámetro x 103 mm.

**MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: (SI)
2 UNIDADES POR CADA LOTE.**


No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras, en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

*Las muestras se entregarán en el Almacén General **separadas** del resto de documentación del expediente.*

Madrid, a 9 de Marzo de 2016.

LA DIRECTORA GERENTE,

Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González.



Hospital Universitario
12 de Octubre



SaludMadrid

EXPEDIENTE 2016-0-51

OBJETO: SUMINISTRO DE CÁNULAS DE PLATA PARA TRAQUEOSTOMÍA Y LARINGECTOMÍA

PRESUPUESTO							IV A	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO
LOTE	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRORROGA 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE			
1	130019	CANULA LARINGECTOMIA DE PLATA Nº 4	2	2	31,16	62,320	6,23200	68,55200	124,640
2	130005	CANULA LARINGECTOMIA DE PLATA Nº 5	110	110	31,25	3.437,500	343,75000	3.781,25000	6.875,000
3	130006	CANULA LARINGECTOMIA DE PLATA Nº 6	168	168	31,81	5.344,080	534,40800	5.878,48800	10.688,160
4	130118	CANULA LARINGECTOMIA DE PLATA Nº 7	20	20	35,56	711,296	71,12963	782,42592	1.422,593
5	130014	CANULA TRAQUEOTOMIA FENESTRADA DE PLATA Nº 4	24	24	40,83	979,920	97,99200	1.077,91200	1.959,840
6	130018	CANULA TRAQUEOTOMIA FENESTRADA DE PLATA Nº 5	44	44	42,13	1.853,720	185,37200	2.039,09200	3.707,440
7	130008	CANULA TRAQUEOTOMIA FENESTRADA DE PLATA Nº 6	20	20	43,99	879,800	87,98000	967,78000	1.759,600
8	130020	CANULA TRAQUEOTOMIA FENESTRADA DE PLATA Nº 7	12	12	52,79	633,444	63,34440	696,78840	1.266,888
9	130009	CANULA PLATA TRAQUEOTOMIA N.3	114	114	35,91	4.093,740	409,37400	4.503,11400	8.187,480
10	130010	CANULA PLATA TRAQUEOTOMIA N.4	128	128	36,21	4.634,880	463,48800	5.098,36800	9.269,760
11	130011	CANULA PLATA TRAQUEOTOMIA N.5	74	74	37,51	2.775,740	277,57400	3.053,31400	5.551,480
12	130012	CANULA PLATA TRAQUEOTOMIA N.6	78	78	38,89	3.033,420	303,34200	3.336,76200	6.066,840

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS P.A. 2016-0-51

FI-UCON-019



13	130013	CANULA PLATA TRAQUEOTOMIA N.7	10	10	43,80	438,000	43,80000	481,80000	876,000
14	130126	CANULA PLATA TRAQUEOTOMIA N.5 EXTRA LARGA	4	4	72,23	288,909	28,89091	317,80000	577,818
15	130127	CANULA PLATA TRAQUEOTOMIA N.6 EXTRA LARGA	4	4	75,29	301,164	30,11636	331,28000	602,327
						29.467,933	2.946,793	32.414,726	58.935,866
						IMPORTE TOTAL VALOR ESTIMADO 10 %			
						64.829,45			