

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍA VALVULAR CARDIACA POR MÍNIMO ACCESO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.**

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, forma parte del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adquisición del **SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍA VALVULAR CARDIACA POR MÍNIMO ACCESO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.**

LOTE	Nº ORDEN	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCIÓN TÉCNICA)
1	1	012001	<b>CANULA VENOSA 22 FR- 25 FR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cánula para canulación venosa femoral reforzada con alambre, con uno o varios introductores, una guía, un conector y componentes de introducción percutánea.</li> <li>➤ Poliuretano reforzado.</li> <li>➤ Con marcas que sirven para indicar la profundidad.</li> </ul> <b>Indicaciones:</b> Se utiliza en otros pacientes reoperados para canulación femoral y en pacientes que necesitan asistencia ventricular (ECMO).
	2	013208	<b>CANULA ARTERIAL 16 Fr- 22 Fr</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cánula para canulación arterial ,femoral, axilar o subclavia, de cuerpo de poliuretano con refuerzo a lo largo de toda la cánula.</li> <li>➤ Con tapón e introductor que reduzca el sangrado en el momento de la inserción.</li> <li>➤ Longitud de la cánula 15 cm con conexión de 3/8.</li> </ul> <b>Indicaciones:</b> Se utiliza en otros pacientes reoperados para canulación femoral y en pacientes que necesitan asistencia ventricular (ECMO).
2	3	016562	<b>RETRACTOR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Separador de tejidos blandos atraumático de silicona con doble anillo.</li> <li>➤ Diámetro interno del anillo de 80 mm. Diámetro externo 100mm</li> </ul>
3	4	011849	<b>SET DE DILATADORES PARA INSERCIÓN PERCUTÁNEA</b> <b>Compuesto de:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Un escalpelo del nº 11</li> <li>➤ Una aguja de inserción de 18 Ga</li> <li>➤ Una jeringa de 5 a 10 ml.</li> <li>➤ Dilatadores de 8 a 16 Fr.</li> <li>➤ Guía de 0,038" y 100 cm a 180cm</li> </ul> <b>Indicaciones:</b> En procedimientos de cirugía cardiaca con Circulación



LOTE	Nº ORDEN	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCIÓN TÉCNICA)
			extracorpórea (C.E.C.), reoperados y para canulación arterial-femoral y yugular.

**MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: (NO)**

*No obstante, durante el periodo de evaluación técnica de los productos ofertados se podrán solicitar muestras, en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.*

Madrid, a 30 de Agosto de 2016.

LA DIRECTORA GERENTE,

Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González.