

PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**PRÓTESIS AÓRTICAS PARA IMPLANTACIÓN QUIRÚRGICA TRANSCATÉTER**

P.A. 27/2021 HUP

LOTE	BIEN/PRODUCTO	CANTIDAD	TIPO UD.	BASE IMPONIBLE (IVA EXCLUIDO)	IVA (10%)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	PRÓTESIS AÓRTICA PARA IMPLANTACIÓN QUIRÚRGICA TRANSCATÉTER (TRANSCATÉTER 2) (201223): <ul style="list-style-type: none"> • Prótesis para pacientes que requieren implante de prótesis aórtica transcáteter y no precisan o admiten proyección y anclaje del armazón protésico en la raíz aórtica. • Prótesis de pericardio porcino montada sobre soporte autoexpandible de nitinol. • Recapturable. • Posibilidad de implante transfemoral y subclavio-axilar. • Rango de anillo valvular aórtico de 18-30 mm. 	60	Ud.	16.999,00 €	1.699,90 €	18.698,90 €	1.121.934 €

PROCEDIMIENTO ABIERTO 27/2021 HUP

Una vez elaborado el pliego de prescripciones técnicas correspondientes al Procedimiento Abierto 27/2021 HUP, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (B.O.E. de 9 de noviembre de 2017), el Director Gerente del Hospital Universitario de la Princesa, en uso de las atribuciones que le confiere la Resolución de 11 de junio de 2020, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, de delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Directores Gerentes de los Centros de Atención Hospitalaria adscritos al Servicio Madrileño de Salud, Centro de Transfusión y en el Director-Gerente del SUMMA-112, apartado primero (B.O.C.M. núm. 143, de 15 de junio de 2020),

RESUELVE:

Aprobar dichos pliegos para el mencionado Procedimiento Abierto.

Madrid,

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: Fidel ILLANA ROBLES

