

EXPEDIENTE: 2019-0-142

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE UNA MESA DE TALLADO CON FILTRACION Y EXTRACCION AL EXTERIOR PARA EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto el suministro de una mesa de tallado con filtración y extracción al exterior para el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital 12 de Octubre

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Mesa de acero inoxidable de alta calidad AISI 316 resistente a la corrosión en superficie y frontal.
- De un puesto de trabajo.
- Dimensiones. Para colocar en hueco con las siguientes dimensiones: longitud máxima 1,40 metros, fondo máximo 0,85 metros, altura máxima 2,15 metros.
- Altura de trabajo entre 0,88 y 0,92 m. Con espacio libre suficiente para las piernas cuando se trabaje sentado.
- Debe disponer de cerramientos laterales de cristal templado de 8mm y cubierta frontal abatible transparente.
- Ventilación:
 - Debe disponer de aspiración hacia abajo y frontal, con salida por la parte superior.
 - Velocidad del aire en la superficie perforada $\geq 0,7$ m/s
 - La mesa debe estar preparada para su conexión con extracción al exterior.
- Filtración: Filtro de carbón activado con 12% de permanganato potásico (específico para formaldehído), con prefiltro, para el tratamiento del aire antes de su expulsión. Se aportará el valor del número de horas aproximado de vida útil del filtro utilizado.
- Superficie y zona de lavado.
 - Un puesto de trabajo de dimensiones mínimas de 0,55x0,55, con chapas perforadas para extracción de aire de acero inoxidable de alta calidad.
 - Debe disponer de pila de lavado de dimensiones mínimas 0,35x0,35 con grifo monomando para agua caliente y fría, con ducha extraíble manual para la limpieza de todas las superficies. Conexiones para drenaje y suministro de agua.
- Dosificación y recogida de formol.
 - Sistema de dispensación de formol con grifo y bomba dosificadora, preferiblemente con control de pedal.
 - Sistema de recogida de residuos de formol en una pila con filtro de rejilla, con válvula de seguridad y sistema de alarma.

- Zona inferior, bastidor
 - Con puertas correderas, con ventilación en el fondo.
 - Cajón o carro con ruedas, extraíble, para alojar los envases de formol nuevo y de residuos líquidos de formol.
- Zona superior, frontal y lateral
 - Con contador horario para controlar la duración del filtro.
 - Balda frontal de acero inoxidable para colocar accesorios de trabajo.
 - Con enchufes de conexión (mínimo 4)
 - Soporte dispensador de papel secamanos.
 - Iluminación tipo LED

OTROS REQUISITOS:

- Ficha Técnica de cada uno de los productos ofertados
- Catálogo con imágenes de cada uno de los productos ofertados
- El adjudicatario se encargará de la distribución e instalación en el punto de destino, así como la retirada de los embalajes.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: NO

- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

ENTREGA DEL BIEN OBJETO DEL CONTRATO

1. Las entregas se realizarán una vez efectuada la petición y dentro del plazo establecido del contrato
2. Las entregas se realizarán en el ALMACEN DEL HOSPITAL

OTROS

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, 11 de julio 2019

JEFE DE SERVICIO DE PREVENCION RIESGOS LABORALES

Fdo: Dra. Muñoz Ruiperez



ANEXO AL PPT

**LOS EQUIPOS Y TODOS SUS COMPONENTES SERAN DE NUEVA FABRICACION
Y SIN NINGUN COMPONENTE REACONDICIONADO**

Requisitos de instalación y mantenimiento

1. Instalación

- Los equipos se suministrarán con todos aquellos dispositivos o elementos de interconexión, accesorios de anclaje o fijación necesarios para un total y correcto funcionamiento y obtención de los correspondientes permisos o autorizaciones requeridas por la legislación vigente.
- Los equipos serán montados por el adjudicatario en el local de destino en condiciones de funcionamiento, incluyendo la retirada de elementos de embalaje así como del equipo al que sustituya independientemente de su ubicación en el Centro o en cualquiera de los CEPS adscritos), en caso de que sea necesario.

2. Información del equipo

- El adjudicatario deberá entregar la siguiente documentación en español:
 - Manual de instrucciones y operaciones, en formato electrónico.
 - Manual de mantenimiento, en formato electrónico.
- El adjudicatario deberá actualizar los manuales en español cuando se incorpore alguna modificación a las características del equipo.
- Los equipos se suministrarán con la última versión de software disponible. Se actualizarán los programas ofertados, sin coste adicional, durante el periodo de garantía (incluida ampliación de garantía si ha sido ofertada por el adjudicatario).
- El adjudicatario colaborará con la Unidad de Electromedicina del Hospital en la inclusión de toda la información necesaria de los equipos en el inventario técnico disponible en la Unidad.

3. Garantía y mantenimiento

- La garantía del equipo incluye durante su vigencia el servicio de mantenimiento en la modalidad "todo incluido con garantía total" y mantenimiento técnico-legal sin coste adicional para el Hospital.
- El adjudicatario está obligado a disponer de todos los repuestos, accesorios, componentes, kits, consumibles que puedan ser necesarios para el correcto mantenimiento preventivo, correctivo y técnico-legal durante un periodo mínimo de 12 años.

4. Formación

Se incluye una completa formación en el manejo del equipo, en su más óptima utilización, tanto desde el punto de vista operativo como funcional, y que comprenderá como mínimo los módulos de:

- Aprendizaje
- Asesoramiento
- Actualizaciones

Esta formación deberá ir dirigida al personal médico, personal de enfermería y personal técnico para utilizar el equipo en la forma prevista por el fabricante y efectuar las rutinas de servicio.

En caso de que el equipo suministrado forme parte de un sistema, la instrucción del personal se extenderá a las funciones del sistema afectadas por el equipo suministrado.

La formación se iniciará antes de que el equipo empiece a dar servicio efectivo y en los locales donde esté ubicado el equipo.

Asimismo, el adjudicatario deberá aportar la documentación e información necesaria para facilitar la formación del personal que efectuará las inspecciones periódicas y el mantenimiento preventivo necesarios una vez transcurrido el plazo de garantía. Deberá expresar su compromiso de impartir, caso de ser requerido, un curso de formación técnica para el personal de mantenimiento que designe el hospital destinatario del equipo.

Deberá incluirse el programa específico de los cursos, profesorado y planificación prevista de los mismos. Su duración (en días/semana) y el número de técnicos asistentes se adecuará al coste, complejidad del sistema o equipo y en cualquier caso deberá conseguir el pleno rendimiento funcional del equipo con los profesionales usuarios del mismo.

5. Servicio Técnico

Si bien no forma parte del concurso, parte esencial de la adquisición, comprometiendo las condiciones de su contratación futura, será la fijación del coste y servicios incluidos en el servicio técnico todo riesgo de los equipos durante la vida útil de los mismos. Para su definición, este deberá incluir:

- La sustitución del equipo en caso de vicios o defectos importantes (materiales y de funcionamiento).
- Mantenimiento preventivo programado: revisión periódica de seguridad y control de funcionamiento, ajustes, calibraciones y otras operaciones necesarias para el correcto funcionamiento del equipo.
- Todas las operaciones correctivas necesarias para la reparación de averías y defectos, incluidas todas las piezas de recambio.

Asimismo, están incluidos todos los costos y gastos de desplazamiento del personal del servicio de mantenimiento.

El adjudicatario entregará al servicio técnico del hospital las hojas de las revisiones en las cuales se especificarán las piezas sustituidas con sus referencias y se detallarán las intervenciones realizadas, así como las piezas sustituidas.

El adjudicatario comunicará al servicio técnico las fechas de las operaciones de mantenimiento preventivo con suficiente antelación acordándose el horario en función de la actividad del servicio donde se ubica el equipo.

Las revisiones y reparaciones realizadas al equipo se realizarán en el lugar donde esté instalado el equipo. El hospital autorizará en su caso, la reparación fuera del Centro, previa justificación.

Para el caso de que el tiempo de parada exceda de 24 horas, el equipo, cuando mediara solicitud de la Dirección del Centro, deberá ser sustituido por otro de iguales características.

El compromiso de demora en la respuesta técnica ante una solicitud de asistencia o de suministro de repuesto en ningún caso podrá ser superior a 6 horas.

El tiempo de “uptime” será de al menos el 95% estableciéndose como periodo base horario de 24 horas diarias durante 7 días a la semana (se valorarán porcentajes mayores). Se deberán justificar los medios empleados para la mejora de la disponibilidad.

Los adjudicatarios se comprometen a que todos los trabajos de mantenimiento serán efectuados por personal especializado de la empresa y debidamente acreditados.

Las empresas adjudicatarias, se harán cargo, sin coste alguno para el hospital, de la retirada, una vez causen baja, y gestión de los residuos a la finalización de la vida útil de los equipos ofertados conforme a lo estipulado en el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

Se deberá indicar claramente los ANS considerados para el servicio postventa y su coste para poder valorar adecuadamente este apartado de la oferta técnica.

El adjudicatario adquiere el compromiso firme de disponibilidad de repuestos durante la vida del equipo, que serán originales y/o autorizados por el fabricante.

EXPEDIENTE 2019-0-142

OBJETO: SUMINISTRO DE UNA MESA DE TALLADO CON FILTRACION Y EXTRACCION AL EXTERIOR PARA EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

				PRESUPUESTO				VALOR ESTIMADO	EPIGRAFE
LOTE	COD. ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL		
1	222374	MESA DE TALLADO CON FILTRACION Y EXTRACCION PARA ANATOMIA PATOLOGICA	1	13.995,00	13.995,00	2.938,9500	16.933,9500	13.995,00	63500
					13.995,000	2.938,950	16.933,950	13.995,000	