

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE MONTAJE DE PREPARACIONES MEDIANTE FILM CON DESTINO AL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y el artículo 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del *SUMINISTRO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE MONTAJE DE PREPARACIONES MEDIANTE FILM CON DESTINO AL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE*,

Características técnicas:

- ✓ El sistema de montaje de preparaciones deberá estar controlado por microprocesador y ser en compartimento cerrado.
- ✓ El método de montaje del equipo será por rollo de film de celulosa tri-acetato y con recubrimiento de resina suplementada con xilol.
Debe adaptarse a las especificaciones técnicas del film actualmente en concurso.
- ✓ El equipo montador contará con diversos sistemas que aseguren unos buenos resultados durante el montaje, como detectores de burbujas de aire, detector de carencia de film y detector de falta de xilol.
- ✓ Tendrá una capacidad de descarga de hasta 240 portaobjetos (12 cestos específicos de secado) sin intervención del usuario.
- ✓ Dispondrá de un sistema de seguridad en caso de rotura del vidrio.
- ✓ Incorporará sistemas de extracción de gases por aspiración a través de filtros de carbón activo y/o conectable a sistema de extracción del laboratorio.
- ✓ El software del equipo deberá ser en español y estar preparado para conectarse con el sistema de trazabilidad.
- ✓ El equipo montador deberá tener una gran autonomía de montaje sin la intervención del usuario para añadir cubreobjetos ni medio de montaje.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: NO

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.


Madrid, 18 de mayo de 2018

Subdirectora Médica
Servicios Centrales



Fdo: Dra. Victoria Ramos Rodríguez

Jefe de Servicio Anatomía Patológica



Fdo: Dr. José Luis Rodríguez Peraltó



ANEXO

EXPEDIENTE 2018-0- 117
 OBJETO: SISTEMA AUTOMATIZADO DE MONTAJE DE PREPARACIONES MEDIANTE FILM PARA EL SERVICIO DE ANATOMIA
 PATOLOGICA

PRESUPUESTO									
LOTE	COD. ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO	EPIGRAFE
1	222228	SISTEMA AUTOMATIZADO DE MONTAJE DE PREPARACIONES MEDIANTE FILM	1	52.207,36	52.207,36	10.963,5456	63.170,9056	52.207,36	63305
					52.207,360	10.963,5456	63.170,9056	52.207,360	