

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES POR LA EMPRESA MINDRAY AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS POR EL QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA DE LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE MONITORIZACIÓN PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO "GREGORIO MARAÑÓN"

EXPTE: A/SUM-013213/2018

Sistema de monitorización de UCI:

- a) Dentro de las especificaciones se solicita: "Conexión y licencia para la conexión de los 23 monitores (17 monitores objeto de la licitación más otros 6 monitores de la Unidad), escalable para que permita incorporar la monitorización de otras centrales de monitorización, así como monitores y telemetrías".
- Se modificará el pliego estableciéndose en su lugar el requisito: "Conexión y licencia para la conexión de los 17 monitores escalable para que permita incorporar la monitorización de otras centrales de monitorización, así como monitores y telemetrías". Y se incorporará como elemento de valoración que la oferta incluya conexión para 23 monitores (17 monitores objeto de la licitación más otros seis monitores adicionales de la unidad o aportados por el licitante) con una valoración de 3 puntos.
- b) Dentro de las especificaciones técnicas se solicita: para el módulo de transporte una pantalla táctil de al menos 6 pulgadas.
- Se modificará el pliego estableciéndose en su lugar el requisito: "Pantalla táctil de al menos 5,5 pulgadas." Y se incorporará como elemento de valoración que la oferta incluya pantallas con mayor tamaño. Superior a 5,5 pulgadas un punto. Y superior a 6,5 pulgadas un punto adicional.

Madrid, 26 de octubre de 2018

EL JEFE DE SERVICIO
DE MEDICINA INTENSIVA

José Eugenio Guerrero Sanz



EL TÉCNICO RESPONSABLE
DE ELECTROMEDICINA

Eugenio Herrero Alonso

