

**PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS RELATIVO A LA CONTRATACION DEL
SUMINISTRO DE TUBULADURAS DE INSUFLACIÓN Y FILTROS DE HUMO
PARA LAPAROSCOPIA**

1. DEFINICION DEL OBJETO. LOTE/NOMBRE DEL ARTÍCULO

LOTE	NOMBRE DEL ARTICULO
1	TUBULADURA DE INSUFLACIÓN DE CO2 CON FILTRO COMPATIBLE CON TORRE LAPAROSCOPIA
2	FILTRO EVACUACIÓN HUMOS PARA LAPAROSCOPIA

2. DESCRIPCIONES TECNICAS DE LOS ARTICULOS

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	279594	TUBULADURA DE INSUFLACIÓN DE CO2 CON FILTRO COMPATIBLE CON TORRE LAPAROSCOPIA -Tubuladura de 3 metros o superior. - Filtro de CO2 hidrofóbico de 50 l/min con eficacia de filtrado frente a virus y bacterias del 99,99% o superior. -Conexión luerlock macho rotativa. -Desechable. -Estéril. -Libre de látex.
2	282906	FILTRO EVACUACIÓN HUMOS PARA LAPAROSCOPIA -Filtro de carbón activo para la eliminación de olores y químicos. -Eficacia de filtrado frente a virus, bacterias y células del 99,99% o superior. -Tubuladura de conexión con sistema de control manual de flujo. -Conexión luerlock macho rotativa. -Desechable. -Estéril. -Libre de látex.

Madrid 2 de junio de 2017



Fdo. Dr. Ángel Ramos Carrasco
Coordinador de Bloques Quirúrgicos