

**(EXPEDIENTE SUMMA PA/SE/04/2020)**

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO Y APARATAJE ELECTROMÉDICO DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA GERENCIA DEL SUMMA 112.**

---

**1. OBJETO DEL CONTRATO.**

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto regular y definir el alcance y condiciones de prestación de servicios, sistemas técnicos, procesos, métodos, normas, y recursos, tanto técnicos como humanos, que deberán regir la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento y aparataje electromédico con los que cuentan los Centros de adscritos a la Gerencia del SUMMA 112.

**2.- FINALIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR.**

El servicio a contratar tiene por finalidad la de mantener en todo momento los aparatos de electromedicina y resto de equipamiento, que son objeto del contrato, en perfecto estado de funcionamiento, mediante la ejecución de distintas operaciones y tareas, entendiéndose en todo caso que los requisitos exigidos en estos pliegos tienen la consideración de mínimos o básicos y que lo pretendido es la consecución de los objetivos de calidad que se indican a continuación:

- Conseguir el mejor estado de conservación de las partes y elementos componentes.
- Garantizar la obtención de funciones y prestaciones que deben cumplir.
- Asegurar el funcionamiento continuo y eficaz de los equipos, minimizando las posibles paradas como consecuencia de averías.
- Adecuar los equipos a las necesidades actuales, manteniendo un correcto equilibrio entre las prestaciones que proporcionan y su coste.
- La seguridad integral referida a los aspectos técnicos de estos equipos e instalaciones.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018694030128886464822**

- El cumplimiento de la normativa referente a las instalaciones y equipos objeto del presente contrato.
- La prestación de un eficiente y eficaz servicio de mantenimiento de las dotaciones de equipos de electromedicina de los Centros adscritos a la Gerencia del SUMMA 112.

### **3. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS ELECTROMÉDICOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO.**

Los equipos y aparatos electromédicos objetos del servicio son principalmente las dotaciones con las que cuentan los 37 Servicios de Urgencias adscritos a la Gerencia del SUMMA 112 y el Centro de Urgencias Extrahospitalario del Molar. También se incluye en el objeto del contrato el inventario de equipos del que disponen los Servicios Centrales de la Gerencia del SUMMA 112. Se adjunta como Anexo I del presente Pliego el inventario de equipos.

Los Servicios de Urgencias SUMMA 112 cuentan con una dotación homogénea de equipos y aparatos electromédicos, instalados en diciembre de 2019. Cada uno de los 37 Servicios de Urgencias dispone de:

- Un monitor/desfibrilador multiparamétrico, modelo LIFEPAK 15 PHYSIO CONTROL
- Mural de Pared con Otoscopio, Oftalmoscopio, Termómetro, Esfigmomanómetro y dispensador de espéculos en cada consulta, modelo 777 de WELCHALLYN. Cada Servicio de Urgencia dispone de aprox. 3-4 consultas.
- Aspirador de secreciones portátil 10 litros aprox., modelo ASKIR 36 BR CA-MI.
- Una nevera productos farmacéuticos, con control de temperatura monitorizada. Modelo ERL 180 C, EQUITEC.
- Un carro de parada con sistema de apertura/precinto de seguridad.
- Lámpara de pie con lupa y pequeño equipamiento médico portátil de similar índole en cada consulta.



La información con las direcciones de los Servicios de Urgencias SUMMA 112, del Centro de Urgencias Extrahospitalario del Molar y de los Servicios Centrales se adjunta como Anexo II al presente Pliego.

#### **4. CONDICIONES TÉCNICAS DESARROLLO OPERATIVO.**

La empresa adjudicataria queda obligada a mantener plenamente operativos los equipos incluidos en el contrato, para lo cual realizará todas las intervenciones necesarias para garantizar su pleno rendimiento, reparación o ejecución; para ello realizará las siguientes actividades:

- Operaciones de mantenimiento Preventivo, Correctivo y Técnico-Legal que garanticen la buena conservación y durabilidad de los equipos.
- Regulación y vigilancia de todos los parámetros funcionales que definen el buen estado de funcionamiento del equipo, tales como temperatura, calibrados, presiones, caudales, velocidades de paso, intensidades, voltajes, etc.
- Se recogerán las acciones a efectuar en los equipos, con indicación de su periodicidad, la cual deberá corresponder como mínimo a lo exigido y recomendado por el fabricante.
- Control de funcionamiento de equipos. Sobre cada equipo de cierta entidad se efectuará una revisión periódica (incluida en el Plan de Mantenimiento Preventivo).
- Indicación de cualquier defecto de los equipos que disminuya su rendimiento, produzca un mayor gasto de energía, consumibles, etc. y ponga en peligro la seguridad del usuario, del paciente o bien pueda ser motivo de avería futura.
- Aportar las certificaciones, homologaciones, autorizaciones, licencias de operador y en general toda aquella documentación exigida por la legislación vigente en relación con el equipamiento objeto del contrato a lo largo de su periodo de vigencia.

Todos los trabajos de reparación con sustitución de elementos, o instalación de equipos, tendrán una garantía mínima de 2 años contra deficiencias de fabricación o instalación; siendo a cargo de la empresa adjudicataria la subsanación de las deficiencias que pudieran derivarse.



#### **4.1. Revisión inicial.**

La empresa adjudicataria estará obligada a revisar, en los primeros 30 días naturales desde el inicio del presente contrato, los bienes, instalaciones y elementos existentes en el Centro, emitiendo informe de su estado, (Auditoría Técnica), detallando:

- Inventario codificado de los equipos
- Deficiencias encontradas y propuestas de subsanación, en caso de existir
- Valoración económica de la subsanación

#### **4.2. Mantenimiento preventivo.**

En la documentación técnica se indicarán las actuaciones de mantenimiento preventivo que el adjudicatario realizará sobre los equipos, de forma programada y en las que se incluirán todas las actividades de limpieza, mediciones, calibrados, comprobaciones, regulaciones, chequeos, ajustes, reglajes, engrases, etc. y todas aquellas acciones que tiendan a asegurar un estado óptimo de los equipos desde el punto de vista funcional, de seguridad, de rendimiento energético y de protección de medio ambiente. Formarán necesariamente parte de dichas actuaciones aquellas expresamente recomendadas por el fabricante.

El adjudicatario se compromete a la elaboración, en el plazo máximo de seis meses desde el inicio del contrato, del Manual de Mantenimiento Preventivo de Equipos Electromédicos, que definirá el sistema operativo a desarrollar, tanto desde el punto de vista de tareas a realizar como de documentación necesaria para llevarla a cabo.

En la documentación técnica se indicará el contenido mínimo de dichos manuales, bien entendido que el definitivo deberá ser aprobado por la Gerencia del SUMMA 112.

#### **4.3. Mantenimiento correctivo.**

Consistirá en atender los avisos de avería fuera de las visitas correspondientes al mantenimiento técnico-legal o preventivo, pudiendo ser estos de tres tipos diferentes:

##### **Urgentes**

Considerándose como tales la reparación de las averías que paralicen o dificulten gravemente la actividad y buen funcionamiento del centro. El tiempo de respuesta para acudir al Centro no podrá exceder, en ningún caso, de 4 horas desde el momento del aviso.



La reparación definitiva se realizará en el menor tiempo posible, las demoras se justificarán por escrito ofreciendo alternativas que no distorsionen la actividad cotidiana.

### **Normales**

Considerándose como tales la reparación de las averías que no paralicen o dificulten gravemente la actividad y buen funcionamiento del centro. El tiempo de respuesta para acudir a los centros no podrá exceder, en ningún caso, de 36 horas desde el momento del aviso. La reparación definitiva se realizará en el menor tiempo posible, las demoras se justificarán por escrito ofreciendo alternativas que no distorsionen la actividad cotidiana.

### **Programados**

Considerándose como tales las actuaciones derivadas de posibles modificaciones o mejoras en los equipos o sus instalaciones, fijándose previamente los plazos máximos para su ejecución de acuerdo con la unidad responsable que designe la Gerencia del SUMMA 112.

#### **4.4. Mantenimiento técnico-legal.**

El mantenimiento técnico-legal será realizado sobre aquellos equipos que lo requieran, de acuerdo a las especificaciones de los reglamentos industriales o sanitarios de carácter general, comunitario, nacional o autonómico.

Será igualmente de obligado cumplimiento la normativa que dicte la Comunidad de Madrid.

Los licitadores propondrán en la documentación técnica el programa de actuación de mantenimiento legal que estime adecuado. Como responsable del mantenimiento Integral de los equipos electromédicos, emitirá las preceptivas certificaciones de inspección y control reglamentario y será el titular de los Libros Oficiales de Mantenimiento y en consecuencia de su legalización, actualización y correcta cumplimentación.

Será responsabilidad de la adjudicataria la notificación a la Gerencia del SUMMA 112 cualquier cambio de la legislación, durante la vigencia del contrato, que obligará a la modificación total o parcial de las instalaciones o de los equipos.



## **5. CONDICIONES ESPECÍFICAS.**

### **5.1. Mano de Obra.**

Queda incluida dentro de este servicio toda la mano de obra de todos los trabajos que se realicen en los Centros incluidos en el presente contrato. También estará incluida en el contrato, la realización de pruebas o actuaciones de mantenimiento, fuera del horario normal del Centro, para no entorpecer o dificultar su normal funcionamiento.

Para la ejecución de los trabajos que son objeto de esta contratación, la empresa adjudicataria pondrá a disposición de la Gerencia del SUMMA 112 todo el personal con la titulación técnica necesaria y competente que resulte necesario para el cumplimiento de los trabajos y condiciones exigidas por este Pliego.

Los daños que el personal utilizado por la adjudicataria pueda ocasionar en los locales, mobiliario, equipos o instalaciones, ya sea por negligencia o dolo, serán indemnizados por aquella, siempre a juicio de la Gerencia, la cual podrá detraer la compensación procedente del importe de las facturas que presente la adjudicataria. También será ésta responsable de las sustracciones de cualquier material, valores o efectos que puede probarlo que ha sido efectuado por su persona, siguiéndose para su compensación idéntico procedimiento que el anteriormente señalado.

### **5.2. Equipos de sustitución.**

Para poder solventar los avisos de avería, definidos en la cláusula 4.3 del presente Pliego, minimizando la incidencia en la actividad del Centro; el adjudicatario dispondrá de un mínimo de dos equipos de sustitución de cada uno de los definidos en la cláusula 3 del presente Pliego como dotación de los Servicios de Urgencias SUMMA 112.

Estos equipos de sustitución serán de idénticas o similares características a los instalados en los Servicios de Urgencias SUMMA 112.

### **5.3. Materiales.**

El suministro de pequeño material, como tornillería, cableado, etc., serán por cuenta de la Empresa Adjudicataria. Igualmente será suministrada por el adjudicatario toda herramienta, instrumentos de calibración, mediciones, y equipos necesarios para prestar el servicio.



Los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos serán por cuenta del adjudicatario, con el límite de franquicia recogido en la cláusula 5.3.1, incluyendo cables ECG, cables intermedios, sondas, todo tipo de lámparas, accesorios, etc., a excepción de los materiales considerados fungibles y/o consumibles como:

- Soportes de información, tales como papel, cartuchos para impresoras y tóner, etc.
- Electrodo, filtros desechables, etc.

### **5.3.1 Franquicia.**

Se fija un importe de franquicia de materiales de 200 €, sin IVA, por actuación. En caso de que el importe de los materiales necesarios para la reparación sea superior al valor de la franquicia será necesario presupuesto previo autorizado por la Gerencia del SUMMA 112. El presupuesto, detallando el importe de los materiales, se presentará por la empresa adjudicataria de inmediato, mediante correo electrónico.

El adjudicatario facturará el valor de los materiales empleados en la reparación por el importe que exceda de la franquicia. Si el material necesario para la reparación es facilitado por la Gerencia del SUMMA 112 la empresa adjudicataria lo montará sin costes adicionales.

### **5.3.2. Precios máximos de repuestos.**

La empresa adjudicataria presentará, durante el primer mes de vigencia del contrato, listado detallando el importe del suministro de los posibles materiales que puedan ser necesarios para la reparación o sustitución de los equipos objeto de este contrato. La empresa adjudicataria quedará obligada y vinculada a cumplir y respetar, durante el periodo de vigencia del contrato, o posibles prórrogas, los precios máximos presentados.

### **5.4. Horario.**

La prestación del servicio se realizará durante el horario de funcionamiento de los Centros adscritos a la Gerencia del SUMMA 112. Los Servicios de Urgencias SUMMA 112, tienen un horario de funcionamiento de 20:30 a 08:30 de Lunes a Viernes y de 00:00 a 24:00 los Sábados, Domingos y Festivos. El Centro de Urgencias Extrahospitalario del Molar, al igual que los Servicios Centrales, tiene un horario de funcionamiento ininterrumpido de 24 horas al día, todos los días del año.



Para realizar trabajos en dependencias fuera del horario de funcionamiento ordinario, se deberá contar con autorización de la Gerencia del SUMMA 112, quien facilitará el acceso al Centro hasta la finalización de los trabajos.

## **6. PROCEDIMIENTO E INFORMES.**

Todos los trabajos realizados en los Centros se reflejarán en un parte de trabajo, en el que figurarán como mínimo los siguientes datos:

- Fecha y hora de inicio de los trabajos.
- Fecha y hora de terminación del trabajo.
- Descripción del trabajo realizado, e identificación del técnico responsable.
- Piezas de repuesto incorporadas incluidas y/o excluidas del contrato.

Estos partes se presentarán al Departamento designado por la Gerencia del SUMMA 112 para su control, cuando sea necesario el suministro de material se adjuntará el correspondiente albarán de entrega. Mensualmente se enviará a la Gerencia del SUMMA 112 un informe de cada uno de los trabajos y tareas ejecutadas, del cumplimiento de los planes de mantenimiento preventivo, así como de los resultados obtenidos y de cualquier incidencia que sea importante destacar. Igualmente emitirá un informe anual de los equipos y de su adecuación a posibles cambios de Normativas.

Dicha documentación se adjuntará también en soporte digital compatible con Office de Microsoft o similar.

Cuando a juicio de la empresa mantenedora sea recomendable la mejora, ampliación, o cambio de algún equipo, deberá informar a la Gerencia del SUMMA 112, mediante informe razonado y valorado.

## **7. GESTIÓN INFORMATIZADA DEL SERVICIO.**

Los licitadores deben disponer de la aplicación informática para la gestión del servicio compatible con las funcionalidades actuales de la Gerencia del SUMMA 112. Dicha aplicación deberá aportar, como mínimo, las siguientes funcionalidades:





- Permitir que las solicitudes de intervención y/o consultas técnicas puedan efectuarse desde los terminales informáticos de la Gerencia del SUMMA 112 y de los Centros a mantener.
- Avisos e Intervenciones realizadas:
  - Debe proporcionar el estado del parte de reparación, tiempo de respuesta, tiempo de reparación, etc., con valoración económica del parte realizado cuando proceda.
  - Cada usuario podrá generar sus propios Partes de Reparaciones, controlar el estado de la reparación consiguiente, así como las acciones preventivas y revisiones técnico-legales que haya que realizar.
- Listados e Informes; deberá permitir obtener, como mínimo, los siguientes documentos:
  - Listado de Partes pendientes.
  - Listado de Avisos.
  - Tiempos de respuesta y de reparación.
  - Programas de actuaciones.
  - Resúmenes y estadística mensual y anual.
- Control de Inventario de Equipos:
  - Listado de Partes pendientes.
  - Listado de Avisos.
  - Tiempos de repuesta y de reparación.
  - Descripción, marca, modelo, procedencia, estado, etc.
  - Datos económicos: valor de reposición, fecha adquisición, amortización, etc.
  - Localización: edificio, planta, consulta, etc.
  - Mantenimiento: correctivo, preventivo, técnico – legal, etc.
  - Digitalización de catálogos / documentación de los equipos.



En la documentación técnica se aportará una descripción del sistema informático, detallando las especificaciones, alcance, metodología, cronograma de implantación de las diferentes fases, relación de centros donde se encuentre implantado y demo aplicativa del programa.

A lo largo del ejercicio 2021, la Gerencia del SUMMA 112 implantará un programa de gestión de mantenimiento NEXUS ECCL (SAP R3) que será utilizado para:

- Comunicar las incidencias o avisos (por los centros del SUMMA 112)
- Registrar todas las operaciones realizadas, provengan de avisos o del mantenimiento preventivo (por la empresa de mantenimiento)
- Mantener y actualizar el inventario de equipos e instalaciones (por las empresas de mantenimiento)
- Seguimiento del servicio (por la Gerencia del SUMMA 112)

A continuación se establecen las obligaciones del adjudicatario con este programa o con otro GMAO que pudiera entrar en servicio, en sustitución de NEXUS, en el transcurso de la ejecución de este contrato.

La empresa de mantenimiento deberá trabajar sobre este programa, vía Web, abriendo órdenes de trabajo, en las que dejará constancia de las operaciones realizadas, es decir, transcribirá los prestaciones de trabajo en formato papel a NEXUS ECCL en un plazo máximo de 48 horas desde la intervención reflejada en el parte de trabajo, y procediendo al cierre de la pertinente orden de trabajo, salvo que no se pueda cerrar la incidencia por hacerse necesaria la provisión de repuestos. En este caso se reflejará el motivo en la orden de trabajo.

Por todo lo anterior, la empresa adjudicataria deberá contar con los medios y organización necesarios, pues se considera indispensable para la gestión y seguimiento del servicio.

Las prestaciones de trabajo correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo mensual, serán enviadas mensualmente a la Gerencia del SUMMA 112. Los datos mínimos que deben figurar en los prestaciones de trabajo y órdenes NEXUS ECCL son: nombre y apellidos del oficial, fecha y horas de inicio y fin, breve descripción de los trabajos realizados. Así mismo deberán ser legibles y estar firmados y sellados por el centro. El



envío de esta documentación será en soporte digital y un solo archivo por centro cada mes, nombrado o codificado según instrucciones de la Gerencia del SUMMA 112.

Además estará obligada a registrar los equipos que no estén dados de alta previamente en el programa o, cuando sí lo estén, a modificarlos si fuera necesario, y etiquetarlos oportunamente.

La Gerencia del SUMMA 112 facilitará un acceso vía web. El resto correrá a cargo del adjudicatario.

El adjudicatario podrá utilizar, para uso interno, la herramienta que considere oportuna para la gestión de su servicio, pero tendrá que utilizar NEXUS ECCL en los términos expresados en este pliego, por lo que deberá disponer para ello de medios suficientes, tanto humanos como materiales, que correrán íntegramente a su costa.

Al finalizar el contrato los datos registrados en la aplicación informática (inventarios, históricos de averías, estadísticas, etc.) serán entregados a la Gerencia del SUMMA 112 en un formato compatible Microsoft Office (Access o Excel).

## **8. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y PROYECTO DE SERVICIO.**

Los licitadores deberán presentar la documentación técnica acreditativa del cumplimiento de las características técnicas exigidas en el presente Pliego. Entre la documentación se incluirá un Proyecto de Servicio que recoja, como mínimo, los siguientes apartados:

- Programa de trabajo propuesto, con indicación de las tareas realizar, planes de actuación y periodicidad, que incluirá tanto el Mantenimiento Preventivo, como el Técnico-Legal, conforme a lo establecido en la cláusula 4 del presente pliego.
- Protocolos, procedimientos de actuación y programación de horarios.
- Descripción del sistema informático de gestión del servicio, conforme a lo establecido en la cláusula 7 del presente pliego.
- Relación detallada de los recursos humanos, materiales y técnicos puestos a disposición del contrato.



El proyecto de servicio será redactado por cada licitador con arreglo a sus propios análisis y experiencia. Sobre el proyecto que presente cada licitador se realizará un análisis en relación a la viabilidad y adecuación de recursos que permita prestar el servicio en los términos recogidos en el presente pliego o en las condiciones mejoradas que se recojan en la oferta.

## **9. REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA.**

### **9.1.- NORMAS GENERALES.**

La empresa adjudicataria pondrá a disposición de la Gerencia del SUMMA 112 un número de teléfono de contacto para atender averías urgentes durante las 24 horas del día.

La empresa adjudicataria dispondrá del personal que sea necesario y con titulación adecuada para atender las obligaciones derivadas de la prestación del servicio, cumpliendo la normativa vigente. Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, por cuanto éste tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de patrono y deberá cumplir las obligaciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social, de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Prevención de Riesgos Laborales, así como tributarias referidas al personal a su cargo.

El personal que preste el servicio deberá estar identificado, presentándose al inicio y finalización de los trabajos al responsable o persona delegada.

La empresa adjudicataria será responsable de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar, tanto a terceros como al propio Centro por hechos derivados de la prestación del servicio contratado, por lo que dispondrá de una póliza de Responsabilidad Civil.

La empresa adjudicataria tendrá que tener vigente, durante la duración del contrato, la inscripción en el registro de empresas autorizadas para mantener las instalaciones y elementos a su cargo, siempre que la legislación vigente así lo exija.

### **9.2.- DIRECCIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES.**

La Empresa adjudicataria designará, de entre su personal, una o varias personas, para canalizar las órdenes que procedan de la Gerencia del SUMMA 112. Igualmente designará



a personal que asuma la responsabilidad de supervisión del servicio, con capacidad de decisión suficiente para la resolución inmediata de cuantas incidencias sean observadas en la prestación del servicio.

Por parte de la Gerencia del SUMMA 112 se designará, de entre su personal, la correspondiente cadena de mando, a efectos de control y supervisión del servicio, así como para la resolución de cualquier circunstancia que pueda producirse.

El adjudicatario comunicará a la Gerencia del SUMMA 112 cualquier cambio de personal que realice, indicando el motivo del mismo.

## **10.- SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CALIDAD DEL SERVICIO.**

La Empresa adjudicataria deberá establecer sistemas de Aseguramiento de Calidad según Normas universalmente aceptadas que contemplen procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y elementos objeto del contrato, así como la acreditación del personal técnico responsable.

Asimismo estarán comprendidos en dichos sistemas de Aseguramiento de Calidad (si hubiere lugar), la Política de Subcontrataciones que por motivos de especificad el adjudicatario deba realizar. En caso de existir actas de no conformidad en actuaciones de empresas subcontratadas, se podrá vetar la actuación de determinadas subcontrataciones.

Deberá poderse someter a una Auditoría Externa de calidad por Empresa Consultora Independiente, si la Gerencia del SUMMA 112 así lo determina.

Para el control del cumplimiento de los criterios establecidos en este Pliego, la supervisión del servicio se realizará por el responsable que designe la Gerencia del SUMMA 112 y la persona que designe el Contratista.

La metodología para la realización de estas revisiones será establecida conjuntamente con el adjudicatario, supervisando al menos los siguientes aspectos:

- El cumplimiento de los planes de trabajo, con la periodicidad y procedimientos de actuación establecidos.



- Los tiempos de respuesta para atender los diferentes tipos de intervenciones de mantenimiento, que no podrán superar los tiempos establecidos en el presente Pliego.
- El correcto cumplimiento de las directrices y protocolos que establezca la Gerencia del SUMMA 112.
- Los medios técnicos y equipos destinados a la prestación del servicio.
- El estado de mantenimiento general del equipamiento y aparataje electromédico objeto del contrato, de acuerdo con el plan de trabajos a realizar.

## **11. COMPROMISO AMBIENTAL.**

Los adjudicatarios adoptarán las medidas oportunas para el cumplimiento de la legislación ambiental en vigor en relación al trabajo realizado. Además, se asegurará que su personal está debidamente formado y es competente en materia de buenas prácticas ambientales. La Gerencia del SUMMA 112 se reserva el derecho a solicitar al contratista evidencia sobre el cumplimiento de los requisitos legales ambientales que sean de aplicación o de la adecuada formación del personal. Debe adoptar las medidas preventivas que estén a su alcance con el fin de evitar cualquier incidente que pueda derivar en una contaminación del medio ambiente, como puedan ser los vertidos líquidos indeseados, abandono de residuos o su incorrecta gestión, en especial, de aquellos considerados como peligrosos. La Gerencia del SUMMA 112 se reserva el derecho de repercutir al contratista el coste de reparación del daño ambiental derivado de un incidente ambiental causado por ellos.

### ***Compromisos ambientales:***

- Desarrollar su actividad con una actitud responsable frente al Medio Ambiente.
- Cumplir con la normativa ambiental en vigor y con los requisitos legales aplicables a su actividad.
- Informar de todos los incidentes con repercusión ambiental que tengan lugar en el desarrollo de la actividad en las instalaciones de la Gerencia del SUMMA 112.
- Segregar los residuos en origen y gestionarlos conforme a la normativa en vigor priorizando el reciclado frente a la eliminación.



- Emplear equipos con marcado CE y realizarles un mantenimiento preventivo con el fin de que las emisiones y ruidos se mantengan dentro de los límites especificados en las características técnicas.
- Establecer todas las medidas al alcance para evitar vertidos y derrames.
- No verter productos químicos a la red de saneamiento y cumplir en todo caso las especificaciones del fabricante en relación a la dosificación y empleo de productos.
- Consumir agua, energía y demás recursos que necesite para el desarrollo de los trabajos de una forma responsable.
- Reutilizar todos los materiales que sea posible.
- Apagar los equipos siempre que su funcionamiento no sea necesario.
- Colaborar con el personal de la Gerencia del SUMMA 112.
- Etiquetar todos los productos químicos que maneje. Realizar todos los trasvases en lugares protegidos y en caso de derrame, recogerlo con absorbente y depositarlos en el contenedor correspondiente.

## **12.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.**

El adjudicatario, y el personal destinado a la prestación del servicio, se compromete a cumplir las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en el Real Decreto Ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan Medidas urgentes de Servicio Público, en materia de Administración Digital, Contratación del Sector Público y Telecomunicaciones, así como cualquier normativa posterior que la desarrolle.

Los datos de carácter personal que se recaben u obtengan en el desarrollo de la prestación objeto del contrato, serán tratados y utilizados de conformidad con la normativa vigente, garantizando la confidencialidad de la información en los siguientes términos:

1. A tenor de lo establecido en la legislación vigente se preservará el derecho a la intimidad de los pacientes. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Ley de



Protección de Datos de Carácter Personal garantizando la discreción y confidencialidad de los mismos, poniendo especial interés en lo relativo a la cesión de información de datos sanitarios.

2. La utilización de datos tanto cuantitativos como cualitativos para la realización de estudios, estadísticas, etc., así como la de su exposición en Jornadas, Congresos y demás eventos, queda supeditada a la autorización previa y expresa de la Gerencia del SUMMA 112, debiendo figurar en todo caso la procedencia de dichos datos.
3. Quedan expresamente prohibidas las intervenciones del adjudicatario en medios de comunicación, visuales, hablados o escritos, exponiendo o comentando cualquier tipo de información obtenida o relacionada con el ámbito sanitario, sin la previa autorización de la Gerencia del SUMMA 112.

EL DIRECTOR GERENTE DEL SUMMA 112

Fdo.: Pablo Busca Ostolaza





## ANEXO I. INVENTARIO DE EQUIPOS

Localización	Equipo	Marca	Modelo	Número Serie
CUE · CUE EL MOLAR	ASPIRADOR PARED	TAEMA	LAGOON 600	7050879
CUE · CUE EL MOLAR	ASPIRADOR PARED	TAEMA	LAGOON 600	7050873
CUE · CUE EL MOLAR	ASPIRADOR PARED	TAEMA	LAGOON 600	7050712
CUE · CUE EL MOLAR	ASPIRADOR PARED	TAEMA	LAGOON 600	7050878
CUE · CUE EL MOLAR	ASPIRADOR PARED	TAEMA	LAGOON 600	7050711
CUE · CUE EL MOLAR	ASPIRADOR PARED	TAEMA	LAGOON 600	7050723
CUE · CUE EL MOLAR	ASPIRADOR PARED	TAEMA	LAGOON 600	7050863
CUE · CUE EL MOLAR	ASPIRADOR PARED	TAEMA	LAGOON 600	7050872
CUE · CUE EL MOLAR	ASPIRADOR PARED	TAEMA	LAGOON 600	7050717
CUE · CUE EL MOLAR	ASPIRADOR PARED	TAEMA	LAGOON 600	7050714
CUE · CUE EL MOLAR	ASPIRADOR PARED	TAEMA	LAGOON 600	7050789
CUE · CUE EL MOLAR	ASPIRADOR PARED	TAEMA	LAGOON 600	7050721
CUE · CUE EL MOLAR	ASPIRADOR SECRECIONES	TAEMA	LAGOON 600	7050906
CUE · CUE EL MOLAR	ASPIRADOR SECRECIONES	TAEMA	LAGOON 600	7050870
CUE · CUE EL MOLAR	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	LSU	78210558767
CUE · CUE EL MOLAR	ASPIRADOR SECRECIONES	ORDISI	AP-92	26973
CUE · CUE EL MOLAR	ASPIRADOR SECRECIONES	HERSILL	EUROVAC H40	16795-08-043
CUE · CUE EL MOLAR	BOMBA DE JERINGA	ALARIS	ASENA CC	8003-55574
CUE · CUE EL MOLAR	BOMBA DE JERINGA	ALARIS	ASENA CC	8003-16064
CUE · CUE EL MOLAR	BOMBA DE JERINGA	ALARIS	767	8003-55537
CUE · CUE EL MOLAR	DEFIBRILADOR MONITOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 12	36204612
CUE · CUE EL MOLAR	DEFIBRILADOR MONITOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 20	35575478
CUE · CUE EL MOLAR	DEFIBRILADOR MONITOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 12	36204613
CUE · CUE EL MOLAR	ECOGRAFO	SONOSITE	TITAN	0371340
CUE · CUE EL MOLAR	ELECTROBISTURI	ALSA	ALSA7014 SV 140/D	4939-02107
CUE · CUE EL MOLAR	ELECTROCARDIOGRAFO	WELCH ALLYN	CP100	10003220
CUE · CUE EL MOLAR	ELECTROCARDIOGRAFO	WELCH ALLYN	CP100	10003228
CUE · CUE EL MOLAR	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190605145935
CUE · CUE EL MOLAR	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190321140405
CUE · CUE EL MOLAR	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	180605150835
CUE · CUE EL MOLAR	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190321124195
CUE · CUE EL MOLAR	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	1906042
CUE · CUE EL MOLAR	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190605023775
CUE · CUE EL MOLAR	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190607132865
CUE · CUE EL MOLAR	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190605150145
CUE · CUE EL MOLAR	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190605022695
CUE · CUE EL MOLAR	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190313170515
CUE · CUE EL MOLAR	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190604202355
CUE · CUE EL MOLAR	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190604201615
CUE · CUE EL MOLAR	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190605021735
CUE · CUE EL MOLAR	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190604202465
CUE · CUE EL MOLAR	FUENTE DE LUZ	AMD	FD1	255306
CUE · CUE EL MOLAR	LAMPARA QUIROFANO	STERIS	HARMONY LA300	1103-10612867
CUE · CUE EL MOLAR	MESA QUIROFANO	STERIS	TAB4080A	15008
CUE · CUE EL MOLAR	MONITOR N.P.B. SP02 TEMP	WELCH ALLYN	PROPAQ CS 246	GA105306
CUE · CUE EL MOLAR	MONITOR PANTALLA	BENQ	GL2023-BA	ET5BD02328SL0
CUE · CUE EL MOLAR	MONITOR PANTALLA	HP / HEWLETT PACKARD	S2031a	3CQ0164RNR
CUE · CUE EL MOLAR	MONITOR PANTALLA	LG	E1911SX	111NDDM25490
CUE · CUE EL MOLAR	MONITOR PANTALLA	BENQ	GL2023-BA	ET5BD02784SL0
CUE · CUE EL MOLAR	MONITOR PANTALLA	HP / HEWLETT PACKARD	S2031a	3CQ0164PQ1
CUE · CUE EL MOLAR	MONITOR PNI SP02 ECG	WELCH ALLYN	PROPAQ LT	KA004753
CUE · CUE EL MOLAR	MONITOR PNI SP02 ECG	WELCH ALLYN	PROPAQ LT	KA003770
CUE · CUE EL MOLAR	MONITOR PNI SP02 ECG	WELCH ALLYN	PROPAQ LT	KA004768
CUE · CUE EL MOLAR	MONITOR PNI SP02 ECG	WELCH ALLYN	PROPAQ LT	KA001476
CUE · CUE EL MOLAR	MONITOR PNI SP02 ECG	WELCH ALLYN	PROPAQ LT	KA004766



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018694030128886464822**

CUE · CUE EL MOLAR	MONITOR PNI SP02 TEMP	WELCH ALLYN	PROPAQ CS 246	GA105308
CUE · CUE EL MOLAR	MONITOR PNI SP02 TEMP	WELCH ALLYN	PROPAQ CS 246	GA105307
CUE · CUE EL MOLAR	MONITOR PNI TEMP	CRITICARE	506 DX N+2	206226463
CUE · CUE EL MOLAR	NEBULIZADOR	OMRON	NE-017	GX00154AF
CUE · CUE EL MOLAR	NEBULIZADOR	OMRON	NE-017	GX00153AF
CUE · CUE EL MOLAR	NEVERA VACUNAS	LIEBHERR	FKV2612	77.346.623.2
CUE · CUE EL MOLAR	NEVERA VACUNAS	LIEBHERR	FKV2612 INDEX	77.346.633.1
CUE · CUE EL MOLAR	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
CUE · CUE EL MOLAR	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
CUE · CUE EL MOLAR	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
CUE · CUE EL MOLAR	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
CUE · CUE EL MOLAR	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
CUE · CUE EL MOLAR	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
CUE · CUE EL MOLAR	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
CUE · CUE EL MOLAR	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
CUE · CUE EL MOLAR	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
CUE · CUE EL MOLAR	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
CUE · CUE EL MOLAR	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
CUE · CUE EL MOLAR	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
CUE · CUE EL MOLAR	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
CUE · CUE EL MOLAR	SIERRA YESOS	COMED	47-30000	EO-300
CUE · CUE EL MOLAR	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19220510
CUE · CUE EL MOLAR	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321454
CUE · CUE EL MOLAR	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19064779
CUE · CUE EL MOLAR	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321095
CUE · CUE EL MOLAR	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321404
CUE · CUE EL MOLAR	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321259
CUE · CUE EL MOLAR	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321220
CUE · CUE EL MOLAR	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321215
CUE · CUE EL MOLAR	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321388
CUE · CUE EL MOLAR	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321182
CUE · CUE EL MOLAR	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321384
CUE · CUE EL MOLAR	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321255
GETAFE · NEONATOS	ASPIRADOR	LAERDAL MEDICAL		PDS002488
GETAFE · NEONATOS	ASPIRADOR SECRECIONES	HERSILL	V7 PLUS B	19172-25-036
GETAFE · NEONATOS	ASPIRADOR SECRECIONES	HERSILL	V7 PLUS B	19172-25-013
GETAFE · NEONATOS	BOMBA DE JERINGA	MEDCAPTAIN	HP-30 Neo	HP30190700035
GETAFE · NEONATOS	BOMBA DE JERINGA	MEDCAPTAIN	HP-30 Neo	HP30190700036
GETAFE · NEONATOS	BOMBA DE JERINGA	MEDCAPTAIN	HP-30 Neo	HP30190700034
GETAFE · NEONATOS	BOMBA DE JERINGA	MEDCAPTAIN	HP-30 Neo	HP30190700031
GETAFE · NEONATOS	BOMBA DE JERINGA	MEDCAPTAIN	HP-30 Neo	HP30190700027
GETAFE · NEONATOS	BOMBA DE JERINGA	MEDCAPTAIN	HP-30 Neo	HP30190700029
GETAFE · NEONATOS	BOMBA DE JERINGA	ALARIS	ASENA CC	370011468
GETAFE · NEONATOS	BOMBA DE JERINGA	ALARIS	ASENA CC	370011469
GETAFE · NEONATOS	BOMBA DE JERINGA	ALARIS	ASENA CC	370012089
GETAFE · NEONATOS	BOMBA DE JERINGA	ALARIS	ASENA CC	370011470
GETAFE · NEONATOS	BOMBA DE JERINGA	ALARIS	ASENA CC	370012090
GETAFE · NEONATOS	BOMBA DE JERINGA	ALARIS	ASENA CC	370011471
GETAFE · NEONATOS	BOMBA DE JERINGA	ALARIS	ASENA CC	8003-31248
GETAFE · NEONATOS	BOMBA DE JERINGA	ALARIS	ASENA CC	8003-32225
GETAFE · NEONATOS	BOMBA DE JERINGA	ALARIS	ASENA CC	8003-31187
GETAFE · NEONATOS	BOMBA DE JERINGA	ALARIS	ASENA CC	8003-31548
GETAFE · NEONATOS	BOMBA DE JERINGA	ALARIS	ASENA CC	8003-31029
GETAFE · NEONATOS	BOMBA DE JERINGA	ALARIS	ASENA CC	8003-31867
GETAFE · NEONATOS	BOMBA DE JERINGA	ALARIS	ASENA CC	8003-04730
GETAFE · NEONATOS	BOMBA DE JERINGA	ALARIS	ASENA CC	8003-31684
GETAFE · NEONATOS	BOMBA DE JERINGA	ALARIS	ASENA CC	8003-04765



GETAFE · NEONATOS	BOMBA DE JERINGA	ALARIS	ASENA CC	8003-04685
GETAFE · NEONATOS	INCUBADORA DE TRANSPORTE	ATOM	TRANSCAPSULE V-808	181000126
GETAFE · NEONATOS	INCUBADORA DE TRANSPORTE	ATOM	TRANSCAPSULE V-808	181000129
GETAFE · NEONATOS	INCUBADORA DE TRANSPORTE	INTERNATIONAL BIOMEDICAL	VOYAGER	ME155P
GETAFE · NEONATOS	MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	MP2	DE65528019
GETAFE · NEONATOS	MONITOR PNI SP02 TEMP	BLT BIOLIGHT	M8500	M016E003808
GETAFE · NEONATOS	MONITOR PNI SP02 TEMP	BLT BIOLIGHT	M8500	M016E003809
GETAFE · NEONATOS	REFRIGERADOR	NORCOOL	75 SL	PO074000890
GETAFE · NEONATOS	REFRIGERADOR	NORCOOL	75 SL	PO074000878
GETAFE · NEONATOS	REFRIGERADOR	COMERSA	UNIX 300	249023024
GETAFE · NEONATOS	REFRIGERADOR	LIEBHERR	Mkv 3913	847612336
GETAFE · NEONATOS	RESPIRADOR PEDIATRICO	ACUTRONIC MEDICAL SYSTEMS	FABIAN	AN-03133
GETAFE · NEONATOS	RESPIRADOR PEDIATRICO	ACUTRONIC MEDICAL SYSTEMS	FABIAN	AN-03061
GETAFE · NEONATOS	VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE	HAMILTON	T1	6878
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	LCSU4	180305A0111
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	LCSU4	180101A0658
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	LCSU4	180101A0670
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	LCSU4	180101A0663
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	LCSU4	180101A0685
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	LCSU4	180101A0713
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	LCSU4	180101A0689
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	LCSU4	170802A0162
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	LCSU4	170802A0304
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	LCSU4	170802A0164
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	LCSU4	170802A0307
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	LCSU4	170802A0141
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	LCSU4	170802A0160
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	LCSU4	170802A0300
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	LCSU4	170802A0177
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	LCSU4	170802A0157
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	LCSU4	170802A0176
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	OB 2012	78200558395
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	OB 2012	78120109031
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	OB 2012	78370222777
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	OB 2012	78250443244
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	OB 2012	78190558104
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	OB 2012	78170109808
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	LCSU3	L60001866
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	OB 2012	78210558742
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	LCSU3	L60001849
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	LCSU3	L60001837
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	LCSU3	L60001860
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	LCSU3	L60001838
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	LCSU3	L60001865
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	LCSU3	L60001864
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ASPIRADOR SECRECIONES	LAERDAL	LCSU3	L60001854
SUAP00 · SEDE CENTRAL	Bomba de infusión volumen	ALARIS	GW	800010187
SUAP00 · SEDE CENTRAL	Bomba de infusión volumen	ALARIS	GW	800010193
SUAP00 · SEDE CENTRAL	Bomba de infusión volumen	ALARIS	GW	250411253
SUAP00 · SEDE CENTRAL	Bomba de infusión volumen	ALARIS	GW	250411251
SUAP00 · SEDE CENTRAL	BOMBA DE JERINGA	MEDCAPTAIN	HP-30 NEO	HP30190700035
SUAP00 · SEDE CENTRAL	BOMBA DE JERINGA	MEDCAPTAIN	HP-30 NEO	HP30190700036
SUAP00 · SEDE CENTRAL	BOMBA DE JERINGA	MEDCAPTAIN	HP-30 NEO	HP30190700034
SUAP00 · SEDE CENTRAL	BOMBA DE JERINGA	MEDCAPTAIN	HP-30 NEO	HP30190700031
SUAP00 · SEDE CENTRAL	BOMBA DE JERINGA	MEDCAPTAIN	HP-30 NEO	HP30190700027
SUAP00 · SEDE CENTRAL	BOMBA DE JERINGA	MEDCAPTAIN	HP-30 NEO	HP30190700029
SUAP00 · SEDE CENTRAL	BOMBA VOLUMETRICA	IVAC	598	3419460
SUAP00 · SEDE CENTRAL	BOMBA VOLUMETRICA	IVAC	598	3651352



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **101869403012886464822**

SUAP00 · SEDE CENTRAL	BOMBA VOLUMETRICA	IVAC	598	59805568
SUAP00 · SEDE CENTRAL	BOMBA VOLUMETRICA	IVAC	598	3539295
SUAP00 · SEDE CENTRAL	BOMBA VOLUMETRICA	IVAC	598	3263197
SUAP00 · SEDE CENTRAL	BOMBA VOLUMETRICA	IVAC	598	598X01505
SUAP00 · SEDE CENTRAL	COMPRESOR CARDIO-TORACICO LUCAS	PHYSIO CONTROL	LUCAS 2	3014A536
SUAP00 · SEDE CENTRAL	COMPRESOR CARDIO-TORACICO LUCAS	PHYSIO CONTROL	LUCAS 2	3011 3424
SUAP00 · SEDE CENTRAL	COMPRESOR CARDIO-TORACICO LUCAS 3	PHYSIO CONTROL	LUCAS 3	3518C766
SUAP00 · SEDE CENTRAL	COMPRESOR CARDIO-TORACICO LUCAS 3	PHYSIO CONTROL	LUCAS 3	3518C770
SUAP00 · SEDE CENTRAL	COMPRESOR CARDIO-TORACICO LUCAS 3	PHYSIO CONTROL	LUCAS 3	3518C873
SUAP00 · SEDE CENTRAL	COMPRESOR CARDIO-TORACICO LUCAS 3	PHYSIO CONTROL	LUCAS 3	3517 4430
SUAP00 · SEDE CENTRAL	COOXIMETRO	MASIMO	RAD 57	794906
SUAP00 · SEDE CENTRAL	COOXIMETRO	MASIMO	RAD 57	794949
SUAP00 · SEDE CENTRAL	COOXIMETRO	MASIMO	RAD 57	794828
SUAP00 · SEDE CENTRAL	DESFIBRILADOR	SCHILLER	TOUCH 7	128968000797
SUAP00 · SEDE CENTRAL	DESFIBRILADOR	PHYSIO CONTROL	LIFEPAK CR PLUS	44622587
SUAP00 · SEDE CENTRAL	DESFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 1000	48286025
SUAP00 · SEDE CENTRAL	DESFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 1000	48286013
SUAP00 · SEDE CENTRAL	DESFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 1000	48286032
SUAP00 · SEDE CENTRAL	DESFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 1000	48286041
SUAP00 · SEDE CENTRAL	DESFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 1000	48286034
SUAP00 · SEDE CENTRAL	DESFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48361917
SUAP00 · SEDE CENTRAL	DESFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48354538
SUAP00 · SEDE CENTRAL	DESFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48362593
SUAP00 · SEDE CENTRAL	DESFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 12	12948672
SUAP00 · SEDE CENTRAL	DESFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 12	35427053
SUAP00 · SEDE CENTRAL	DESFIBRILADOR	PHILIPS	HEARTSTART	US00100174
SUAP00 · SEDE CENTRAL	DESFIBRILADOR	PHILIPS	HEARTSTART	US00100175
SUAP00 · SEDE CENTRAL	DESFIBRILADOR	PHILIPS	HEARTSTART	US00100173
SUAP00 · SEDE CENTRAL	DESFIBRILADOR	PHILIPS	HEARTSTART	US00100178
SUAP00 · SEDE CENTRAL	DESFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 500	13425332
SUAP00 · SEDE CENTRAL	DESFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 500	13425334
SUAP00 · SEDE CENTRAL	DESFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 500	31322750
SUAP00 · SEDE CENTRAL	DESFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	39415146
SUAP00 · SEDE CENTRAL	DESFIBRILADOR	CARDIAC SCIENCE	POWER HEART AED G3 PRO	901587
SUAP00 · SEDE CENTRAL	DESFIBRILADOR	CARDIAC SCIENCE	POWER HEART AED G3 PRO	901449
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ECOGRAFO	FUJIFILM MEDICAL	IVIZ ULTRASOUND SYSTEM	Q50MBH
SUAP00 · SEDE CENTRAL	ECOGRAFO, SONDA	FUJIFILM MEDICAL	P21V/5-1	04JH3L
SUAP00 · SEDE CENTRAL	INCUBADORA DE TRANSPORTE BABYPD	ADVANCED HEALTHCARE TECHNOLOGY	BABYPD II	
SUAP00 · SEDE CENTRAL	MONITOR PNI SP02 TEMP	BLT BIOLIGHT	M8500	M016E003808
SUAP00 · SEDE CENTRAL	MONITOR PNI SP02 TEMP	BLT BIOLIGHT	M8500	M016E003809
SUAP00 · SEDE CENTRAL	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	Erl180c	111396616
SUAP00 · SEDE CENTRAL	NEVERA VACUNAS	DOMETIC	DS 600H	83702599
SUAP00 · SEDE CENTRAL	PULSIOXIMETRO	BCI INTERNATIONAL	3301	3301143
SUAP00 · SEDE CENTRAL	PULSIOXIMETRO	DATEX-OHMEDA	TUFF STAF	OX001
SUAP00 · SEDE CENTRAL	PULSIOXIMETRO	DATEX-OHMEDA	TUFF STAF	FCBH13400
SUAP00 · SEDE CENTRAL	PULSIOXIMETRO	DATEX-OHMEDA	TUFF STAF	FCBH13486
SUAP00 · SEDE CENTRAL	PULSIOXIMETRO	DATEX-OHMEDA	TUFF STAF	FCBH11323
SUAP00 · SEDE CENTRAL	REFRIGERADOR	LIEBHERR	LGUEX 1500	845775293
SUAP00 · SEDE CENTRAL	REFRIGERADOR	LIEBHERR	MKV 3913	847612336
SUAP00 · SEDE CENTRAL	RESPIRADOR	DRÄGER	OXILOG 1000	ARRM-0036
SUAP00 · SEDE CENTRAL	RESPIRADOR	DRÄGER	OXILOG 1000	ARRM-0037
SUAP00 · SEDE CENTRAL	RESPIRADOR	DRÄGER	OXILOG 1000	ARRM-0119
SUAP00 · SEDE CENTRAL	RESPIRADOR	DRÄGER	OXILOG 1000	ARRM-0051
SUAP00 · SEDE CENTRAL	RESPIRADOR	DRÄGER	OXILOG 1000	ARNF-0023
SUAP00 · SEDE CENTRAL	VIDEOLARINGOSCOPIO	MCGRATH	MAC	343917
SUAP00 · SEDE CENTRAL	VIDEOLARINGOSCOPIO	MCGRATH	MAC	340912
SUAP00 · SEDE CENTRAL	VIDEOLARINGOSCOPIO	MCGRATH	MAC	310912
SUAP00 · SEDE CENTRAL	VIDEOLARINGOSCOPIO	MCGRATH	MAC	357493



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **101869403012886464822**

SUAP00 · SEDE CENTRAL	VIDEOLARINGOSCOPIO	MCGRATH	MAC	357525
SUAP01 · CEP HNOS. Gº NOBLEJAS	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	13993
SUAP01 · CEP HNOS. Gº NOBLEJAS	DESFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48371637
SUAP01 · CEP HNOS. Gº NOBLEJAS	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301163875
SUAP01 · CEP HNOS. Gº NOBLEJAS	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190308163075
SUAP01 · CEP HNOS. Gº NOBLEJAS	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301165905
SUAP01 · CEP HNOS. Gº NOBLEJAS	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	111396635
SUAP01 · CEP HNOS. Gº NOBLEJAS	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP01 · CEP HNOS. Gº NOBLEJAS	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP01 · CEP HNOS. Gº NOBLEJAS	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP01 · CEP HNOS. Gº NOBLEJAS	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19320994
SUAP01 · CEP HNOS. Gº NOBLEJAS	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19320976
SUAP01 · CEP HNOS. Gº NOBLEJAS	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321080
SUAP03 · C.S. LOS ANGELES	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	13995
SUAP03 · C.S. LOS ANGELES	DESFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	4834553
SUAP03 · C.S. LOS ANGELES	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190214115255
SUAP03 · C.S. LOS ANGELES	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190213125635
SUAP03 · C.S. LOS ANGELES	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190214105105
SUAP03 · C.S. LOS ANGELES	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190215151255
SUAP03 · C.S. LOS ANGELES	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	111396623
SUAP03 · C.S. LOS ANGELES	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP03 · C.S. LOS ANGELES	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP03 · C.S. LOS ANGELES	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP03 · C.S. LOS ANGELES	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP03 · C.S. LOS ANGELES	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	1907716
SUAP03 · C.S. LOS ANGELES	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19078671
SUAP03 · C.S. LOS ANGELES	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19077910
SUAP03 · C.S. LOS ANGELES	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19078931
SUAP04 · C.S.PASEO IMPERIAL	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	13999
SUAP04 · C.S.PASEO IMPERIAL	DESFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48361810
SUAP04 · C.S.PASEO IMPERIAL	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190605084515
SUAP04 · C.S.PASEO IMPERIAL	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190605143135
SUAP04 · C.S.PASEO IMPERIAL	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190605154375
SUAP04 · C.S.PASEO IMPERIAL	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190605083575
SUAP04 · C.S.PASEO IMPERIAL	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	111396630
SUAP04 · C.S.PASEO IMPERIAL	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP04 · C.S.PASEO IMPERIAL	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP04 · C.S.PASEO IMPERIAL	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP04 · C.S.PASEO IMPERIAL	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP04 · C.S.PASEO IMPERIAL	REFRIGERADOR	LIEBHERR	MKUV 1613	841118346
SUAP04 · C.S.PASEO IMPERIAL	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321449
SUAP04 · C.S.PASEO IMPERIAL	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321258
SUAP04 · C.S.PASEO IMPERIAL	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321199
SUAP04 · C.S.PASEO IMPERIAL	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321261
SUAP05 · C.S. ESPRONCEDA	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	13972
SUAP05 · C.S. ESPRONCEDA	DESFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48361961
SUAP05 · C.S. ESPRONCEDA	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190605153545
SUAP05 · C.S. ESPRONCEDA	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190605150255
SUAP05 · C.S. ESPRONCEDA	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190605150365
SUAP05 · C.S. ESPRONCEDA	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190605153955
SUAP05 · C.S. ESPRONCEDA	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	11139665
SUAP05 · C.S. ESPRONCEDA	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP05 · C.S. ESPRONCEDA	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP05 · C.S. ESPRONCEDA	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP05 · C.S. ESPRONCEDA	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP05 · C.S. ESPRONCEDA	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19405054
SUAP05 · C.S. ESPRONCEDA	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19388381
SUAP05 · C.S. ESPRONCEDA	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321099



SUAP05 · C.S. ESPRONCEDA	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321204
SUAP06 · C.S. MAR BALTICO	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	13981
SUAP06 · C.S. MAR BALTICO	DEFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48362848
SUAP06 · C.S. MAR BALTICO	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301162405
SUAP06 · C.S. MAR BALTICO	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190313164575
SUAP06 · C.S. MAR BALTICO	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190215113025
SUAP06 · C.S. MAR BALTICO	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	111396632
SUAP06 · C.S. MAR BALTICO	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP06 · C.S. MAR BALTICO	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP06 · C.S. MAR BALTICO	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP06 · C.S. MAR BALTICO	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321034
SUAP06 · C.S. MAR BALTICO	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321184
SUAP06 · C.S. MAR BALTICO	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321172
SUAP07 · C.S. HNOS Gª NOBLEJAS	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	13994
SUAP07 · C.S. HNOS Gª NOBLEJAS	DEFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48361788
SUAP07 · C.S. HNOS Gª NOBLEJAS	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301172465
SUAP07 · C.S. HNOS Gª NOBLEJAS	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190307081855
SUAP07 · C.S. HNOS Gª NOBLEJAS	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301160935
SUAP07 · C.S. HNOS Gª NOBLEJAS	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301171725
SUAP07 · C.S. HNOS Gª NOBLEJAS	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	111396636
SUAP07 · C.S. HNOS Gª NOBLEJAS	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP07 · C.S. HNOS Gª NOBLEJAS	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP07 · C.S. HNOS Gª NOBLEJAS	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP07 · C.S. HNOS Gª NOBLEJAS	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP07 · C.S. HNOS Gª NOBLEJAS	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19320990
SUAP07 · C.S. HNOS Gª NOBLEJAS	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321189
SUAP07 · C.S. HNOS Gª NOBLEJAS	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321166
SUAP07 · C.S. HNOS Gª NOBLEJAS	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321035
SUAP08 · CEP AVDA DE PORTUGAL	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	13987
SUAP08 · CEP AVDA DE PORTUGAL	DEFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48361892
SUAP08 · CEP AVDA DE PORTUGAL	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190604203095
SUAP08 · CEP AVDA DE PORTUGAL	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190605011975
SUAP08 · CEP AVDA DE PORTUGAL	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190605022925
SUAP08 · CEP AVDA DE PORTUGAL	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	11139662
SUAP08 · CEP AVDA DE PORTUGAL	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP08 · CEP AVDA DE PORTUGAL	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP08 · CEP AVDA DE PORTUGAL	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP08 · CEP AVDA DE PORTUGAL	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321198
SUAP08 · CEP AVDA DE PORTUGAL	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321397
SUAP08 · CEP AVDA DE PORTUGAL	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321213
SUAP09 · CEP AGUACATE	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	13983
SUAP09 · CEP AGUACATE	DEFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48362331
SUAP09 · CEP AGUACATE	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190604215035
SUAP09 · CEP AGUACATE	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190605154065
SUAP09 · CEP AGUACATE	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190605022815
SUAP09 · CEP AGUACATE	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190605021295
SUAP09 · CEP AGUACATE	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	1139663
SUAP09 · CEP AGUACATE	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP09 · CEP AGUACATE	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP09 · CEP AGUACATE	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP09 · CEP AGUACATE	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP09 · CEP AGUACATE	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321214
SUAP09 · CEP AGUACATE	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321209
SUAP09 · CEP AGUACATE	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321260
SUAP09 · CEP AGUACATE	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321387
SUAP10 · C.S. MORATALAZ	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	13996
SUAP10 · C.S. MORATALAZ	DEFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48361775
SUAP10 · C.S. MORATALAZ	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	19307072855





SUAP10 · C.S. MORATALAZ	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301165695
SUAP10 · C.S. MORATALAZ	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301163035
SUAP10 · C.S. MORATALAZ	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	111396634
SUAP10 · C.S. MORATALAZ	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP10 · C.S. MORATALAZ	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP10 · C.S. MORATALAZ	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP10 · C.S. MORATALAZ	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321176
SUAP10 · C.S. MORATALAZ	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321170
SUAP10 · C.S. MORATALAZ	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19320997
SUAP12 · C.S. ANGELA URIARTE	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	14002
SUAP12 · C.S. ANGELA URIARTE	DEFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48303758
SUAP12 · C.S. ANGELA URIARTE	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190307071035
SUAP12 · C.S. ANGELA URIARTE	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301164195
SUAP12 · C.S. ANGELA URIARTE	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301170015
SUAP12 · C.S. ANGELA URIARTE	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301160515
SUAP12 · C.S. ANGELA URIARTE	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	111396621
SUAP12 · C.S. ANGELA URIARTE	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP12 · C.S. ANGELA URIARTE	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP12 · C.S. ANGELA URIARTE	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP12 · C.S. ANGELA URIARTE	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP12 · C.S. ANGELA URIARTE	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19320995
SUAP12 · C.S. ANGELA URIARTE	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321089
SUAP12 · C.S. ANGELA URIARTE	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321072
SUAP12 · C.S. ANGELA URIARTE	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321073
SUAP13 · CEP M <sup>a</sup> ANGELES LOPEZ GOMEZ	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	13976
SUAP13 · CEP M <sup>a</sup> ANGELES LOPEZ GOMEZ	DEFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48362539
SUAP13 · CEP M <sup>a</sup> ANGELES LOPEZ GOMEZ	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190308163395
SUAP13 · CEP M <sup>a</sup> ANGELES LOPEZ GOMEZ	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190313173215
SUAP13 · CEP M <sup>a</sup> ANGELES LOPEZ GOMEZ	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190308193915
SUAP13 · CEP M <sup>a</sup> ANGELES LOPEZ GOMEZ	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190313161395
SUAP13 · CEP M <sup>a</sup> ANGELES LOPEZ GOMEZ	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	111396611
SUAP13 · CEP M <sup>a</sup> ANGELES LOPEZ GOMEZ	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP13 · CEP M <sup>a</sup> ANGELES LOPEZ GOMEZ	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP13 · CEP M <sup>a</sup> ANGELES LOPEZ GOMEZ	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP13 · CEP M <sup>a</sup> ANGELES LOPEZ GOMEZ	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP13 · CEP M <sup>a</sup> ANGELES LOPEZ GOMEZ	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19105091
SUAP13 · CEP M <sup>a</sup> ANGELES LOPEZ GOMEZ	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19105175
SUAP13 · CEP M <sup>a</sup> ANGELES LOPEZ GOMEZ	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19105198
SUAP13 · CEP M <sup>a</sup> ANGELES LOPEZ GOMEZ	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19105182
SUAP14 · CEP GETAFE	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	13973
SUAP14 · CEP GETAFE	DEFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48362753
SUAP14 · CEP GETAFE	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190307083135
SUAP14 · CEP GETAFE	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190307075345
SUAP14 · CEP GETAFE	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190313172465
SUAP14 · CEP GETAFE	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190308162115
SUAP14 · CEP GETAFE	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	11139668
SUAP14 · CEP GETAFE	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP14 · CEP GETAFE	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP14 · CEP GETAFE	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP14 · CEP GETAFE	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP14 · CEP GETAFE	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19104770
SUAP14 · CEP GETAFE	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19077924
SUAP14 · CEP GETAFE	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19104755
SUAP14 · CEP GETAFE	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19077940



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **101869403012886464822**

SUAP15 · C.S. RAMON Y CAJAL	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	13970
SUAP15 · C.S. RAMON Y CAJAL	DEFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48362341
SUAP15 · C.S. RAMON Y CAJAL	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190308164145
SUAP15 · C.S. RAMON Y CAJAL	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190308150935
SUAP15 · C.S. RAMON Y CAJAL	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190308160655
SUAP15 · C.S. RAMON Y CAJAL	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190308143805
SUAP15 · C.S. RAMON Y CAJAL	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	111396615
SUAP15 · C.S. RAMON Y CAJAL	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP15 · C.S. RAMON Y CAJAL	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP15 · C.S. RAMON Y CAJAL	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP15 · C.S. RAMON Y CAJAL	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP15 · C.S. RAMON Y CAJAL	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19077913
SUAP15 · C.S. RAMON Y CAJAL	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19064786
SUAP15 · C.S. RAMON Y CAJAL	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19064769
SUAP15 · C.S. RAMON Y CAJAL	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19077918
SUAP17 · CEP ORCASITAS	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	14003
SUAP17 · CEP ORCASITAS	DEFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48362091
SUAP17 · CEP ORCASITAS	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190307074585
SUAP17 · CEP ORCASITAS	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190214112045
SUAP17 · CEP ORCASITAS	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	111396613
SUAP17 · CEP ORCASITAS	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP17 · CEP ORCASITAS	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP17 · CEP ORCASITAS	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19078668
SUAP17 · CEP ORCASITAS	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321082
SUAP18 · C.S. POZUELO	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	13971
SUAP18 · C.S. POZUELO	DEFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48362867
SUAP18 · C.S. POZUELO	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190308165095
SUAP18 · C.S. POZUELO	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190308151575
SUAP18 · C.S. POZUELO	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190307073395
SUAP18 · C.S. POZUELO	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	111396631
SUAP18 · C.S. POZUELO	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP18 · C.S. POZUELO	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP18 · C.S. POZUELO	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP18 · C.S. POZUELO	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19104750
SUAP18 · C.S. POZUELO	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19064764
SUAP18 · C.S. POZUELO	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19078917
SUAP19 · CEP MOSTOLES	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	13989
SUAP19 · CEP MOSTOLES	DEFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48362696
SUAP19 · CEP MOSTOLES	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190308075595
SUAP19 · CEP MOSTOLES	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190313161515
SUAP19 · CEP MOSTOLES	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190313133295
SUAP19 · CEP MOSTOLES	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	111396620
SUAP19 · CEP MOSTOLES	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP19 · CEP MOSTOLES	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP19 · CEP MOSTOLES	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP19 · CEP MOSTOLES	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19077931
SUAP19 · CEP MOSTOLES	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19077930
SUAP19 · CEP MOSTOLES	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19077928
SUAP20 · C.S. LUIS VIVES	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	14005
SUAP20 · C.S. LUIS VIVES	DEFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	Lifepak 15	48362143
SUAP20 · C.S. LUIS VIVES	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301171095
SUAP20 · C.S. LUIS VIVES	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301154615
SUAP20 · C.S. LUIS VIVES	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190307070525
SUAP20 · C.S. LUIS VIVES	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301171505
SUAP20 · C.S. LUIS VIVES	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190307081745
SUAP20 · C.S. LUIS VIVES	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	111396622
SUAP20 · C.S. LUIS VIVES	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP20 · C.S. LUIS VIVES	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **101869403012886464822**



SUAP20 · C.S. LUIS VIVES	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP20 · C.S. LUIS VIVES	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP20 · C.S. LUIS VIVES	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP20 · C.S. LUIS VIVES	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19105171
SUAP20 · C.S. LUIS VIVES	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19105172
SUAP20 · C.S. LUIS VIVES	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19104740
SUAP20 · C.S. LUIS VIVES	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19064759
SUAP20 · C.S. LUIS VIVES	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19078913
SUAP21 · C.S. LAS AGUILAS	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	14000
SUAP21 · C.S. LAS AGUILAS	DEFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48361684
SUAP21 · C.S. LAS AGUILAS	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190605022705
SUAP21 · C.S. LAS AGUILAS	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190604214395
SUAP21 · C.S. LAS AGUILAS	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190605015955
SUAP21 · C.S. LAS AGUILAS	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	111396629
SUAP21 · C.S. LAS AGUILAS	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP21 · C.S. LAS AGUILAS	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP21 · C.S. LAS AGUILAS	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP21 · C.S. LAS AGUILAS	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321242
SUAP21 · C.S. LAS AGUILAS	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321403
SUAP21 · C.S. LAS AGUILAS	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321311
SUAP23 · C.S. BARAJAS	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	13982
SUAP23 · C.S. BARAJAS	DEFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48362317
SUAP23 · C.S. BARAJAS	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301155445
SUAP23 · C.S. BARAJAS	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301170225
SUAP23 · C.S. BARAJAS	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	11139669
SUAP23 · C.S. BARAJAS	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP23 · C.S. BARAJAS	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP23 · C.S. BARAJAS	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19105174
SUAP23 · C.S. BARAJAS	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19105181
SUAP24 · CEP FEDERICA MONTSENY	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	14004
SUAP24 · CEP FEDERICA MONTSENY	DEFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48362737
SUAP24 · CEP FEDERICA MONTSENY	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301151895
SUAP24 · CEP FEDERICA MONTSENY	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301160075
SUAP24 · CEP FEDERICA MONTSENY	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190308150275
SUAP24 · CEP FEDERICA MONTSENY	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190308153845
SUAP24 · CEP FEDERICA MONTSENY	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	11139661
SUAP24 · CEP FEDERICA MONTSENY	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP24 · CEP FEDERICA MONTSENY	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP24 · CEP FEDERICA MONTSENY	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP24 · CEP FEDERICA MONTSENY	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP24 · CEP FEDERICA MONTSENY	OTOSCOPIO	RIESTER	RI-FORMER	010982
SUAP24 · CEP FEDERICA MONTSENY	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19320984
SUAP24 · CEP FEDERICA MONTSENY	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321187
SUAP24 · CEP FEDERICA MONTSENY	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321375
SUAP24 · CEP FEDERICA MONTSENY	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321077
SUAP25 · CEP EL ARROYO	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	13985
SUAP25 · CEP EL ARROYO	DEFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	483622002
SUAP25 · CEP EL ARROYO	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190308151255
SUAP25 · CEP EL ARROYO	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190308150595
SUAP25 · CEP EL ARROYO	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301164935
SUAP25 · CEP EL ARROYO	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190308160545
SUAP25 · CEP EL ARROYO	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190307082395
SUAP25 · CEP EL ARROYO	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301155865
SUAP25 · CEP EL ARROYO	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	060821091404
SUAP25 · CEP EL ARROYO	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	111396627
SUAP25 · CEP EL ARROYO	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP25 · CEP EL ARROYO	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP25 · CEP EL ARROYO	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **101869403012886464822**

SUAP25 · CEP EL ARROYO	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP25 · CEP EL ARROYO	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP25 · CEP EL ARROYO	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP25 · CEP EL ARROYO	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	767	
SUAP25 · CEP EL ARROYO	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19104753
SUAP25 · CEP EL ARROYO	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19077923
SUAP25 · CEP EL ARROYO	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19077934
SUAP25 · CEP EL ARROYO	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19104748
SUAP25 · CEP EL ARROYO	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19104754
SUAP25 · CEP EL ARROYO	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19077925
SUAP25 · CEP EL ARROYO	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	06357060
SUAP26 · C.S. PINTO	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	13974
SUAP26 · C.S. PINTO	DEFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48362782
SUAP26 · C.S. PINTO	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190214101405
SUAP26 · C.S. PINTO	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190215150605
SUAP26 · C.S. PINTO	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190215112505
SUAP26 · C.S. PINTO	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP26 · C.S. PINTO	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP26 · C.S. PINTO	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP26 · C.S. PINTO	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19105108
SUAP26 · C.S. PINTO	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19105018
SUAP26 · C.S. PINTO	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19104786
SUAP27 · C.S. PARLA	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	13977
SUAP27 · C.S. PARLA	DEFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48349019
SUAP27 · C.S. PARLA	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190214111935
SUAP27 · C.S. PARLA	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190213170925
SUAP27 · C.S. PARLA	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190215115505
SUAP27 · C.S. PARLA	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301162825
SUAP27 · C.S. PARLA	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	111396614
SUAP27 · C.S. PARLA	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP27 · C.S. PARLA	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP27 · C.S. PARLA	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP27 · C.S. PARLA	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP27 · C.S. PARLA	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321167
SUAP27 · C.S. PARLA	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321074
SUAP27 · C.S. PARLA	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321085
SUAP27 · C.S. PARLA	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19321081
SUAP28 · C.S. SAN FERNANDO	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	13968
SUAP28 · C.S. SAN FERNANDO	DEFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48361831
SUAP28 · C.S. SAN FERNANDO	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301170445
SUAP28 · C.S. SAN FERNANDO	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301160295
SUAP28 · C.S. SAN FERNANDO	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190308145405
SUAP28 · C.S. SAN FERNANDO	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	11139666
SUAP28 · C.S. SAN FERNANDO	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP28 · C.S. SAN FERNANDO	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP28 · C.S. SAN FERNANDO	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP28 · C.S. SAN FERNANDO	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19105169
SUAP28 · C.S. SAN FERNANDO	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19078919
SUAP28 · C.S. SAN FERNANDO	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19077926
SUAP29 · C.S. REYES CATÓLICOS	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	13997
SUAP29 · C.S. REYES CATÓLICOS	DEFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48362571
SUAP29 · C.S. REYES CATÓLICOS	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	1900301160725
SUAP29 · C.S. REYES CATÓLICOS	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190313163805
SUAP29 · C.S. REYES CATÓLICOS	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190307082825
SUAP29 · C.S. REYES CATÓLICOS	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301165045
SUAP29 · C.S. REYES CATÓLICOS	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301161665
SUAP29 · C.S. REYES CATÓLICOS	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190307081335
SUAP29 · C.S. REYES CATÓLICOS	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	111396610



SUAP29 · C.S. REYES CATÓLICOS	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP29 · C.S. REYES CATÓLICOS	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP29 · C.S. REYES CATÓLICOS	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP29 · C.S. REYES CATÓLICOS	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP29 · C.S. REYES CATÓLICOS	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP29 · C.S. REYES CATÓLICOS	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP30 · C.S. COLLADO VILLALBA	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	13998
SUAP30 · C.S. COLLADO VILLALBA	DESFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48329554
SUAP30 · C.S. COLLADO VILLALBA	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190214100975
SUAP30 · C.S. COLLADO VILLALBA	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301161245
SUAP30 · C.S. COLLADO VILLALBA	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	180906111655
SUAP30 · C.S. COLLADO VILLALBA	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190213170595
SUAP30 · C.S. COLLADO VILLALBA	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190214112585
SUAP30 · C.S. COLLADO VILLALBA	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	11139664
SUAP30 · C.S. COLLADO VILLALBA	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP30 · C.S. COLLADO VILLALBA	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP30 · C.S. COLLADO VILLALBA	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP30 · C.S. COLLADO VILLALBA	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP30 · C.S. COLLADO VILLALBA	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP30 · C.S. COLLADO VILLALBA	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19078396
SUAP30 · C.S. COLLADO VILLALBA	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19105105
SUAP30 · C.S. COLLADO VILLALBA	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19078397
SUAP30 · C.S. COLLADO VILLALBA	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19078400
SUAP30 · C.S. COLLADO VILLALBA	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19104965
SUAP35 · C.S. TRES CANTOS	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	13988
SUAP35 · C.S. TRES CANTOS	DESFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48362505
SUAP35 · C.S. TRES CANTOS	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190308164455
SUAP35 · C.S. TRES CANTOS	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301172255
SUAP35 · C.S. TRES CANTOS	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	111396638
SUAP35 · C.S. TRES CANTOS	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP35 · C.S. TRES CANTOS	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP35 · C.S. TRES CANTOS	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19105173
SUAP35 · C.S. TRES CANTOS	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	190777933
SUAP37 · C.S. EL RESTON	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	14001
SUAP37 · C.S. EL RESTON	DESFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48361766
SUAP37 · C.S. EL RESTON	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190213124705
SUAP37 · C.S. EL RESTON	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190214100555
SUAP37 · C.S. EL RESTON	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	19021511405
SUAP37 · C.S. EL RESTON	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190214134185
SUAP37 · C.S. EL RESTON	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	111396628
SUAP37 · C.S. EL RESTON	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP37 · C.S. EL RESTON	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP37 · C.S. EL RESTON	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP37 · C.S. EL RESTON	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP37 · C.S. EL RESTON	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19064761
SUAP37 · C.S. EL RESTON	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19104691
SUAP37 · C.S. EL RESTON	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19104673
SUAP39 · C.S. ARANJUEZ	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	13986
SUAP39 · C.S. ARANJUEZ	DESFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48354527
SUAP39 · C.S. ARANJUEZ	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190213171145
SUAP39 · C.S. ARANJUEZ	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190213120905
SUAP39 · C.S. ARANJUEZ	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190213121635
SUAP39 · C.S. ARANJUEZ	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190213123445
SUAP39 · C.S. ARANJUEZ	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	111396619
SUAP39 · C.S. ARANJUEZ	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP39 · C.S. ARANJUEZ	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP39 · C.S. ARANJUEZ	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP39 · C.S. ARANJUEZ	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	



SUAP39 · C.S. ARANJUEZ	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19036089
SUAP39 · C.S. ARANJUEZ	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19104677
SUAP39 · C.S. ARANJUEZ	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19077921
SUAP39 · C.S. ARANJUEZ	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19077935
SUAP40 · C.S. LA PAZ	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	13984
SUAP40 · C.S. LA PAZ	DESFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48361719
SUAP40 · C.S. LA PAZ	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190307080805
SUAP40 · C.S. LA PAZ	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190307074705
SUAP40 · C.S. LA PAZ	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	1903081522895
SUAP40 · C.S. LA PAZ	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	111396633
SUAP40 · C.S. LA PAZ	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP40 · C.S. LA PAZ	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP40 · C.S. LA PAZ	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP40 · C.S. LA PAZ	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19104654
SUAP40 · C.S. LA PAZ	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19078693
SUAP40 · C.S. LA PAZ	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19104681
SUAP41 · CEP TORREJON	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	13975
SUAP41 · CEP TORREJON	DESFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48361836
SUAP41 · CEP TORREJON	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190807082515
SUAP41 · CEP TORREJON	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190307082075
SUAP41 · CEP TORREJON	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190307083985
SUAP41 · CEP TORREJON	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301172145
SUAP41 · CEP TORREJON	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	111396639
SUAP41 · CEP TORREJON	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP41 · CEP TORREJON	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP41 · CEP TORREJON	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP41 · CEP TORREJON	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP41 · CEP TORREJON	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19064770
SUAP41 · CEP TORREJON	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19077917
SUAP41 · CEP TORREJON	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19077929
SUAP41 · CEP TORREJON	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19105170
SUAP42 · C.S. MARIE CURIE	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	13996
SUAP42 · C.S. MARIE CURIE	DESFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48361742
SUAP42 · C.S. MARIE CURIE	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190308155725
SUAP42 · C.S. MARIE CURIE	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190308164775
SUAP42 · C.S. MARIE CURIE	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	111396624
SUAP42 · C.S. MARIE CURIE	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP42 · C.S. MARIE CURIE	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP42 · C.S. MARIE CURIE	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19105179
SUAP42 · C.S. MARIE CURIE	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19105178
SUAP43 · CEP JAIME VERA	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	13980
SUAP43 · CEP JAIME VERA	DESFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48362411
SUAP43 · CEP JAIME VERA	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190313164355
SUAP43 · CEP JAIME VERA	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190307075665
SUAP43 · CEP JAIME VERA	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301171615
SUAP43 · CEP JAIME VERA	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	11139667
SUAP43 · CEP JAIME VERA	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP43 · CEP JAIME VERA	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP43 · CEP JAIME VERA	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP43 · CEP JAIME VERA	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19077911
SUAP43 · CEP JAIME VERA	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19077920
SUAP43 · CEP JAIME VERA	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19077915
SUAP44 · C.S. COLMENAR VIEJO	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	13978
SUAP44 · C.S. COLMENAR VIEJO	DESFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48362615
SUAP44 · C.S. COLMENAR VIEJO	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190307073185
SUAP44 · C.S. COLMENAR VIEJO	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301165475
SUAP44 · C.S. COLMENAR VIEJO	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301164825
SUAP44 · C.S. COLMENAR VIEJO	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301161985



SUAP44 · C.S. COLMENAR VIEJO	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	111396637
SUAP44 · C.S. COLMENAR VIEJO	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP44 · C.S. COLMENAR VIEJO	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP44 · C.S. COLMENAR VIEJO	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP44 · C.S. COLMENAR VIEJO	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP44 · C.S. COLMENAR VIEJO	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19064757
SUAP44 · C.S. COLMENAR VIEJO	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19104795
SUAP44 · C.S. COLMENAR VIEJO	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19104787
SUAP44 · C.S. COLMENAR VIEJO	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19105177
SUAP45 · C.S. LAS ROZAS	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	13967
SUAP45 · C.S. LAS ROZAS	DEFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48362759
SUAP45 · C.S. LAS ROZAS	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190308143695
SUAP45 · C.S. LAS ROZAS	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190307083555
SUAP45 · C.S. LAS ROZAS	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	111396640
SUAP45 · C.S. LAS ROZAS	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP45 · C.S. LAS ROZAS	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP45 · C.S. LAS ROZAS	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19104752
SUAP45 · C.S. LAS ROZAS	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19104765
SUAP46 · C.S. CERRO DEL AIRE	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	13979
SUAP46 · C.S. CERRO DEL AIRE	DEFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48361730
SUAP46 · C.S. CERRO DEL AIRE	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190308151685
SUAP46 · C.S. CERRO DEL AIRE	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190307083775
SUAP46 · C.S. CERRO DEL AIRE	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190308164985
SUAP46 · C.S. CERRO DEL AIRE	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	111396617
SUAP46 · C.S. CERRO DEL AIRE	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP46 · C.S. CERRO DEL AIRE	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP46 · C.S. CERRO DEL AIRE	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP46 · C.S. CERRO DEL AIRE	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19078902
SUAP46 · C.S. CERRO DEL AIRE	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19077932
SUAP46 · C.S. CERRO DEL AIRE	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19077919
SUAP47 · C.S. EL ESCORIAL	ASPIRADOR SECRECIONES	CA-MI	ASKIR 36 BR	13969
SUAP47 · C.S. EL ESCORIAL	DEFIBRILADOR	PHYSIO-CONTROL	LIFEPAK 15	48361874
SUAP47 · C.S. EL ESCORIAL	ESFINGOMANOMETRO PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	190301155655
SUAP47 · C.S. EL ESCORIAL	NEVERA VACUNAS	EQUITEC	ERL180C	111396618
SUAP47 · C.S. EL ESCORIAL	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	777	
SUAP47 · C.S. EL ESCORIAL	TERMOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	19078677



**ANEXO II.** UBICACIONES DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS SUMMA 112, DEL CENTRO DE URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIO Y DE LOS SERVICIOS CENTRALES ADSCRITOS A LA GERENCIA DEL SUMMA 112.

UBICACIÓN		DOMICILIO	LOCALIDAD
SEDE CENTRAL	Sede Central del SUMMA 112	C/ Anracita, 2 Bis	MADRID
S.U.A.P 01	CEP Hnos. G <sup>a</sup> Noblejas	C/ Doctor Esquerdo, 45	MADRID
S.U.A.P 03	C.S. Los Ángeles	C/ Totanes, 1	MADRID
S.U.A.P 04	C.S. Paseo Imperial	Glorieta Pirámides , 7	MADRID
S.U.A.P 05	C.S. Espronceda	C/ Espronceda, 24	MADRID
S.U.A.P 06	C.S. Mar Báltico	C/ Mar Báltico, 2 (entrada por c/ Liberación s/n)	MADRID
S.U.A.P 07	C.S. Hnos. G <sup>a</sup> Noblejas	C/ Hnos. García Noblejas, 168	MADRID
S.U.A.P 08	CEP Avda. De Portugal	Avda. de Portugal, 155	MADRID
S.U.A.P 09	CEP Carabanchel Alto	C/ Aguacate, 9	MADRID
S.U.A.P 10	C.S. Moratalaz	C/ Hacienda de Pavones, 271	MADRID
S.U.A.P 12	C.S. Ángela Uriarte	C/ Candilejas, 66	MADRID
S.U.A.P 13	CEP M <sup>a</sup> Ángeles López Gómez	C/ M <sup>a</sup> Ángeles López Gómez, 2 posterior	LEGANES
S.U.A.P 14	CEP Getafe	Avda. de los Ángeles, 57	GETAFE
S.U.A.P 15	C.S. Ramón y Cajal	C/ Jabonería, 67	ALCORCON
S.U.A.P 17	CEP Orcasitas	C/ Cestona, 3	MADRID
S.U.A.P 18	C.S. Pozuelo	C/ Emisora, s/n	POZUELO DE ALARCON
S.U.A.P 19	CEP Móstoles	C/ Coronel de Palma, s/n	MOSTOLES
S.U.A.P 20	C.S. Luis Vives	C/ Luis Vives, 16	ALCALA DE HENARES
S.U.A.P 21	C.S. Las Águilas	C/ José de Cadalso, s/n	MADRID
S.U.A.P 23	C.S. Barajas	Avda. de Logroño, 319	MADRID



S.U.A.P 24	CEP Federica Montseny	Avda. de la Albufera, 285	MADRID
S.U.A.P 25	CEP El Arroyo	C/ Comunidad de Madrid, 10	FUENLABRADA
S.U.A.P 26	C.S. Pinto	C/ Marqués, s/n	PINTO (Madrid)
S.U.A.P 27	C.S. Parla	C/ Isabel II, s/n	PARLA
S.U.A.P 28	C.S. San Fernando	Pza. Ondarreta, s/n	SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid)
S.U.A.P 29	C.S. Reyes Católicos	Avda. de España, 20	S. SEBAST. REYES (Madrid)
S.U.A.P 30	C.S. Collado Villalba	C/ Los Madroños, 5	COLLADO VILLALBA
S.U.A.P 35	C.S. Tres Cantos	C/ Sector Oficinas, 12	TRES CANTOS (Madrid)
S.U.A.P 37	C.S. El Restón	Avda. de Mediterráneo, 1	VALDEMORO (Madrid)
S.U.A.P 39	C.S. Aranjuez	C/ Gobernador, 84	ARANJUEZ (Madrid)
S.U.A.P 40	C.S. La Paz	Avda. Parque de Asturias, s/n	RIVAS VACIAMADRID
S.U.A.P 41	C.E.P. Veredillas	C/ Turín 37	TORREJON DE ARDOZ
S.U.A.P 42	C.S. Marie Curie	C/ San Bernardo, 13 (La Fortuna)	LEGANES (Madrid)
S.U.A.P 43	C.S. Jaime Vera	Avda. de España, s/n	COSLADA
S.U.A.P 44	C.S. Colmenar Viejo Sur	Dr. Cecilio de la Morena Arranz, s/n	COLMENAR VIEJO (Madrid)
S.U.A.P 45	C.S. Las Rozas	C/ Principado de Asturias, 30	LAS ROZAS (Madrid)
S.U.A.P 46	C.S. Cerro Del Aire	Avda. de España, 7	MAJADAHONDA (Madrid)
S.U.A.P 47	C.S. El Escorial	C/ Juliana, 1 ó c/ Padre Gerardo Gil s/n	EL ESCORIAL
NEONATOS	Centro Logístico de Getafe	C/ Río Guadalimar, 11	GETAFE
C.U.E	CUE EL MOLAR	C/ Macarena nº 10	EL MOLAR



Las bases de los recursos asistenciales relacionadas podrán sufrir cambios de ubicación durante la vigencia del contrato, en cualquier caso los cambios se producirían dentro de la Comunidad de Madrid.