

EXPEDIENTE: 2021-0-1

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE ELECTRODOS FETALES, GEL DE ULTRASONIDOS Y GELES LUBRICANTES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE


OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto el suministro electrodos para monitorización de la frecuencia cardiaca fetal, gel de ultrasonidos para procesos de ecografía diagnóstica y terapéutica y lubricantes para la introducción de catéteres, diversas técnicas de exploración, así como lubricación de instrumentos en general, para el Hospital Universitario 12 de octubre

El Expediente consta de los siguientes lotes:

Nº LOTE	Nº ORDEN	CODIGO ART.	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1	1	014326	<p>ELECTRODO FETAL PARA MONITORIZACION DE LA FRECUENCIA CARDIACA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Electrodo para cuero cabelludo de espiral simple atraumático en presentación fetal. - Tope de seguridad en el extremo distal, para que la inserción del electrodo impida lesión en cuero cabelludo. - Este tope de seguridad sirve de referencia para conocer los grados de rotación realizados. - La espiral debe quedar dentro del aplicador cuando se retira el embalaje para evitar el riesgo de pinchazo accidental del profesional. - Que Incluya aplicador desechable compuesto de tubo introductor cilíndrico, en cuyo interior se presente un tubo de conducción de electrodo, con dispositivo de retención de cable. - Conector de seguridad con pin estándar para conectar cualquier tipo de electrodo de placa de pierna en el mercado. - Puerto de entrada para jeringa, con el objeto de limpiar la pieza por dentro, además de ser sumergible en agua y clorhexidina para su limpieza y desinfección externa. - La guía debe ir incluida con el electrodo para alcanzar la presentación fetal con grosor externo sea de 8 mm y 6mm de interno. - Dicha guía debe ser curvada hacia delante los últimos 12 cm, para facilitar la introducción del mismo, para su uso. - Exenta de látex. - Exención de látex reflejado en el envase <p>Indicación:</p> <p>Monitorización de la frecuencia cardiaca fetal.</p> <p>Deben incluirse todos los cables necesarios para conexión con cardiotocógrafo (marca Philips propiedad del hospital), durante todo el período de contrato. Si bien, estos cables deben ser compatibles con el cardiotocógrafo, si alguna empresa presentara adaptadores, no deben producir artefactos que puedan confundir o maldiagnosticar las señales recibidas por el electrodo.</p> <p>La longitud del cable del electrodo fetal alrededor de 815 mm y del cable adaptador ECG, 650 mm.</p>

Nº LOTE	Nº ORDEN	CODIGO ART.	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
2	2	014349	<p>GEL ULTRASONIDOS HIDROSOLUBLE ESTERIL PARA ECOGRAFIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gel hidrosoluble estéril transparente que no se escurra o resbale por la piel lo que dificulta la técnica. - Que no manche la ropa del paciente. - Impedancia acústica $\leq 2\text{Mrayls}$. - Que no irrite la piel del paciente. - Que no dañe las superficies del transductor. - Presentación en envases de $250\pm 10\text{ml}$. - Exento de látex y Ftalatos. <p>Indicación: Procesos de ecografía diagnóstica y terapéutica.</p>
3	3	014347	<p>GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE ESTERIL TRANSPARENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gel lubricante hidrosoluble, estéril transparente. - Que no manche la ropa del paciente. - Impedancia acústica $\leq 2\text{Mrayls}$. - Que no irrite la piel del paciente. - Presentación en envase de 90-100 gr máximo. - Que no dañe superficies sintéticas de goma o metal. - Exento de látex y Ftalatos. <p>Indicación: Introducción de catéteres en exploraciones ginecológicas, endoscópicas, urológicas, así como lubricación de instrumentos en general.</p>
4	4	014332	<p>GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE ESTERIL BACTERIOESTATICO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gel lubricante hidrosoluble, estéril y bacteriostático. - Impedancia acústica $\leq 2\text{Mrayls}$. - Que no irrite la piel del paciente. - Presentación sobre en doble envase de 20-50 ml máximo. - Que no dañe superficies sintéticas de goma o metal. - Exento de látex y Ftalatos. <p>Indicación: Exploraciones que requieran un campo quirúrgico</p>
5	5	016246	<p>GEL LUBRICANTE ESTERIL CON LIDOCAINA EN JERINGA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gel lubricante estéril, hidrosoluble, con lidocaína. - Que no irrite la mucosa del meato urinario. - Presentación en jeringa de 10 ml (máximo 11 ml). - Exento de látex y Ftalatos. <p>Indicación: Exploraciones e intervenciones urológicas en quirófano principalmente.</p>



Hospital Universitario
12 de Octubre

MUESTRAS

Para la evaluación de los productos se solicitan muestras **SI**

Cantidad de muestras: 2 **por LOTE**

Lugar de Entrega: **Almacén General. Edificio MI planta -2**

- o No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar **más** muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto

FORMACIÓN

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, si es preciso, al personal que se determine para el correcto uso de los productos, entregándose sin cargo el material docente necesario para la formación.

OTROS

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, 9 de octubre de 2020

SUPERVISORA DE PARITORIO

Fdo.: Ana Isabel Saavedra San Román

SUPERVISOR DE RECURSOS MATERIALES

Fdo.: Antonio Jarillo Sánchez

EXPEDIENTE: 2021-0-1

OBJETO: SUMINISTRO DE ELECTRODOS FETALES, GEL DE ULTRASONIDOS Y GELES LUBRICANTES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

							PRESUPUESTO					VALOR ESTIMADO (incluida modificación)	EPIGRAFE
LOTE	Nº ORDEN	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA BASICA	CANTIDAD INICIAL 24 MESES	CANTIDAD PRORROGA 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IVA 10%	IMPORTE TOTAL		
1	1	014326	ELECTRODO FETAL PARA MONITORIZACION DE LA FRECUENCIA CARDIACA	UD	3.600	3.600	4,350000	15.660,000	3.288,60		18.948,60000	34.452,000	27004
2	2	014349	GEL ULTRASONIDOS HIDROSOLUBLE PARA ECOGRAFIA	ML	7.800.000	7.800.000	0,001462	11.403,600		1.140,3600	12.543,96000	25.087,920	27004
3	3	014347	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE ESTERIL TRANSPARENTE	GR	1.200.000	1.200.000	0,020000	24.000,000		2.400,0000	26.400,00000	52.800,000	27004
4	4	014332	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE, ESTERIL BACTERIOESTATICO	ML	28.000	28.000	0,030000	840,000		84,0000	924,00000	1.848,000	27004
5	5	016246	GEL LUBRICANTE ESTERIL Y LIDOCAINA EN JERINGA	ML	80.000	80.000	0,100760	8.060,800		806,0800	8.866,88000	17.733,760	27004
								59.964,40	3.288,60	4.430,44	67.683,44	131.921,68	