




EXPEDIENTE: 2020000039

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de CATETER CENTRAL ACCESO PERIFÉRICO, LINEA MEDIA Y DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN CATETERES, para cubrir las necesidades del Hospital

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO
1	1	315017	CATÉTER CENTRAL/PICC ACCESO PERIFÉRICO POLIURETANO 1 LUZ 4FRX55CM <u>Kit Compuesto por</u> <ul style="list-style-type: none">- Catéter radiopaco de poliuretano biocompatible y termosensible, buena navegabilidad. Marcas centimetradas- Identificación del calibre en el catéter- Alto flujo identificado en el catéter o clamp, al menos 300psi.- Longitud 55 a 60 cm, extremo distal punta abierta recortable.- Aguja introductora ecogénica de 21G con punta de triple bisel y sistema de seguridad- Introduccion sobre dilatador, sin reborde en el punto de unión de ambos, que permita su introducción de forma continua.- Dilatador longitud máxima 75 mm.- Con guía de nitinol punta recta flexible y con marcas visuales, con sistema que facilite su colocación.- Extremo proximal conexión Luer-Lock, con pinza tipo clamp.- Cinta métrica.- Jeringa 10-12ml.- Bisturí seguridad.- Dispositivo de fijación.- Exento de látex y ftalatos.- En envase individual estéril.
2	2	281214	CATETER CENTRAL/PICC ACCESO PERIFERICO POLIURETANO 2 LUCES 5 FR X 55 CM <u>Kit Compuesto por</u> <ul style="list-style-type: none">- Catéter radiopaco de poliuretano de dos luces con marcas centimetradas, con buena navegabilidad.- Identificación del calibre en las luces del catéter.- Alto flujo, identificado en el catéter o clamp, al menos 300psi.- Longitud 55 a 60 cm, extremo distal punta abierta recortable.- Dispositivo de fijación.- Aguja con mecanismo seguridad que se active de forma intuitiva e irreversible, ecogénica con bisel que permita una fácil introducción.- Introduccion sobre dilatador, sin reborde en el punto de unión de ambos, que permita su introducción de forma continua con buen deslizamiento.- Dilatador longitud máxima 75 mm.- Guía de nitinol punta recta flexible y con marcas visuales, con sistema que facilite su colocación.- Extremo proximal conexión Luer-Lock, con pinza tipo clamp.- Bisturí de seguridad.- Cinta métrica.- Jeringa 10 -12 ml luer lock.- Envase individual estéril.- Exento de látex y ftalatos.

 **Hospital Universitario
Ramón y Cajal**
COORDINADORA DE SUMINISTROS
ENFERMERÍA Fdo. Berta Ruiz Morales
SUBDIRECCIÓN DE ENFERMERÍA



LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO
3	3	305510	CATETER LINEA MEDIA POLIURETANO ALTO FLUJO 20 G Compuesto por: <ul style="list-style-type: none">- Catéter radiopaco de poliuretano de 1 luz, con buena navegabilidad.- Alto flujo, con identificación en el catéter.- Longitud mínima 10 cm.- Dispositivo de fijación.- Aguja con mecanismo seguridad que se active de forma intuitiva e irreversible, ecogénica con bisel que permita una fácil introducción.- Guía de nitinol con sistema que facilite su colocación- Envase individual estéril.- Exento de látex y ftalatos
4	4	281386	DISPOSITIVO P/FIJACION CATETERES <ul style="list-style-type: none">- Dispositivo de sujeción universal adaptable a diferentes tipos de catéteres- Con anclaje de sujeción que permita fijar el catéter sin desplazamientos, sin sutura.- Medidas mínimas 8,80 cm x 5 cm.- Adhesivo acrílico de grado medio que permita la correcta sujeción del catéter. No lesione la piel en su retirada.- El apósito permanece inalterable, proporcionando una fijación estable mínimo 7 días.- Papel protector del adhesivo de fácil retirada, que permita la colocación del apósito con guantes.- Envase individual estéril.- Exento de látex

ANEXO:

1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de las referencias de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
2. Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso. Los artículos ofertados deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios y, para el caso de productos implantables activos el Real Decreto 1616/2009 de 26 de octubre así como el Real Decreto 1662/2000 de 29 de septiembre para los productos sanitarios diagnóstico "in vitro". En cualquier caso todos los productos que lo requieran deberán incluir el certificado de exención de látex.
3. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna.
4. Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **SI**
 - 4 MUESTRAS del lote 1, 2 y 3
 - 10 MUESTRAS del lote 4


En caso de ser necesarias un mayor nº de unidades para completar el informe técnico correspondiente podrían ser solicitadas con posterioridad.

Hospital Universitario
Ramón y Cajal
COORDINADORA DE SUBDIRECCIÓN DE
ENFERMERÍA
Fdo. Berta Ruiz Morales
SUBDIRECCIÓN DE ENFERMERÍA



El procedimiento será:

- Entregar las muestras en el Almacén del HOSPITAL RAMON Y CAJAL (control de almacenes planta -4 dcha).
 - Cada licitador deberá entregar en Almacén junto con las muestras dos relaciones en donde aparezca indicado lo siguiente:
 - Nº Procedimiento,
 - Nº de Lote – Orden.
 - Nombre del proveedor.
 - Al entregar en Almacén las muestras le sellarán las 2 copias, una de ellas se quedará en el Almacén, y la otra copia sellada será entregada al Proveedor.
 - Las muestras deben estar bien identificadas con su número de lote, orden y referencia de la misma, siendo desestimadas las que no cumplan con estos requisitos.
5. Etiquetado en el que figure:
- a. La denominación del artículo.
 - b. El método de esterilización utilizado.
 - c. Las fechas de caducidad del producto.
 - d. El número de lote.
 - e. La referencia comercial.
 - f. Marcado CE.
 - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
6. Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.
7. Posibilidad de cursos de formación y actualización tanto a nivel médico, de enfermería y de gestión.

 Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 25
---	--	----------

P.A. 2020000039

LOTE	N.O.	CÓDIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (12 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no ncluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA Incluido)
1	1	315017	CATÉTER CENTRAL/PICC ACCESO PERIFÉRICO POLIURETANO 1 LUZ 4 FR X 55 CM	UNIDAD	592	86,35	51.119,20	10	5.111,92	56.231,12
2	2	281214	CATETER CENTRAL/PICC ACCESO PERIFERICO POLIURETANO 2 LUCES 5 FR X 55 CM	UNIDAD	830	77,00	63.910,00	10	6.391,00	70.301,00
3	3	305510	CATETER LINEA MEDIA POLIURETANO ALTO FLUJO 20 G	UNIDAD	560	41,50	23.240,00	21	4.880,40	28.120,40
4	4	281386	DISPOSITIVO P/FIJACION CATETERES	UNIDAD	2.700	2,95	7.965,00	21	1.672,65	9.637,65

IMPORTE TOTAL:	146.234,20		18.055,97	164.290,17
-----------------------	-------------------	--	------------------	-------------------