

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS**

**Nº EXPEDIENTE: PA 6/2017**

***“ADQUISICIÓN JERINGA PRECARGADA 3 ML. DE NA CL 0.9%  
PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA”***



**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE "JERINGA PRECARGADA 3ML. DE NA CL 0,9% PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA" A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO (PA 6/2017)**

Este Pliego de Prescripciones Técnicas habrá de regir la ejecución de la prestación del suministro cuyo objeto a continuación se indica, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece el TRLCSP. El plazo de ejecución será de **12 MESES** y el presupuesto de licitación es **58.007,40.-€**, siendo la base imponible **47.940,00.-€** y el I.V.A (21%) **10.067,40.-€**.

**1. OBJETO**

El presente pliego tiene por objeto la adquisición de jeringas precargadas 3 ml. de NA CL 0.9% con destino al HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA DE LEGANÉS, según las características técnicas y en las cantidades estimadas y precios máximos que se encuentran definidos a continuación.


**2. CANTIDADES, PRECIOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
F05602	JERINGA PRECARGADA 3ML (NA CL 0.9%)	0,2397	200000	47940,00	21	10067,40	58007,40

<b>BASE IMPONIBLE:</b>	<b>47940,00</b>
<b>IVA:</b>	<b>10067,40</b>
<b>IMPORTE TOTAL:</b>	<b>58007,40</b>

**JERINGAS PRECARGADAS 3 ML. (NA CL 0.9%)**

- Jeringa precargada con 3 ml. Cloruro sódico (CL NA 0.9%) y capacidad máxima de la jeringa de 3 ml.
- De polipropileno
- Con tapón
- En envase individual y estéril
- Apirógeno



### 3. CONDICIONES GENERALES

La presentación en envase estéril, llevará impreso el **MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN, EL LOTE, LA FECHA DE ESTERILIZACIÓN Y DE CADUCIDAD**. Se requiere la **AUSENCIA DE LÁTEX Y FTALATOS** en la composición del artículo.

Cumplirá las condiciones recogidas en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por la que se regulan los productos sanitarios, e irán marcados CE.

El adjudicatario estará obligado durante la vigencia del contrato a:

#### Condiciones generales de ejecución del suministro

El suministro se efectuará en el Almacén General del Hospital U. Severo Ochoa en horario de 08:30h a 13:30h.

#### Plazo de Entrega/ reposición

Plazo de entrega/ reposición del producto demandado será en los pedidos ordinarios, como máximo de 72 horas a contar desde el momento de recepción del pedido


#### Reposición por anomalías y defectos en el suministro.

Caso de detectarse defectos en el producto suministrado, el adjudicatario sustituirá en el plazo de 24 horas dicho producto por otro del mismo tipo y con la calidad adjudicada.

Leganés, a 19 ENE 2017

SUPERVISOR DE FARMACIA Y  
RECURSOS MATERIALES

JOSÉ IGNACIO CARDEÑA TEJERA



DOMINGO DEL CACHO MALO



CONFORME EL ADJUDICATARIO:

## ANEXO

### CUADRO DE OFERTAS TECNICAS PRESENTADAS

**(ATENCIÓN):** Debe ser incluido en el sobre 2 como primera hoja de la oferta técnica)

CODIGO INDICADO EN EL PPT (Sólo en el caso que los artículos vengan codificados en el PPT)	DESCRIPCION DEL ART. INDICADA EN EL PPT	BASE O VARIANTE	DESCRIPCION DEL ART. DADA POR EL LICITADOR (Sólo en el caso de que se describa de forma distinta a la indicada en el pliego)	REFERENCIA DEL LICITADOR

