

EXPEDIENTE: 2017-0-118

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES RELATIVO A LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE CATETER TERMODILUCION Y PARA DETERMINACION CONTINUA DEL GASTO CARDIACO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO "12 DE OCTUBRE"

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del suministro de **CATETER TERMODILUCION Y PARA DETERMINACION CONTINUA DEL GASTO CARDIACO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO "12 DE OCTUBRE"**

LOTE	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1	011041	CATETER TERMODILUCION 7F/110 cms. 4 vías: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Catéter de termodilución de cuatro vías y balón en punto distal, para la medida de presiones hemodinámicas y determinación de gasto cardiaco, radiopaco y apirógeno. ▪ Compuesto por: catéter de 110 cms., calibre 7 a 7,5 F., limitado volumétrico y líneas marcadoras de profundidad de inserción. ▪ Envase individual y estéril.
2	012143	CATETER SWAN-GANZ PARA DETERMINACION CONTINUA DEL GASTO CARDIACO <ul style="list-style-type: none"> ▪ Catéter multilumen para determinación de presiones intracardíacas derechas y medición continua de gasto cardiaco y saturación venosa central de oxígeno. ▪ Radiopaco, con marcas externas indicadoras de longitud para ayuda a la inserción. ▪ Presentación unitaria en envase estéril, que debe contener el catéter y una jeringa para inflado del balón con límite de seguridad en 1.5 cc. <p>El catéter debe tener las siguientes vías:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Válvula de inflado para el balón distal • Conexión para el termistor distal • Conexión para el filamento térmico • Conexión para el módulo óptico de determinación de SvO2 • Vía para determinación de PA distal • Vía para determinación de PA proximal <p>Se cederán los monitores necesarios para la utilización de los catéteres.</p>

Todos los productos deben ser exentos de látex, este extremo se acreditará mediante certificado por parte de los licitadores.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: SI

- **3 MUESTRAS POR LOTE**

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid a, 5 de octubre de 2017.



Fdo. Dr. Juan Carlos Montejo
Jefe de Servicio de Medicina Intensiva



Fdo. Dr. Manuel Cortés Guerrero
Jefe de Sección de Anestesia y REA R.G.



EL SUBDIRECTOR MÉDICO

Fdo.: Dr. Ferro Osuna
Subdirector médico Área quirúrgica

ANEXO AL PLIEGO

EXPEDIENTE:2017-0-118

OBJETO: SUMINISTRO DE CATETER TERMODILUCION Y PARA DETERMINACION CONTINUA DEL GASTO CARDIACO

LOTE	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
1	011041	CATETER TERMODILUCION 7F/110 CM 4 VIAS	740	26,28	19.447,200	4.083,912	23.531,112
2	012143	CATETER SWAN-GANZ PARA DETERMINACIÓN CONTINUA DEL GASTO CARDIACO	730	199,00	145.270,000	30.506,700	175.776,700
					164.717,200	34.590,612	199.307,812