

EXPEDIENTE: 2018-0-234

SUMINISTRO DE INMOVILIZADORES PARA RADIOTERAPIA Y RADIOCIRUGÍA EXTRACRANEAL DEL SERVICIO DE ONCOLOGIA RADIOTERAPICA DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y el artículo 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del ***SUMINISTRO DE INMOVILIZADORES PARA RADIOTERAPIA Y RADIOCIRUGÍA EXTRACRANEAL DEL SERVICIO DE ONCOLOGIA RADIOTERAPICA DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE***

| LOTE | ORDEN | UD | ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA) |
|------|-------|----|---|
| 1 | 1 | 2 | <p>SISTEMA DE INMOVILIZACION DE RADIOCIRUGIA EXTRACRANEAL</p> <p>Sistema de inmovilización de radiocirugía extracraneal, indexable al tablero de los aceleradores y simuladores existentes en el Servicio de Oncología Radioterápica. Dicho sistema constará de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 soporte inferior indexable a las unidades de tratamiento • 5 colchones de vacío con válvula reforzada y microperlas que garanticen la forma que proporciona el vacío durante más de 6 semanas. Se suministrarán con una bomba de vacío. • 2 puentes de compresión tipo arco, según anatomía del paciente, para restringir movimientos respiratorios. • 4 barras de indexación para el soporte. • 1 cinturón neumático de compresión adaptable a la guía. • 1 soporte de rodilla. • 2 cojines de pequeño tamaño para sujeción de rodilla. |
| 2 | 2 | 5 | <p>SISTEMA DE INMOVILIZACION PARA MIEMBROS INFERIORES</p> <p>Sistema de inmovilización para miembros inferiores que constará de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 posicionador de rodilla • 1 posicionador de pies <p>Deberán ser indexables entre sí y también a la mesa de tratamiento.</p> <p>Será compatible con CT y RM.</p> |

| LOTE | ORDEN | UD | ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA) |
|------|-------|----|---|
| 2 | 3 | 5 | <p>SISTEMA DE INMOVILIZACION PARA PACIENTES EN DECUBITO PRONO CON EXCLUSIÓN DE ASAS INTESTINALES</p> <p>Sistema de inmovilización para pacientes en decúbito prono con abertura abdominal para exclusión del intestino delgado. Deberá contener una regla de indexación lateral para facilitar su posicionamiento.</p> <p>El material será de fibra de carbono de baja densidad, sobre todo en las zonas susceptibles a la incidencia de los campos de tratamiento.</p> |
| | 4 | 4 | <p>SISTEMA DE PLANOS INCLINADOS</p> <p>Sistema de plano inclinado para tratamientos de patología de Mama y Tórax y técnicas de alto gradiente de dosis. El tablero será homogéneo y sin branquias u otras aberturas.</p> <p>El soporte será antideslizante para el paciente con diferentes opciones de altura para los diferentes tamaños de paciente. Deben tener opción de colocar diferentes elementos de sujeción de manos y muñecas.</p> |
| | 5 | 5 | <p>SISTEMA DE BASE PARA MASCARA TERMOPLÁSTICAS PARA REGION ABDOMINAL Y PELVICA.</p> <p>Sistema para la inmovilización abdominal y pélvica con material termoplástico. Será indexable al tablero de los aceleradores y simuladores existentes en el Servicio de Oncología Radioterápica. Se detallará en la oferta la absorción para fotones 6MV documentada.</p> <p>Será compatible con CT y RM.</p> <p>Se suministrará con un mínimo de 2 máscaras (material fungible) para empezar a trabajar con ellos.</p> |
| | 6 | 5 | <p>SISTEMA DE BASE PARA MASCARAS DE CABEZA Y CUELLO Y JUEGOS DE REPOSA CABEZAS</p> <p>Sistema para la inmovilización de la región de cabeza y cuello con material termoplástico.</p> <p>Será indexable al tablero de los aceleradores y simuladores existentes en el Servicio de Oncología Radioterápica. Se detallará en la oferta la absorción para fotones 6MV documentada.</p> |

| LOTE | ORDEN | UD | ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA) |
|------|-------|----|---|
| 2 | 6 | 5 | <p>Se debe de disponer de un sistema que permita reducir las posibles arrugas o contracción de la máscara termoplástica, en la colocación de la misma en el paciente.</p> <p>No deben necesitar de ningún soporte adicional para mantener su posición.</p> <p>Será compatible con CT y RM.</p> <p>Se suministrará con un mínimo de 2 máscaras (material fungible) para empezar a trabajar con ellos.</p> <p>Se incluirá en la oferta 1 juego completo de reposacabezas compatibles con cada una de las bases suministradas.</p> |

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: NO.

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, 06 de noviembre de 2018

**SUBDIRECTORA MÉDICA
DE SERVICIOS CENTRALES**



Fdo. Dra. Ramos Rodríguez

**JEFE DE SERVICIO ONCOLOGÍA
RADIOTERAPIA**



Fdo. José Pérez Regadera

ANEXO

EXPEDIENTE 2018-0-234

OBJETO: SUMINISTRO DE INMOVILIZADORES PARA RADIOTERAPIA Y RADIOCIRUGIA EXTRACRANEAL DEL SERVICIO DE ONCOLOGIA RADIOTERAPIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

| PRESUPUESTO | | | | | | | | |
|-------------|-------|-----------|---|----------|--------------|----------------|-----------|---------------|
| LOTE | ORDEN | COD. ARTº | DESCRIPCION ARTICULO | CANTIDAD | PRECIO S/IVA | BASE IMPONIBLE | IVA 21% | IMPORTE TOTAL |
| 1 | 1 | 222287 | SISTEMA DE INMOVILIZACION DE RADIOCIRUGIA EXTRACRANEAL | 2 | 23.100,00 | 46.200,00 | 9.702,00 | 55.902,00 |
| | 2 | 222288 | SISTEMA DE INMOVILIZACION PARA MIEMBROS INFERIORES | 5 | 3.510,00 | 17.550,00 | 3.685,50 | 21.235,50 |
| | 3 | 222289 | SISTEMA INMOVILIZACION PARA PACIENTES EN DE CUBITO PRONO CON EXCLUSION DE ASAS INTESTINALES | 5 | 4.900,00 | 24.500,00 | 5.145,00 | 29.645,00 |
| 2 | 4 | 222290 | SISTEMA DE PLANOS INCLINADOS | 4 | 11.550,00 | 46.200,00 | 9.702,00 | 55.902,00 |
| | 5 | 222291 | SISTEMA DE BASE PARA MASCARA TERMOPLATICA PARA REGION ABDOMINAL Y PELVICA | 5 | 1.530,00 | 7.650,00 | 1.606,50 | 9.256,50 |
| | 6 | 222292 | SISTEMA DE BASE PARA MASCARS DE CABEZA Y CUELLO Y JUEGOS DE REPOSA CABEZAS | 5 | 4.040,00 | 20.200,00 | 4.242,00 | 24.442,00 |
| | | | | | | 162.300,00 | 34.083,00 | 196.383,00 |