

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES, PARA EL SUMINISTRO DE CÁNULAS DE ASPIRACIÓN Y TRAQUEOTOMÍA ADULTOS DE SILICONA, PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y el artículo 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del **SUMINISTRO DE CÁNULAS DE ASPIRACIÓN Y TRAQUEOTOMÍA ADULTOS DE SILICONA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**.

ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
<p><b>CÁNULA TRAQUEOTOMÍA ADULTO SILICONA CON BALÓN AIRE BAJA PRESIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cánula traqueotomía de silicona grado médico radioopaco, con balón.</li> <li>• Balón de silicona que hermetice el conducto traqueal, para la prevención de contenido espirativo y fugas de aire.</li> <li>• Manual de uso en castellano incluido.</li> <li>• Provisto de un obturador de punta roma para garantizar una introducción atraumática.</li> <li>• Con conexión Standard a otros sistemas de ventilación existentes en el hospital.</li> <li>• Disposición de calibres de diámetro interno desde 5 hasta 9mm.</li> <li>• De un solo uso, envase individual estéril.</li> <li>• Exenta de látex en todos sus componentes.</li> </ul> <p><b>Longitudes y diámetros según tallas:</b></p>

LOTE	Nº ORDEN	COD.ART.	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1	1	018694	Talla 5: Longitud 60 mm y diámetro externo 7,3 mm
	2	013233	Talla 6: Longitud 70 mm y diámetro externo 8,7 mm
	3	011751	Talla 7: Longitud 80 mm y diámetro externo 10,0 mm
	4	011858	Talla 8: Longitud 88 mm y diámetro externo 11,0 mm
	5	018695	Talla 9: Longitud 98 mm y diámetro externo 12,3 mm

**MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: NO**

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, 22 de febrero de 2019

DIRECTORA DE ENFERMERÍA

 Hospital Universitario  
12 de Octubre  
DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA

Fdo.: D<sup>a</sup> Andión Goñi Olguía

SUPERVISOR DE RECURSOS MATERIALES



Fdo.: D. Antonio Jarillo Sánchez

## ANEXO

**EXPEDIENTE P.A.S.A. 2018-0-207**

**OBJETO: SUMINISTRO DE CÁNULAS DE ASPIRACIÓN Y TRAQUEOTOMÍA ADULTOS DE SILICONA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**

PRESUPUESTO										
LOTE	ORDEN	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRORROGA 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO (incluida 20% modificación)
1	1	018694	CÁNULA TRAQUEOTOMÍA ADULTO SILICONA CON BALÓN AIRE BAJA PRESIÓN TALLA 5 LONGITUD 60 MM	10	10	56,500	565,00	56,50	621,50	1.243,00
	2	013233	CÁNULA TRAQUEOTOMÍA ADULTO SILICONA CON BALÓN AIRE BAJA PRESIÓN TALLA 6 LONGITUD 70 MM	30	30	56,500	1.695,00	169,50	1.864,50	3.729,00
	3	011751	CÁNULA TRAQUEOTOMÍA ADULTO SILICONA CON BALÓN AIRE BAJA PRESIÓN TALLA 7 LONGITUD 80 MM	50	50	56,500	2.825,00	282,50	3.107,50	6.215,00
	4	011858	CÁNULA TRAQUEOTOMÍA ADULTO SILICONA CON BALÓN AIRE BAJA PRESIÓN TALLA 8 LONGITUD 88 MM	90	90	56,500	5.085,00	508,50	5.593,50	11.187,00
	5	018695	CÁNULA TRAQUEOTOMÍA ADULTO SILICONA CON BALÓN AIRE BAJA PRESIÓN TALLA 9 LONGITUD 98 MM	10	10	56,500	565,00	56,50	621,50	1.243,00
							10.735,00	1.073,50	11.808,50	23.617,00