

Resolución de 8 de noviembre de 2018 del Órgano de Contratación del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, por la que se dispone la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, la modificación de plazos de presentación de ofertas y fecha de apertura del sobre único y la corrección de errores al Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, del contrato titulado “Suministro de ecógrafo FIV, electromiógrafo, respirador transporte”, expediente PAS 60/18.

Pliego de Prescripciones técnicas.

1. En la página 3,
donde dice:

“Lote 2. UN ELECTROMIOGRAFO

-Electromiógrafo para la realización de EMG y potenciales evocados, técnica habitual usada para el tratamiento/ detección de patología de nervio periférico, músculo y enfermedades de la unión neuromuscular (EMG-ENG) y patología de la conducción central (Potenciales evocados).

-Con dos estimuladores

-Con al menos 4 canales

-Con toma para PEAT, PEV y PESS.

Conforme con la legislación actual y todas las normas de producto aplicables.”,

debe decir:

“Lote 2. UN ELECTROMIOGRAFO

1.- CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIPO EMG

- **Electroneurografía:** Velocidad de conducción nerviosa, Onda F, Estimulación repetitiva y de alta frecuencia, MUNE.

- **Electro- reflexología:** Reflejo H, Blink Réflex, Reflejos maseterinos.

- **Electromiografía:** Grabación y reproducción automática de registros EMG de hasta 360 seg.

Programas que permitan la visualización completa de patrón interferencial para su revisión y análisis. Barrido libre, superposición, MUAP único.

- **EMG cuantitativa:** Análisis de unidades motoras. MultiMUP y análisis cuantitativo del patrón interferencial.

- **Fibra única y macro EMG.** SFEMG voluntario y estimulado.
Densidad de fibra. Macro EMG

- **Test avanzados con calculo automatico y representación grafica.** MUNIX, Alt munix. CMAP Scan

- **Test de evaluación del sistema nervioso autónomo:** Intervalo R-R, maniobra Valsalva con cálculos automáticos RMSSD, SD-RR, Respuesta simpático-cutánea.

- **Potenciales evocados somatosensoriales completos-**

- **Potenciales evocados auditivos:** AEP, BAEP, CERA, EcochG.

- **Potenciales evocados visuales de campo completo y hemicampo.** VEP. PATTERN

- **Software de temblor:** Análisis de temblor bilateral con acelerómetros con análisis de frecuencia y coherencia.

2.- SISTEMA INFORMATICO

Características básicas:

PC con procesador I7, mínimo 8 GB de RAM y disco duro 1 TB.

Tarjeta gráfica de alta resolución

Pantalla TFT 22"

Tarjeta de red Interface estándar a impresora compatible con Windows

MONTADO EN CARRO CON IMPRESORA.

3.- SOFTWARE

Base de datos completa de pacientes con campos configurables por usuario

Generación de informe (Microsoft Word) en tiempo real durante la realización del estudio. Inclusión de graficas

Sistema de guardado automático en buffer de las respuestas.

Modificación de test en modo adquisición

Señal del monitor en tiempo real

Marcación automática

Compatibilidad con el sistema EMG existente en el Servicio actualmente (Synergy) para poder intercambiar la información entre ambos.

4.- AMPLIFICADORES

Conversor analógico digital de 24 bits

Impedancia de entrada > 1000

Ruido < 0,6 mV ms

Selección de electrodos de software

5.- ESTIMULADORES ELECTRICOS

Margen de salida alto y bajo de 0 a 100 mA o 0-400 V

Frecuencia de estimulación de 0,06 a 200 pps. Control fino y aleatorio

Software de monitorización del estímulo

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- En la página 5,
donde dice:

“3.- Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara.

Lote N°	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic. (unitario sin IVA)	Base	Cantidad	Importe máximo lote sin IVA	21% IVA	Importe máximo lote con IVA
1	UN ECÓGRAFO DIGITAL FIV.	Unidad	35.000,00 €	1	1	35.000,00 €	7.350,00 €	42.350,00 €
2	UN ELECTROMIÓGRAFO	Unidad	20.000,00 €	1	1	20.000,00 €	4.200,00 €	24.200,00 €
3	UN RESPIRADOR DE TRANSPORTE	Unidad	9.421,49 €	1	1	9.421,49 €	1.978,51 €	11.400,00 €
TOTALES						64.421,49 €	13.528,51 €	77.950,00 €

debe decir:

3.- Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara.

Lote N°	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic. (unitario sin IVA)	Base	Cantidad	Importe máximo lote sin IVA	21% IVA	Importe máximo lote con IVA
1	UN ECÓGRAFO DIGITAL FIV.	Unidad	20.000,00 €	1	1	20.000,00 €	4.200,00 €	24.200,00 €
2	UN ELECTROMIÓGRAFO	Unidad	35.000,00 €	1	1	35.000,00 €	7.350,00 €	42.350,00 €
3	UN RESPIRADOR DE TRANSPORTE	Unidad	9.421,49 €	1	1	9.421,49 €	1.978,51 €	11.400,00 €
TOTALES						64.421,49 €	13.528,51 €	77.950,00 €

Plazos.

Presentación de ofertas: Finaliza el día 27 de noviembre de 2018 a las 14:00 horas.

Apertura del sobre único: Tendrá lugar el día 28 de noviembre de 2018 a las 10:00 horas, apertura publica.

Por lo que se hace público a todos los efectos.

Fdo: Dr. Modoaldo Garrido Martín
Director Gerente