

COMUNICACIÓN EMPRESAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
--

LECTURA INFORME TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

Expediente:	P.A. 2018-0-15
--------------------	----------------

Denominación	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA MONITORIZACIÓN NERVIOSA INTRAOPERATIVA EN CIRUGÍA TIROIDEA CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
---------------------	---

Tipo de Procedimiento	ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
------------------------------	----------------------------------

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario “12 de Octubre”, en sesión de fecha **09 de mayo de 2018**, evaluada la documentación técnica presentada por los licitadores en el expediente de referencia, ha realizado la lectura del Informe técnico emitido por el servicio correspondiente, acordando rechazar las siguientes proposiciones de los licitadores abajo indicados por presentar ofertas que según Informe técnico recogido en el ANEXO, no se ajustan a lo exigido en los pliegos, todo ello conforme a lo establecido en el art. 139.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

NIF	EMPRESA
A79354700	JARMED, S.A.
A78065224	NEOMEDIC, S.A.

A continuación se efectúa la apertura del sobre N° 3 (documentación económica) de las empresas que a continuación se relacionan:

NIF	EMPRESA
B41862087	JJP HOSPITALARIA, S.L.
A28389484	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.
B85522472	SOLUCIONES INTEGRALES EN DESIFECCIÓN, S.L. (SOINDE S.L.)

Y para que conste, se expide y firma en Madrid, a **09 de mayo de 2018**, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Real Decreto 49/2003, de 3 de abril.

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: M^a Nieves Lasso de la Vega Oteo



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **127644432378186495011**

ANEXO



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 127644325278186495011

EXPEDIENTE: 2018-0-15

**Material: PROCEDIMIENTO MONITORIZACIÓN
NERVIOSA INTRAOPERATIVA EN CIRUGIA TIROIDEA**

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
1	014373	<p>MATERIAL PARA LA MONITORIZACION NERVIOSA INTRAOPERATIVA EN CIRUGIA TIROIDEA.</p> <p>TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 PUNTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Tubo de intubación oro-traqueal con electrodos de monitorización incorporados que faciliten la intubación.... 30 puntos 	<p>JJP HOSPITALARIA.....TOTAL 0 PUNTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> No presenta oferta ni muestra de tubo oro-traqueal con electrodo de monitorización incorporados Presenta como oferta la rfa. 42-0018 (electrodos adhesivos sin tubo oro-traqueal) 0 puntos <p>MEDTRONIC...TOTAL 30 PUNTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Si lo presenta 30 puntos <p>SOINDE.....TOTAL 0 PUNTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Presenta un tubo oro-traqueal con electrodos pegados al tubo y no dentro de su estructura...0 PUNTOS 	<p>JARMED: No dispone de monitorización continua del nervio vago</p> <p>NEOMEDIC: No dispone de monitorización continua del nervio vago</p>

Madrid, 4 de mayo de 2018

POR LOS JEFES DE SERVICIO DE CIRUGICA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO


Fdo. Dr. Felipe de la Cruz Vigo


Fdo. Dr. Eduardo Ferrero Herrero