

Consultas expediente GUA PAPC 2018-1-32

Mayte Guardia <mayteguardia@bimedica.com>

jue 02/08/2018 8:11

Para: Servicio de Suministros GAE Universitario Getafe Area 10 <sersum.hugf@salud.madrid.org>;

Cc: Raquel Rodríguez <raquelrodriguez@bimedica.com>; David Fernández <davidfernandez@bimedica.com>; Tomás Morán <tomasmoran@bimedica.com>;

Buenos días,

En relación al expediente de contratación **GUA PACP 2018-1-32**, para el *Suministro de Guantes de uso sanitario para el Hospital Universitario de Getafe*, nos gustaría aclarar las siguientes dudas en base al Pliego de Prescripciones técnicas.

Lote 1: Guante exploración de látex estéril sin polvo.

- Necesitaríamos nos aclararan si el grosor de 0.30 mm es de una pared o dos paredes.

Lote 2: Guante quirúrgico látex estéril sin polvo

- Necesitaríamos que clarificaran los valores a cumplir de las columnas "Elongación" y "Fuerza a la rotura", ya que aparecen unos valores extraños "3750%" y "312%" respectivamente.

Lote 3: Guante quirúrgico látex estéril con recubrimiento interno sin polvo.

- Necesitaríamos que clarificaran el valor de referencia de la columna "Fuerza a la rotura", ya que aparece un valor ">12%" que no coincide con el valor ni unidades de referencia de ninguna norma.

Lote 4: Guante un solo uso de plástico estéril unidad.

- Necesitamos confirmación que para este lote, también es necesaria todas las normativas recogidas en el punto 4, ya que un guante de plástico de un solo uso, es inviable que cumpla todas estas normativas. Sirva como ejemplo los requisitos de medida de la norma EN 455-2.

A la espera de vuestra conformidad.

Saludos,

Mayte Guardia

Departamento de Concursos Públicos

Bimedica.

Avenida de Barcelona nº 225
08750 Molins de Rei
Barcelona (Spain)
T +34 93 334 05 08

F +34 93 474 39 14

bimedica.com



Antes de imprimir este correo piensa si es realmente necesario hacerlo: el Medio Ambiente es cosa de todos.
Before printing this e-mail think if it's really necessary: the Environment is everyone's business.