

EXPEDIENTE:	GCASU1800002
OBJETO:	SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA SU UTILIZACIÓN EN EL AREA QUIRURGICA

### TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO

Que en la sesión del 18 de abril de 2018, la Mesa de Contratación ha constatado la subsanación de la documentación administrativa presentada por las empresas BARN IMPORT MEDICA, S.A.; MEDGROWTH INTERNACIONAL, S.L.; MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.; PALEX MEDICAL, S.A. y SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA, S.A. por tanto quedan admitidas al presentar correctamente la documentación exigida.

Seguidamente, se procede a la valoración técnica, quedando excluidos por no cumplir las especificaciones técnicas exigidas en el Pliego, los siguientes licitadores:

#### Licitadores excluidos de la licitación:

BARN IMPORT MÉDICA, S.A.  
CAHNOS, S.L.  
EQUIPOS MÉDICO-BIOLÓGICOS DE CASTILLA, S.L.  
GARRIC MÉDICA, S.L.  
IBERHOSPITEX, S.A.  
MEDGROWTH INTERNACIONAL, S.L.  
STRYKER IBERIA, S.L.  
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.

El resto de licitadores pasan a la siguiente fase de valoración. (Informe valoración técnica, ver Anexo)

#### Resumen de licitadores a los lotes presentados:

LICITADORES PRESENTADOS	lotes	cumple	No cumple	SOBRE ECONÓMICO
3M ESPAÑA, S.L.	6 y 8	8	6	
ASSUT EUROPE IBÉRICA, S.L.U..	1 y 6	1	6	
BARN IMPORT MEDICA, S.A..	2 y 6		2 y 6	NO ABRIR
BASTOS MEDICAL, S.L.	4, 6 y 8	4, 6	8	
CAHNOS, S.L.	6		6	NO ABRIR
CARDIVA 2, S.L.	8	8		
C.V. MÉDICA, S.L.	2	2		
DEXTRO MEDICA, S.L.	3 Y 5	3	5	
EQUIPOS MÉDICO-BIOLÓGICOS DE CASTILLA, S.L.	7		7	NO ABRIR
GARRIC MÉDICA, S.L.	3		3	NO ABRIR
IBERHOSPITEX, S.A.	6		6	NO ABRIR
IHT MEDICAL, S.A.	3, 4 Y 5	3, 4	5	
IMARK-HOSPITAL	2, 3 Y 5	2, 3 y 5		
INTERSURGICAL ESPAÑA.	6,7,9 y 10	6, 9 y 10	7	
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	7	7		
MARTIN VECINO, S.L.	7, 9 y 10	10	7, 9	
MEDGROWTH INTERNACIONAL, S.L.	1 y 5		1 y 5	NO ABRIR
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U	1,3,4,5,6 y 8	1, 3, 5 y 8	4 y 6	
MEDTRONIC IBERICA, S.A	3, 4, 5 y 8	3, 4 y 5	8	
PALEX MEDICAL, S.A.	1, 5, 6 y 8	5 y 6	1 y 8	
PALL ESPAÑA, S.A.U	7	7		
PRIM. S.A.	3	3		
SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.	3, 4 y 7	3 y 4	7	
STRYKER IBERIA, S.L.	7		7	NO ABRIR
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	1, 5 y 8		1, 5 y 8	NO ABRIR

TELIC, S.A.U.	3, 4 y 5	3 y 4	5	
VYAIRE MEDICAL, S.L.U.	10	10		

Divulgándose dichas circunstancias en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Comunidad de Madrid (<http://www.madrid.org/contratospublicos>).

Lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 19.3 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, expido y firmo en San Sebastián de los Reyes a 24 de abril de 2017.

EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN,

  
  
**Hospital Universitario  
Infanta Sofía**  
SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIONES

Fdo.: Jose Alberto Torcal Ochoa.



ANEXO

FICHA VALORACIÓN TÉCNICA

GCASU1800002 SUM. DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA SU UTILIZACIÓN EN EL ÁREA QUIRÚRGICA

LOTE 1: ALFOMBRA ABSORBENTE DE LÍQUIDOS

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
ASSUT EUROPE IBÉRICA, S.L.U.	SI	
MEDGROWTH INTERNACIONAL, S.L.	NO	Presenta capacidad de absorción de 1400 ml. m2 y se solicitan 3000 ml. M2. No es antideslizante.
MEDLINE INTERNACIONAL IBERIA, S.L.U.	SI	
PALEX MEDICAL, S.A.	NO	Declara en ficha técnica que la capacidad de absorción es de 6,43 litros m2, con dos y medio litros presenta rebosamiento y encharcamiento, no llegando a absorber dicha cantidad. Se solicitaba que fuera antideslizante. No lo es y presenta adhesivos en sus extremos que no se requerían.
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	NO	Presenta capacidad de absorción de 1400 ml. m2 y se solicitan 3000 ml. M2. No es antideslizante.

LOTE 2: CEPILLOS QUIRÚRGICOS

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
BARNA IMPORT MÉDICA, S.A.	NO	Las medidas de los anchos de los cepillos se encuentran entre 4 y 4,3 cms y se solicitaban 5 cms.
C.V. MEDICA, S.L.	SI	
IMARK-HOSPITAL	SI	

LOTE 3: MANGO QUIRÚRGICO DESECHABLE CON CORTE Y COAGULACIÓN

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
DEXTRO MÉDICA, S.L.	SI	
GARRIC MEDICA, S.L.	NO	La longitud de la pala desmontada es de 6 cm. y se solicita de 7 cm.
IHT MEDICAL, S.A.	SI	
IMARK-HOSPITAL	SI	
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	SI	
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	SI	
PRIM, S.A.	SI	
SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.	SI	
TELIC, S.A.U.	SI	

**LOTE 4: RASCADOR PARA LA LIMPIEZA DE ELECTRODOS**

LICITADORES	CUMPLE		OBSERVACIONES
BASTOS MEDICAL, S.L.	SI		
IHT MEDICAL, S.A.	SI		
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.		NO	Uno de los lados mide 4,3 cms. Y se solicita de 5 cm.
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	SI		
SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA,S.A.	SI		
TELIC, S.A.U.	SI		

**LOTE 5: ROTULADOR DERMOCRÁFICO**

LICITADORES	CUMPLE		OBSERVACIONES
DEXTRO MÉDICA, S.L.		NO	El trazado del roturador es menor de 1 mm. El diseño presenta una punta muy aguda que puede dañar al paciente.
IHT MEDICAL, S.A.		NO	Se solicita tinta azul y se presenta negra.
IMARK-HOSPITAL	SI		
MEDGROWTH INTENATIONAL, S.L.		NO	Las regla mide 14,5 cms y se solicita de 15 cm.
MEDLINE INTERNATIONAL IBERICA, S.L.U.	SI		
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	SI		
PALEX MEDICAL, S.A.	SI		
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.		NO	Las regla mide 14,5 cms y se solicita de 15 cm.
TELIC, S.A.U.		NO	Se solicita tinta azul y se presenta negra.



**LOTE 6: MASCARILLA QUIRÚRGICA CON VISOR**

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
3M ESPAÑA, S.L.	NO	No presenta protección almohadillada.
ASSUTT EUROPE IBÉRICA, S.L.U.	NO	No presenta protección almohadillada.
BARNA IMPORT MÉDICA, S.A.	NO	No presenta protección almohadillada.
BASTOS MEDICAL, S.L.	SI	
CAHNOS, S.L.	NO	La altura del visor desde la parte superior distal de la mascarilla es de 7 cms y se solicita 8 cm. El visor no es perfectamente transparente, se encuentran todas las muestras rayadas. El visor se desprende con mucha facilidad.
IBEROSPITEX, S.A.	NO	No presenta protección almohadillada. El visor se desprende con facilidad de la mascarilla y la altura del visor es de 7 cm. y se solicita de 8 cm.
INTERSURGICAL ESPAÑA	SI	
MEDLINE INTERNATIONAL IBERICA, S.L.U.	NO	La altura del visor desde la parte superior distal de la mascarilla es de 6,3 cms y se solicita 8 cm.
PALEX MEDICAL, S.A.	SI	

**LOTE 7: FILTRO DE HUMOS PARA LAPAROSCOPIA**

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
EQUIPOS MÉDICO-BIOLÓGICOS DE CASTILLA, S.L.	NO	No presenta roller que permita regular la salida de humos a demanda y evitar la pérdida de neumoperitoneo
INTERSURGICAL ESPAÑA	NO	Para su utilización necesita elementos adicionales (aspirador y gomas de aspirador) que no se solicitan en el pliego de prescripciones técnicas.
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	SI	
MARTÍN VECINO, S.L.	NO	Para su utilización necesita elementos adicionales (aspirador y gomas de aspirador) que no se solicitan en el pliego de prescripciones técnicas.
PALL ESPAÑA, S.A.U.	SI	
SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.	NO	Para su utilización necesita elementos adicionales (aspirador y gomas de aspirador) que no se solicitan en el pliego de prescripciones técnicas.
STRYKER IBERIA, S.L.	NO	Para su utilización necesita elementos adicionales (aspirador y gomas de aspirador) que no se solicitan en el pliego de prescripciones técnicas.

**LOTE 8: BOLSA PARA INSTRUMENTAL LARGA**

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
3M ESPAÑA, S.L.	SI	
BASTOS MEDICAL, S.L.	NO	No presenta dos tiras adhesivas solicitadas y como consecuencia no deja zona central entre ambas que pudiera permitir el paso de tubos o cables.
CARDIVA 2, D.L.	SI	
MEDLINE INTERNATIONAL IBERICA, S.L.U.	SI	
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	NO	Presenta 31 cmX17,5 y se solicita de 47X24,5 cm. Se pide de 3 compartimentos y tiene 2.
PALEX MEDICAL, S.A.	NO	No presenta dos tiras adhesivas solicitadas y como consecuencia no deja zona central entre ambas que pudiera permitir el paso de tubos o cables.
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	NO	No presenta dos tiras adhesivas solicitadas y como consecuencia no deja zona central entre ambas que pudiera permitir el paso de tubos o cables.

**LOTE 9: CAL SODADA COMPATIBLE CON MÁQUINA DE ANESTESIA DRAGER**

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
INTERSURGICAL ESPAÑA	SI	
MARTIN VECINO, S.L.	NO	Se solicita nula emisión de polvo para protección del paciente y profesionales del área quirúrgica, cuando se vuelca el recipiente existen grandes cantidades de pérdidas de polvo.

**LOTE 10: CAL SODADA COMPATIBLE CON MÁQUINA GE HEALTHCARE SYSTEM**

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
INTERSURGICAL ESPAÑA	SI	
MARTIN VECINO, S.L.	SI	
VYAIR MEDICAL, S.L.U.	SI	

San Sebastián de los Reyes, 17 de abril de 2018  
LA RESPONSABLE DE RECURSOS MATERIALES



Fdo.: Ana López Martínez