

Expte.: A/SUM-012792/2017
CERTIFICADO DE PROPOSICIONES ADMITIDAS Y DESCARTADAS EN LA LICITACIÓN TRAS EL INFORME TÉCNICO DE APTITUD RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS DE CONVOCATORIA

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario de Móstoles de 20 de noviembre de 2017, previamente a la lecturas de ofertas económicas de noviembre de 2017, procedió a informar de las empresas admitidas y excluidas en el informe técnico aptitud emitido por los técnicos responsables del contrato de suministro de: **“MATERIAL DE TERAPIA DE VACÍO PARA HERIDAS”** Por consiguiente, y de acuerdo lo establecido en el apartado 9 del Pliego de Cláusulas, quedaron excluidas y por tanto no se leyeron los precios de las siguientes proposiciones:

LOTE Nº	Código	DESCRIPCIÓN
1	Nº ORDEN 1	TERAPIA VACIO ESPONJA DE POLIURETANO NEGRA GRANDE
	Nº ORDEN 2	TERAPIA VACIO ESPONJA DE POLIURETANO NEGRA MEDIANO
	Nº ORDEN 3	TERAPIA VACIO ESPONJA DE POLIURETANO NEGRA PEQUEÑA
	Nº ORDEN 4	TERAPIA VACIO ESPONJA NEGRA ABDOMINAL
	Nº ORDEN 5	CONTENEDOR PEQUEÑO 250-500ml
	Nº ORDEN 6	CONTENEDOR GRANDE 750-1000ml
	Nº ORDEN 7	SISTEMA CONECTOR DE TERAPIA DE VACÍO
	Nº ORDEN 8	LÁMINA SELLADORA PRESION NEGATIVA
	Nº ORDEN 9	CONECTOR EN "Y"

LICITADORES	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
ALTRAZEAL, S.A.	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Se solicita que los números de orden 5 y 6 sean estériles y este producto no cumple dichas características.
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas
LABORATORIOS HARTMANN, S.A.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas
PRIM, S.A.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas
SMITH & NEPHEW, S.A.U.	NO CUMPLE las especificaciones técnicas <ul style="list-style-type: none"> Se solicita que los números de orden 5 y 6 sean estériles y este producto no cumple dichas características.
THROMBOTARGETD DEVEL, S.L.U.	NO CUMPLE las especificaciones técnicas <ul style="list-style-type: none"> Se solicita que los números de orden 5 y 6 sean estériles y este producto no cumple dichas características.




LOTE Nº	Código	DESCRIPCIÓN
2	Nº ORDEN 10	KIT DE VACÍO PARA TENDONES, HUESO Y HERIDAS TUNELIZADAS GRANDES.
	Nº ORDEN 11	KIT DE VACÍO PARA TENDONES, HUESO Y HERIDAS TUNELIZADAS PEQUEÑAS.
	Nº ORDEN 12	CONTENEDOR PEQUEÑO 250-500ml
	Nº ORDEN 13	CONTENEDOR GRANDE 750-1000ml
	Nº ORDEN 14	SISTEMA CONECTOR DE TERAPIA DE VACÍO
	Nº ORDEN 15	LÁMINA SELLADORA PRESION NEGATIVA
	Nº ORDEN 16	CONECTOR EN "Y"

LICITADORES	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
ALTRAZEAL, S.A.	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Se solicita que los números de orden 12 y 13 sean estériles y este producto no cumple dichas características.
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas
PRIM, S.A.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas
SMITH & NEPHEW, S.A.U.	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Se solicita que los números de orden 12 y 13 sean estériles y este producto no cumple dichas características.
THROMBOTARGETD DEVEL, S.L.U.	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Se solicita que los números de orden 12 y 13 sean estériles y este producto no cumple dichas características.

LOTE Nº	Código	DESCRIPCIÓN
3	Nº ORDEN 17	TERAPIA DE VACÍO CON PLATA TAMAÑO PEQUEÑO
	Nº ORDEN 18	TERAPIA DE VACÍO CON PLATA TAMAÑO MEDIANO
	Nº ORDEN 19	TERAPIA DE VACÍO CON PLATA TAMAÑO GRANDE
	Nº ORDEN 20	CONTENEDOR PEQUEÑO 250-500ml
	Nº ORDEN 21	CONTENEDOR GRANDE 750-1000ml
	Nº ORDEN 22	SISTEMA CONECTOR DE TERAPIA DE VACÍO
	Nº ORDEN 23	LÁMINA SELLADORA PRESION NEGATIVA
	Nº ORDEN 24	CONECTOR EN "Y"

LICITADORES	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas
PRIM, S.A.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas
THROMBOTARGETD DEVEL, S.L.U.	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Se solicita que los números de orden 20 y 21 sean estériles y este producto no cumple dichas características.



LOTE Nº	Código	DESCRIPCIÓN
4	Nº ORDEN 25	KIT PORTÁTIL DE TERAPIA DE VACÍO DE UN SÓLO USO

LICITADORES	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas
PRIM, S.A.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas
SMITH & NEPHEW, S.A.U.	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

LOTE Nº	Código	DESCRIPCIÓN
5	Nº ORDEN 26	KIT DE TERAPIA DE VACÍO PARA INSTILACIÓN
	Nº ORDEN 27	CONTENEDOR PEQUEÑO 250-500ml
	Nº ORDEN 28	CONTENEDOR GRANDE 750-1000ml

LICITADORES	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas

Las ofertas clasificadas como “SÍ CUMPLE” continúan en la licitación y, por tanto, pasan a la fase siguiente.

Esta información se publicará en el tablón de anuncios del Perfil del Contratante de la Comunidad de Madrid en aplicación del artículo 10 de la disposición final primera del Decreto 69/2017, de impulso y generalización del uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la contratación pública de la Comunidad de Madrid, advirtiéndose de que la no presentación de documentación será causa de exclusión de la proposición.

EL SECRETARIO DE LA

MESA DE CONTRATACIÓN