



**EXPEDIENTE: 2019000006**

**OBJETO DEL CONTRATO**


El presente contrato tiene por objeto el suministro de ENDOPRÓTESIS DE AORTA INFRARRENAL Y AORTA TORÁCICA, para cubrir las necesidades del Hospital

LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO	CANTIDAD
1	1	<b>ENDOPRÓTESIS BIFURCADA AORTA ABDOMINAL ANCLAJE SUPRARRENAL Y STENT DE NITINOL</b> Dispositivo endoprotésico bimodular o trimodular bifurcado con stent proximal no cubierto con 4 o 6 elementos y sistema de fijación suprarrenal con doble gancho. Recubrimiento textil de dacron con stents de nitinol en todo el cuerpo para facilitar su conformabilidad. Stent proximal suturado justo al inicio de la tela de la endoprótesis para reforzar el sellado en el cuello. Anillo radioopaco en pata contralateral para facilitar cateterización. Marcas radioopacas en inicio de tela, bifurcación de endoprótesis, rama ipsi y contralateral. Sistema para liberación precisa y de bajo perfil y recubrimiento hidrofílico. Refuerzo recolocable durante su liberación. Sistema de bajo perfil y recubrimiento endofílico para mejorar la navegabilidad. Mango ergonómico con opción de puerto de inyección lateral para ayudar a visualizar diferencias anatómicas. Indicación para cuellos desde 10 mm de longitud y angulaciones de hasta 60°. Diferentes longitudes desde el inicio de la tela a la bifurcación. Variedad de diámetros y longitudes	29
1	2	<b>ENDOPRÓTESIS AORTOUNILIÁCA AORTA ABDOMINAL ANCLAJE SUPRARRENAL Y STENT DE NITINOL</b> Dispositivo endoprotésico modular aorto uni-iliaco con stent proximal no cubierto con 4 o 6 elementos y sistema de fijación suprarrenal con doble gancho. Recubrimiento textil de dacron con stents de nitinol en todo el cuerpo para facilitar su conformabilidad. Stent proximal suturado al inicio de la tela de la endoprótesis para reforzar el sellado en el cuello. Sistema de liberación preciso y recolocable durante la liberación. Sistema de bajo perfil y recubrimiento hidrofílico para mejorar la navegabilidad. Mango ergonómico con opción de puerto de inyección lateral para ayudar a visualizar diferencias anatómicas. Indicación para cuellos desde 10 mm de longitud y angulaciones de hasta 60°. Variedad de longitudes del cuerpo aorto uni-iliaco previo al segmento cónico del mismo para diferentes anatomías. Variedad de diámetros y longitudes.	6

Vº Bº Dr. R. Martínez Fernández  
SUBDIRECTOR MÉDICO ÁREA QUIRÚRGICA



LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO	CANTIDAD
1	3	<b>EXTENSIÓN RAMA ILIACA CON RECUBRIMIENTO DE DACRON Y STENT DE NITINOL</b> Extensión de rama iliaca con diseño helicoidal para ilíacas tortuosas. Compatible con cuerpo bifurcado y cuerpo aorto uni-iliaco con recubrimiento de dacron y stent de nitinol. Sistema de liberación precisa y recolocable durante su liberación. Sistema de bajo perfil y recubrimiento hidrofílico. Marcas radioopacas proximales, distales y de solapamiento mínimo de 3 cm. Variedad de diámetros y longitudes.	81
1	4	<b>EXTENSIÓN PROXIMAL ENDOPRÓTESIS ABDOMINAL CON STENT DE NITINOL</b> Dispositivo endoprotésico modular compatible con cuerpo bifurcado y aorto uni-iliaco con stent proximal no cubierto con 4 o 6 elementos y sistema de fijación suprarrenal con doble gancho. Recubrimiento textil de dacron con stent de nitinol. Marcas radioopacas proximales y distales. Sistema para liberación precisa y recolocable. Sistema de bajo perfil y de recubrimiento hidrofílico. Variedad de diámetros.	5
1	5	<b>OCLUSOR DE ILÍACA</b> Oclisor iliaco con sistema de liberación por empuje con stent de acero de varios calibres. Marca radioopaca proximal y distal.	1
2	6	<b>ENDOPROTESIS AORTA TORACICA C/STENT PROXIMAL LIBRE Y RECUBRIMIENTO DACRON 52-103 MM</b>	7
	7	<b>ENDOPROTESIS AORTA TORACICA C/STENT PROXIMAL LIBRE Y RECUBRIMIENTO DACRON 173-207 MM</b>	30
	8	<b>ENDOPROTESIS AORTA TORACICA C/STENT PROXIMAL LIBRE Y RECUBRIMIENTO DACRON 218-229 MM</b> Endoprótesis para aorta torácica de bajo perfil con sistema para liberación precisa, controlada, secuencial y recolocable durante su liberación parcial. Recubrimiento de dacron, con stent libre de nitinol y una longitud menor de 15 mm para reforzar el sellado proximal y distal. Área de fijación extra mediante un stent específico y previo al stent libre. Posibilidad de morfología recta o cónica. Estent proximal libre de 13 mm de longitud Variedad de diámetros. Longitudes de 52 mm-229 mm Catéter hidrofílico. Marcas radioopacas proximales, de solapamiento y distales.	2

 <b>Hospital Universitario Ramón y Cajal</b> SERVICIO DE SUMINISTROS <b>SUMC</b>	<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	<b>ANEXO 24</b>
--	----------------------------------	-----------------

#### ANEXO:

1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de la referencia de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
2. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
  - Relación de productos ofertados.
  - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna.
  - Muestras: NO. En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.
3. Cada adjudicatario pondrá a disposición del Hospital, sin cargo añadido, el instrumental necesario para la implantación de dicho material.
4. Deberán presentar documentación de evidencia científica alta, estudios (como informes de casos y series de casos), opinión de expertos.
5. Cada casa comercial adjudicataria de este Procedimiento deberá tener DEPOSITADO en el Hospital el sistema/montaje/kit, ... adjudicado por si se requiere su utilización por necesidades de urgencia.
6. Los proveedores adjudicatarios deberán constituir los depósitos que el Centro estime necesarios para la realización de su actividad quirúrgica. El depósito inicial se formalizará en un albarán de entrega en el que se dejara constancia de las referencias que lo integran y que contará con el visto bueno de quirófano y del proveedor. Obligatoriedad de revisar caducidades.
7. Posibilidad de cursos de formación y actualización tanto a nivel médico, de enfermería y de gestión.
8. La reposición del material debe realizarse en las 24 horas al de su petición.
9. Se incluirán plantillas con todas las referencias ofertadas por sistema/montaje/kit, .....
10. Garantía de Actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.
11. Si el sistema/montaje/kit, ....ofertado no es igual en cuanto a sus componentes, pero si es equivalente, deberán JUSTIFICARLO.

  
 Vº Bº Dr. R. Martínez Fernández  
 SUBDIRECTOR MÉDICO AREA QUIRÚRGICA



**P.A. 2019000006**

LOTE	N.O.	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (12 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no incluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	ENDOPROTESIS BIFURCADA AORTA ABDOMINAL ANCLAJE SUPRARRENAL Y STENT DE NITINOL	UNIDAD	29	4.275,00	123.975,00	10	12.397,50	136.372,50
1	2	ENDOPROTESIS AORTOUNILIACA AORTA ABDOMINAL ANCLAJE SUPRARRENAL Y STENT DE NITINOL	UNIDAD	6	5.490,00	32.940,00	10	3.294,00	36.234,00
1	3	EXTENSION RAMA ILIACA RECUBRIMIENTO DACRON Y STENT NITINOL	UNIDAD	81	1.755,00	142.155,00	10	14.215,50	156.370,50
1	4	EXTENSION PROXIMAL ENDOPROTESIS ABDOMINAL C/STENT NITINOL	UNIDAD	5	1.890,00	9.450,00	10	945,00	10.395,00
1	5	OCLUSOR ILIACA	UNIDAD	1	720,00	720,00	10	72,00	792,00
<b>TOTAL LOTE 1:</b>						<b>309.240,00</b>		<b>30.924,00</b>	<b>340.164,00</b>

2	6	ENDOPROTESIS AORTA TORACICA C/STENT PROXIMAL LIBRE Y RECUBRIMIENTO DACRON 52-103 MM	UNIDAD	7	4.590,00	32.130,00	10	3.213,00	35.343,00
2	7	ENDOPROTESIS AORTA TORACICA C/STENT PROXIMAL LIBRE Y RECUBRIMIENTO DACRON 173-207 MM	UNIDAD	30	9.000,00	270.000,00	10	27.000,00	297.000,00
2	8	ENDOPROTESIS AORTA TORACICA C/STENT PROXIMAL LIBRE Y RECUBRIMIENTO DACRON 218-229 MM	UNIDAD	2	11.000,00	22.000,00	10	2.200,00	24.200,00
<b>TOTAL LOTE 2:</b>						<b>324.130,00</b>		<b>32.413,00</b>	<b>356.543,00</b>

<b>IMPORTE TOTAL:</b>	<b>633.370,00</b>		<b>63.337,00</b>	<b>696.707,00</b>
-----------------------	-------------------	--	------------------	-------------------