

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS.

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tendrá por objeto la adquisición de cobertura quirúrgica para el Hospital Universitario Príncipe de Asturias y Centro Integral de Diagnóstico y Tratamiento “Francisco Díaz” para un período de **48 meses** y con división en **13 LOTES**

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES A TODOS LOS NÚMEROS DE ORDEN:

2.1 Normativa

2.1.1 Normas armonizadas

Marcado CE: Certificado de cumplimiento del R.D. 1591/2009 de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios; Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios, Diario Oficial de la Unión Europea L 117, de 5 de mayo de 2017; o Directiva y 93/42/CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 relativa a los productos sanitarios DO L 169 de 12 de julio de 1993, (en aquellos casos que no esté caducada)

2.1.2 Certificados de calidad de las organizaciones (Excepto numeros de orden 8.1 y 8.2)

- Certificado de cumplimiento de la norma UNE-EN ISO 13485:2018 Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para fines reglamentarios. (ISO 13485:2016). (Versión consolidada)
- Certificado de cumplimiento de la norma UNE-EN 13795:2020 Paños y sábanas quirúrgicas. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Paños y batas quirúrgicas. El cumplimiento de la normativa UNE-EN 13795, deberá ser certificado por un test de laboratorio externo homologado, en el que se especifique el nivel de cumplimiento.

2.1.3 Certificados de calidad de los productos (Para los lotes 1, 2 y 3)

- Certificado de cumplimiento de la norma UNE-EN ISO 10993-1:2010 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 1: Evaluación y ensayos mediante un proceso de gestión del riesgo. (ISO 10993-1:2009)
- Certificado de cumplimiento de la norma UNE-EN ISO 11810-1:2015 Láseres y equipos relacionados con los láseres. Método de ensayo y clasificación para la resistencia al láser de paños quirúrgicos y/o cubiertas protectoras del paciente. Parte 1: Ignición primaria y penetración

2.1.4 Certificados de calidad de la esterilización (dependiendo del procedimiento, la norma que corresponda)

- Cumplimiento de la norma UNE-EN ISO 11135:2015/A1:2020 Esterilización de productos para asistencia sanitaria. Óxido de etileno. Requisitos para el desarrollo, la validación y el control de rutina de un proceso de esterilización para productos sanitarios. Modificación 1: Revisión del Anexo E, Liberación de un único lote. (ISO 11135:2014/Amd 1:2018).
- Cumplimiento de la norma UNE-EN ISO 11137-1:2015/A2:2020 Esterilización de productos para asistencia sanitaria. Radiación. Parte 1: Requisitos para el desarrollo, la validación y el control de rutina de un proceso de esterilización para productos sanitarios. Modificación 2: Revisión de los apartados 4.3.4 y 11.2. (ISO 11137-1:2006/Amd 2:2018)

2. NORMATIVA ADICIONAL APLICABLE A LAS BATAS

- Reglamento (UE) 2016/425, relativo a los equipos de protección individual (EPI)
- UNE-EN 14126:2004 Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos (para batas)

3. OTRA DOCUMENTACIÓN (Lotes 1, 2 y 3)

- **Fichas técnicas** de cada uno de los productos, en las que se indiquen los valores obtenidos en los test de conformidad con la norma UNE-EN 13795:2020 parte 2, realizados por un laboratorio acreditado. Si los productos ofertados distinguen áreas críticas y menos críticas, se deben reseñar las características de ambas en conformidad con la norma UNE-EN 13795:2011+A1:2013 parte 1
 - Resistencia a la penetración líquida (de acuerdo con UNE-EN 20811:1993)
 - Resistencia a la penetración microbiana en seco (de acuerdo con UNE-EN ISO 22612:2005)
 - Resistencia a la penetración microbiana en húmedo (de acuerdo con UNE-EN ISO 22610:2007)
 - Evaluación de la limpieza microbiana (de acuerdo con UNE-EN ISO 11737-1:2007/AC:2009)
 - Desprendimiento de partículas (de acuerdo con UNE-EN ISO 9073:10)
 - Resistencia a la rotura, longitudinal y transversal en seco (de acuerdo con UNE-EN 29073-3:1993)
 - Resistencia a la rotura, longitudinal y transversal en húmedo (de acuerdo con UNE-EN 29073-3:1993)
 - Resistencia a la tensión, longitudinal y transversal en seco (de acuerdo con UNE-EN ISO 13938-1:2000)
 - Resistencia a la tensión, longitudinal y transversal en húmedo (de acuerdo con UNE-EN ISO 13938-1:2000)

(La no presentación de estos datos debidamente documentados supondrá la exclusión del procedimiento)

4. ETIQUETADO

- Etiquetado según norma UNE-EN ISO 15223-1:2017 Productos sanitarios. Símbolos a utilizar en las etiquetas, el etiquetado y la información a suministrar. Parte 1: Requisitos generales. (ISO 15223-1:2016, Versión corregida 2017-03)
- Etiquetado perfectamente legible en español (que incluya el español si el envase es multilingüe) o haciendo uso de simbología internacional armonizada.
- Debe contener la denominación del artículo o equipo, tallas y medidas si procede.
- Relación de todos sus componentes, medidas y unidades; en texto o por pictogramas.
- Referencia.
- Incluir la mención "ESTÉRIL" indicando el método empleado. Excepto lotes 8, 9, 10, 11, 12 y 13.
- Indicar que es un producto de un solo uso.
- Fecha de caducidad.
- Lote.
- Nombre del fabricante y dirección.
- Deberá incluir etiquetas adhesivas con código de barras EAN-GTIN 128 removibles. Excepto lotes 8, 9, 10, 11, 12 y 13.
- Todas aquellas precauciones adicionales que el fabricante considere para su correcto uso.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS LOTES

LOTE 1: EQUIPOS QUIRÚRGICOS

Nº orden	1.1	UNIDADES
Código HUPA	022286	6.204
Descripción	SET UNIVERSAL (CUSTOM PACK)	
	Cubreemesas estándar reforzado 150 x 200 cm	3
	Sábana superior de 250 x 150 cm con adhesivo y refuerzo en área crítica	1
	Sábana inferior de 180 x 180 cm con adhesivo y refuerzo en área crítica	1
	Paño 80 x 80 cm con adhesivo y refuerzo en área crítica	2
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm	1
	Cinta velcro o pasatubos	1
	Bata quirúrgica altas prestaciones talla XL	3
	Batea 250 ml opaca en color	1
	Batea 500 ml opaca en color	1
	Stick de pintado de 20 cm	1
	Mango bisturí eléctrico compatible con las plataformas de energía disponibles en el hospital, longitud del cable mínima 3m	1
	Cánula de aspiración CH 22	1
	Tubo de aspiración 300 cm CH 21, 7mm diámetro	1
	Hoja bisturí nº 21	1
	Hoja bisturí nº 10	1
	Contador de agujas imán/espuma para aproximadamente 20 unidades, extractor bisturí	1
	Gasa algodón 10 x 10, 8 telas 17 hilos con contraste RX	10
	Compresa algodón 45 x 45 8 telas 17 hilos cosida con contraste RX	10

Nº orden	1.2	UNIDADES
Código HUPA	032270	996
Descripción	SET VÍAS MIXTAS (CUSTOM PACK)	
	Cubreemesas estándar 150 x 200 cm	2
	Sábana mixta con perneras y alforjas a ambos lados de 250 x 300 cm. Fenestración abdominal y perineal con flap. Refuerzos en áreas críticas	1
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm	1
	Cintas tipo velcro o pasatubos	1
	Paño bajo nalgas de 100 x 125 cm o en su defecto paño de utilidades	1
	Bata quirúrgica altas prestaciones talla XL	3
	Batea 250 ml opaca en color	1
	Batea 500 ml opaca en color	1
	Stick de pintado de 20 cm	1
	Mango bisturí eléctrico compatible con las plataformas de energía disponibles en el hospital, longitud del cable mínima 3m	1
	Cánula de aspiración CH 22	1
	Tubo de aspiración 300 cm CH 21, 7mm diámetro	1
	Hoja bisturí nº 21	1
	Hoja bisturí nº 10	1
	Contador de agujas imán/espuma para aproximadamente 20 unidades, extractor bisturí	1
	Gasa algodón 10 x 10, 8 telas 17 hilos con contraste RX	10
	Compresa algodón 45 x 45 8 telas 17 hilos cosida con contraste RX	10

Nº orden	1.3	UNIDADES
Código HUPA	022457	
Descripción	SET UNIVERSAL EN "U" VERTICAL	UD
	Cubremeras estándar 150 x 200 cm	1
	Sábana inferior en "U" 200 x 280 cm con abertura de 100 x 10 cm con refuerzo	1
	Sábana superior de 150 x 275 cm con adhesivo y refuerzo	1

324

Nº orden	1.4	UNIDADES
Código HUPA	022646	
Descripción	EQUIPO DE ARTROSCOPIA DE HOMBRO (CUSTOM PACK)	UD
	Cubremeras reforzado estándar 150 x 200 cm	2
	Sábana artroscopia de hombro en "U" o similar 170 x 250 cm apertura 15 x 45 cm con bolsa colectora	1
	Sábana artroscopia de hombro en "U" 175 x 275 cm, fenestración 10 x 70cm con refuerzo	1
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm	2
	Funda cámara de video telescópica plegada, con punta precortada, 13 x 240 cm, con lengüeta de cartón y cinta adhesiva	1
	Bata quirúrgica altas prestaciones talla XL	3
	Paño 90 x 75 con cinta adhesiva	4
	Batea 250 ml opaca en color	1
	Venda elástica algodón de 10 x 500 cm	1
	Stick de pintado de 20 cm	1
	Tubo de aspiración 300 cm CH 21, 7mm diámetro	4
	Hoja bisturí nº 11	1
	Equipo de irrigación en "Y"	1
	Contador de agujas imán/espuma para aproximadamente 20 unidades, extractor bisturí	1

336

Nº orden	1.5	UNIDADES
Código HUPA	022645	
Descripción	EQUIPO DE ARTROSCOPIA DE RODILLA (CUSTOM PACK)	UD
	Cubremeras estándar 150 x 200 cm	2
	Funda mesa de Mayo 75 x 150 cm	1
	Sábana artroscopia de rodilla de 320 x 250 cm con fenestración elástica circular/oval 6 cm con bolsa colectora	1
	Funda cámara de video telescópica plegada, con punta precortada, 13 x 240 cm, con lengüeta de cartón y cinta adhesiva	1
	Pernera tubular ajustable pequeña o stokinette	1
	Batea 250 ml opaca en color	1
	Venda elástica algodón de 15 x 500 cm	1
	Stick de pintado de 20 cm	1
	Tubo de aspiración 300 cm CH 21, 7mm diámetro	1
	Hoja bisturí nº 11	2
	Contador de agujas imán/espuma para aproximadamente 20 unidades, extractor bisturí	1
	Equipo de irrigación en "Y"	1
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm	1

528

Nº orden	1.6	UNIDADES
Código HUPA	037925	
Descripción	EQUIPO DE HOMBRO CIRUGÍA ABIERTA (CUSTOM PACK)	UD
	Cubremeras reforzado estándar 150 x 200 cm	2
	Sábana de 250 x 190 cm con refuerzo en uno de los laterales mayores con adhesivo	1
	Sábana artroscopia de hombro en "U" 175 x 275 cm, fenestración 15 x 100 cm con refuerzo	1
	Paño 90 x 75 con cinta adhesiva	4
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm	2
	Bolsa de instrumentos con adhesivo, de 30 x 40 (2 compartimentos)	1
	Bata quirúrgica altas prestaciones talla XL	3
	Batea 250 ml opaca en color	1
	Stick de pintado de 20 cm	1
	Tubo de aspiración 300 cm CH 21, 7mm diámetro	1
	Cánula de aspiración CH 22	1
	Mango bisturí eléctrico compatible con las plataformas de energía disponibles en el hospital, longitud del cable mínima 3m	1
	Hoja bisturí nº 10	1
	Hoja bisturí nº 21	1
	Contador de agujas imán/espuma para aproximadamente 20 unidades, extractor bisturí	1
	Venda elástica algodón de 10 x 500 cm	1
	Gasa algodón 10 x 10, 8 telas 17 hilos con contraste RX	10
	Compresa algodón 45 x 45 8 telas 17 hilos cosida con contraste RX	10
		240

Nº orden	1.7	UNIDADES
Código HUPA	022615	
Descripción	SET DE CADERA CON BOLSA COLECTORA (CUSTOM PACK)	UD
	Cubremeras reforzado estándar 150 x 200 cm	2
	Sábana en "U" de 225 x 320 cm con abertura de 120 x 10 cm y refuerzo en área crítica	1
	Sábana de 155 x 255 cm reforzado en área crítica	1
	Bolsa de instrumentos con adhesivo, de 30 x 40 (2 compartimentos)	1
	Bolsa colectora con adhesivo	1
	Stockinette ajustable impermeable grande	1
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm	1
	Bata quirúrgica altas prestaciones talla XL	3
	Batea 250 ml opaca en color	1
	Batea 500 ml opaca en color	1
	Stick de pintado de 20 cm	1
	Mango bisturí eléctrico compatible con las plataformas de energía disponibles en el hospital, longitud del cable mínima 3m	1
	Cánula de aspiración CH 22	1
	Tubo de aspiración 300 cm CH 21, 7mm diámetro	1
	Hoja bisturí nº 21	1
	Hoja bisturí nº 10	1
	Venda elástica algodón de 15 x 500 cm	2
	Sonda vesical silicona CH18 x 40 cm, 2 vías, punta Nelaton, balón 10 ml	1
	Contador de agujas imán/espuma para aproximadamente 20 unidades, extractor bisturí	1
	Gasa algodón 10 x 10, 8 telas 17 hilos con contraste RX	10
	Compresa algodón 45 x 45 8 telas 17 hilos cosida con contraste RX	10
		564

Nº orden	1.8	UNIDADES
Código HUPA	022594	
Descripción	EQUIPO EXTREMIDAD INFERIOR (CUSTOM PACK)	UD
	Cubremanera reforzado estándar 150 x 200 cm	3
	Sábana de extremidad inferior de 210 x 320 con refuerzo y fenestración elástica circular/oval de 6cm aprox.	1
	Stokinette ajustable impermeable mediano	1
	Paño 90 x 75 con cinta adhesiva	1
	Bolsa de instrumentos con adhesivo, de 30 x 40 (2 compartimentos)	1
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm	2
	Bata quirúrgica altas prestaciones talla XL	3
	Batea 250 ml opaca en color	1
	Batea 500 ml opaca en color	1
	Stick de pintado de 20 cm	1
	Mango bisturí eléctrico compatible con las plataformas de energía disponibles en el hospital, longitud del cable mínima 3 m	1
	Cánula de aspiración CH 22	1
	Tubo de aspiración 300 cm CH 21, 7mm diámetro	1
	Hoja bisturí nº 21	1
	Hoja bisturí nº 10	1
	Contador de agujas imán/espuma para aproximadamente 20 unidades, extractor bisturí	1
	Venda elástica algodón de 15 x 500 cm	1
	Gasa algodón 10 x 10, 8 telas 17 hilos con contraste RX	10
	Compresa algodón 45 x 45 8 telas 17 hilos cosida con contraste RX	10
		2.184

Nº orden	1.9	UNIDADES
Código HUPA	037926	
Descripción	EQUIPO MANO (CUSTOM PACK)	UD
	Cubremanera reforzado estándar 150 x 200 cm	2
	Sábana de mano en "T" de 375 x 200 cm y extensión para mesa, refuerzo, fenestración elástica de 3-5 cm, con pasatubos	1
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm	2
	Bata quirúrgica altas prestaciones talla XL	3
	Batea 250 ml opaca en color	1
	Batea 500 ml opaca en color	1
	Stick de pintado de 20 cm	1
	Mango bisturí eléctrico compatible con las plataformas de energía disponibles en el hospital, longitud del cable mínima 3 m	1
	Contador de agujas imán/espuma para aproximadamente 20 unidades, extractor bisturí	1
	Hoja bisturí nº 15	2
	Jeringa 3 cuerpos, 20 ml, cono Luer excéntrico	
	Gasa algodón 10 x 10, 8 telas 17 hilos con contraste RX	10
	Compresa algodón 45 x 45 8 telas 17 hilos cosida con contraste RX	10
		1.008

Nº orden	1.10	UNIDADES
Código HUPA	025947	
Descripción	EQUIPO DE AISLAMIENTO VERTICAL (CUSTOM PACK)	UD
	Cubremeras reforzado estándar 150 x 200 cm	3
	Sábana de aislamiento vertical transparente adhesiva de 230 x 320 cm, film de incisión de 35 x 75 cm y bolsa recolectora. Con tira adhesiva de sujeción horizontal	1
	Paño 90 x 75 con cinta adhesiva	1
	Bolsa de instrumentos con adhesivo, de 30 x 40 (2 compartimentos)	1
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm	1
	Bata quirúrgica altas prestaciones talla XL	3
	Batea 250 ml opaca en color	1
	Batea 500 ml opaca en color	1
	Stick de pintado de 20 cm	1
	Mango bisturí eléctrico compatible con las plataformas de energía disponibles en el hospital, longitud del cable mínima 3 m	1
	Cánula de aspiración CH 22	1
	Tubo de aspiración 300 cm CH 21, 7mm diámetro	1
	Hoja bisturí nº 21	1
	Hoja bisturí nº 10	1
	Contador de agujas imán/espuma para aproximadamente 20 unidades, extractor bisturí	1
	Gasa algodón 10 x 10, 8 telas 17 hilos con contraste RX	10
	Compresa algodón 45 x 45 8 telas 17 hilos cosida con contraste RX	10
		396

Nº orden	1.11	UNIDADES
Código HUPA	018510	
Descripción	EQUIPO CIRUGÍA DE COLUMNA	UD
	Cubremera estándar 150 x 200 cm	4
	Sábana tr laminada de columna 220 x 320 cm, fenestración de 10 x 20 cm, con film de incisión completo	1
	Sábana de cabeza de 260 x 170 cm con refuerzo y adhesivo	1
	Sábana de pies de 200 x 200 cm con refuerzo y adhesivo	1
	Sábanas laterales de 90 x 75 cm con refuerzo y adhesivo	2
	Bata quirúrgica altas prestaciones talla XL	3
	Bolsa de instrumentos con adhesivo, de 30 x 40 (2 compartimentos)	1
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm	1
	Cintas de velcro 2,5 x 20 cm reposicionables	1
	Batea 250 ml opaca en color	1
	Batea 500 ml opaca en color	1
	Stick de pintado de 20 cm	1
	Mango bisturí eléctrico compatible con las plataformas de energía disponibles en el hospital, longitud del cable mínima 3 m	1
	Cánula de aspiración CH 22	1
	Tubo de aspiración 300 cm CH 21, 7mm diámetro	1
	Hoja bisturí nº 10	1
	Hoja bisturí nº 11	1
	Hoja bisturí nº 21	1
	Contador de agujas imán/espuma para aproximadamente 20 unidades, extractor bisturí	1
	Catéter periférico seguridad con alas 14G x 50 mm	1
	Jeringa tres piezas 20 ml, cono Luer excéntrico	1
	Jeringa tres piezas 50-60 ml cono catéter	1
		280

Nº orden	1.11	UNIDADES	
Código HUPA	018510		
Descripción	EQUIPO CIRUGÍA DE COLUMNA	UD	
	Lentinas en algodón de 1,27 x 2,54 mm, con contraste RX, paquete de 10 unidades	2	280
	Gasa algodón 10 x 10, 8 telas 17 hilos con contraste RX	10	
	Compresa algodón 45 x 45 8 telas 17 hilos cosida con contraste RX	10	

Nº orden	1.12	UNIDADES	
Código HUPA	022449		
Descripción	SET CESÁREA (CUSTOM PACK)	UD	
	Sábana para cesárea 200/250 x 300 campo de incisión y bolsa colectora	1	680
	Cubremeras reforzado estándar 150 x 200 cm	1	
	Bata quirúrgica altas prestaciones talla XL	3	
	Batea 250 ml opaca en color	1	
	Batea 500 ml transparente	1	
	Stik de pintado de 20 cm	1	
	Mango bisturí eléctrico compatible con las plataformas de energía disponibles en el hospital, longitud del cable mínima 3 m	1	
	Cánula de aspiración CH 22	1	
	Tubo de aspiración 300 cm CH 21, 7mm diámetro	1	
	Hoja bisturí nº 21	1	
	Hoja bisturí nº 10	1	
	Pinza para cordón umbilical blanca	1	
	Contador de agujas imán/espuma para aproximadamente 20 unidades, extractor bisturí	1	
	Gasa algodón 10 x 10, 8 telas 17 hilos con contraste RX	5	
	Compresa algodón 45 x 45 8 telas 17 hilos cosida con contraste RX	10	
	Sábana de bebé 100 x 105 cm	1	
	Bandeja para placenta 30 x 25 x 7 cm aprox.	1	

Nº orden	1.13	UNIDADES	
Código HUPA	022453		
Descripción	SET GINECOLOGÍA/UROLOGÍA	UD	
	Cubremera estándar 150 x 200 cm	1	1.760
	Sábana Ginecología/Urología 260 x 290 cm con fenestración uro-ginecológica ajustable con adhesivo. Bolsa colectora	1	
	Paño de utilidades o paño bajo nalga sin bolsa de 75 x 100 cm	1	
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm	1	

Nº orden	1.14	UNIDADES	
Código HUPA	032449		
Descripción	SET DE RTU CON BOLSA (CUSTOM PACK)	UD	
	Sábana de 150-260 x 200 cm en "T" (también se admite sábana rectangular o preformada con perneras) con bolsa colectora con tamiz y válvula de salida, dedil de exploración y ventana abdominal. Fenestración abdominal con flap y fenestración perineal	1	1.440
	Cubremera estándar 150 x 200 cm	1	
	Bata quirúrgica altas prestaciones talla XL	1	
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm o pasatubos	1	
	Cintas de velcro 2,5 x 20 cm reposicionables	1	
	Batea 250 ml opaca en color	1	
	Batea 500 ml transparente	1	
	Stik de pintado de 20 cm	1	

	Mango bisturí eléctrico compatible con las plataformas de energía disponibles en el hospital, longitud del cable mínima 3 m	1	1.440
	Cánula de aspiración CH 22	1	
	Tubo de aspiración 300 cm CH 21, 7mm diámetro	1	
	Funda cámara de video telescópica plegada, con punta precortada, 13 x 240 cm, con lengüeta de cartón y cinta adhesiva	1	
	Equipo de irrigación en "Y"	1	
	Jeringa tres cuerpos 20 ml cono Luer excéntrico		
	Gasa algodón 10 x 10, 8 telas 17 hilos con contraste RX	10	

Nº orden	1.15		UNIDADES
Código HUPA	025956		
Descripción	SET DE PARTO CON PERNERAS	UD	2.400
	Cubre mesa pequeño 100 x 150 cm	1	
	Paño bajo nalga de 75 x 125 cm con bolsa recolectora	1	
	Perneras de 80 x 120 de fácil colocación	2	
	Sábana abdominal con adhesivo de 80 x 100 cm	1	
	Paño para recién nacido de 75 x 90 en TNT suave	1	

Nº orden	1.16		UNIDADES
Código HUPA	022612		
Descripción	SET DE ORL CON TURBANTE/CAPELINA Y MAYO	UD	1.040
	Cubre mesa estándar 150 x 200 cm	1	
	Funda mesa de Mayo 75 x 150 cm	1	
	Sábana para ORL de 200 x 300 cm con abertura en “U” de 7 x 90 cm reforzada en área crítica	1	
	Paño cabeza tipo turbante o capelina (con o sin adhesivo) para cabeza	1	

Nº orden	1.17	UNIDADES	
Código HUPA	025230		1.200
Descripción	EQUIPO DE ANGIOGRAFÍA FEMORAL/RADIAL 4 ABERTURAS	UD	
	Cubremesa estándar 150 x 200 cm	1	
	Paño de 350 x 240 cm con refuerzo amplio en la zona de punción. 2 fenestraciones centrales de 5 cm (7 x 12 cm film) y 2 laterales de 7 cm (12-16 cm film) y ventanas laterales en polietileno transparente.	1	
	Paño de utilidades 150x150	1	
	Marcador escleral 3,5-4 mm	1	
	Bastones oftalmología en celulosa (Hemostetas)	3	
	Bandeja contenedor	1	

Nº orden	1.18		UNIDADES
Código HUPA	034910		9.200
Descripción	EQUIPO BÁSICO PARA OFTALMOLOGÍA	UD	
	Paño de 100 x 90 cm (como mínimo)	1	
	Sábana oftalmológica 40 x 40 cm (como mínimo) fenestración de 6 cm con adhesivo	1	
	Gasas en TNT 30 gr/m² de 7,5 x 7,5 cm 4 pliegues	5	
	Separador palpebral Barraquer 4,5 cm.	1	
	Aguja hipodérmica 30G x 1/2'(1,3 cm)	1	

Nº orden	1.19	UNIDADES
Código HUPA	037927	120
Descripción	EQUIPO PARA FÍSTULA	
	Sábana de mano en "T" de 375 x 200 cm y extensión para mesa, refuerzo, fenestración elástica de 3-5 cm, con pasatubos	1
	Cubremesa estándar 150 x 200 cm	1
	Paño de utilidades de 90 x 150 cm	1
	Manguito protección impermeable (par)	1
	Cintas de velcro 2,5 x 20 cm reposicionable	1
	Bata quirúrgica estándar talla L	1
	Bata quirúrgica estándar talla XL	2
	Gasa algodón 10 x 10, 8 telas 17 hilos con contraste RX	10
	Compresa algodón 45 x 45 8 telas 17 hilos cosida con contraste RX	10
	Jeringa tres cuerpos 10 ml cono Luer excéntrico	1
	Aguja hipodérmica 25G x 16 mm	1
	Aguja hipodérmica 18G x 38-40 mm punta roma	1
	Hoja bisturí nº 11	1
	Hoja bisturí nº 20	1
	Batea 250 ml opaca en color	1
	Mango bisturí eléctrico compatible con las plataformas de energía disponibles en el hospital, longitud del cable mínima 3 m	1
	Cánula de aspiración CH 22	1
	Tubo de aspiración 300 cm CH 21, 7mm diámetro	1
	Cinta silicona MAXI roja (par)	1
	Cinta silicona MAXI azul (par)	1
	Cinta silicona roja (par)	1

Nº orden	1.20	UNIDADES
Código HUPA	022287	6.000
Descripción	CUBREMESAS ESTÉRIL DESECHABLE	
	Cubremesas estándar reforzado 150 x 200 cm	1

Nº orden	1.21	UNIDADES
Código HUPA	032438	400
Descripción	BATA QUIRÚRGICA UROLÓGICA	
	Bata quirúrgica desechable urológica reforzada talla XL.	1

Nº orden	1.22	UNIDADES
Código HUPA	031490	400
Descripción	FUNDA TABURETE QUIRÚRGICO	
	Funda para taburete estéril bilaminado impermeable 15 x 38 cm	1

LOTE 2: EQUIPO DE CARCINOMATOSIS

Nº orden	2.1	UNIDADES
Código HUPA	025954	160
Descripción	EQUIPO DE CARCINOMATOSIS (CUSTOM PACK)	UD
	Cubreemesas reforzado 150 x 200 cm	2
	Cubreemesas 160 x 240 cm	1
	Bata quirúrgica altas prestaciones testadas frente a citostáticos talla XL	2
	Bata quirúrgica altas prestaciones testadas frente a citostáticos talla L	2
	Batea 250 ml opaca en color	1
	Batea 500 ml transparente	1
	Stik de pintado de 20 cm	1
	Mango bisturí eléctrico compatible con las plataformas de energía disponibles en el hospital, longitud del cable mínima 3 m	1
	Cánula de aspiración CH 22	1
	Tubo de aspiración 300 cm CH 21, 7mm diámetro	1
	Bisturí con mango nº 20 con sistema de seguridad	1
	Contador de agujas imán/espuma para aproximadamente 20 unidades, extractor bisturí	1
	Gasa algodón 10 x 10, 8 telas 17 hilos con contraste RX	10
	Compresa algodón 45 x 45 8 telas 17 hilos cosida con contraste RX	20
	Bolsa de instrumentos con adhesivo, de 30 x 40 (2 compartimentos)	1
	Sábana para cesárea 200/250 x 300 campo de incisión y bolsa colectora	1
	Perneras de 75 x 120 de fácil colocación	2
	Paño absorbente 43 x 64 cm algodón coloreado con contraste RX	2
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm	2

• **LOTE 3: EQUIPO DE ANGIOGRAFÍA VASCULAR**

Nº orden	3.1	UNIDADES
Código HUPA	037928	1.440
Descripción	EQUIPO DE ANGIOGRAFÍA VASCULAR (CUSTOM PACK)	UD
	Cubreemesa estándar 150 x 200 cm	1
	Paño de 400 x 220 cm bilaminado con refuerzo en la zona de punción pectoral. 2 fenestraciones pectorales bilaterales de 15 x 19 cm 2 fenestraciones radiales bilaterales de 8 x 12 cm y 2 fenestraciones femorales bilaterales de 12 cm. Con ventanas transparentes a ambos lados	1
	Bata quirúrgica altas prestaciones talla XL	1
	Bata quirúrgica altas prestaciones talla L	1
	Compresa algodón 45 x 45 8 telas 17 hilos cosida con contraste RX	10
	Aguja hipodérmica con mecanismo de seguridad 21G x 38-40 mm	1
	Aguja de carga 18G x 38-40 mm punta roma con filtro de 5 µm	1
	Jeringa tres cuerpos 10 ml cono Luer excéntrico	2
	Jeringa tres cuerpos 20 ml cono Luer excéntrico	1
	Bisturí de seguridad nº 11	1
	Batea circular azul 250 ml	1
	Batea circular roja 500 ml	1
	Batea circular amarilla/transparente 1000 ml	1
	Batea preformada para guías de 2500 ml	1
	Protector intensificador 100 x 50 cm circular	1
	Protector intensificador 95 x 150 cm rectangular	1

CARACTERÍSTICAS COMUNES A LOS LOTES 1, 2 y 3

- Todos los materiales empleados deben estar exentos de látex, presentando certificados que lo acrediten.
- Deben presentarse estériles y el procedimiento empleado debe asegurar la total esterilidad del producto en todas sus partes
- Se admite cobertura 100% impermeable o hidrófoba, siendo esta última impermeable en zonas críticas y refuerzos.
- Estarán estructurados en capas. Como mínimo tendrá dos capas con refuerzos absorbentes de gran tamaño en zonas críticas o tres capas, añadiendo una capa absorbente en el 100% de la superficie.
- Los adhesivos han de ser efectivos, de fácil retirada y no dejar residuo sobre la piel. Deberán estar integrados en el propio paño o sábana y alineados con el borde del mismo en su eje mayor. La anchura mínima será de 50 mm en paños y sábanas.
- Se admiten tanto los equipos, cuyos adhesivos lleguen hasta los bordes, como aquellos que no, para facilitar la manipulación. A excepción de los adhesivos situados en las zonas críticas que deben cubrir todo el perímetro.
- Todos los campos, paños y cubremesas deberán ser manejables, resistentes a la rotura, a la tensión y a la penetración microbiana tanto en seco como en húmedo, hipoalergénicos, con baja inflamabilidad, escasa caída electrostática y baja emisión de partículas.
- Todos los campos quirúrgicos deberán tener un correcto doblado, con pictogramas de dirección de despliegue.
- Los envases serán de fácil apertura. El sistema elegido debe ser sencillo y que garantice la “no contaminación” del producto.
- Todos los productos deberán suministrarse en un sistema de embalaje para dispensación clínicamente limpia (p.e. triple embalaje, admitiéndose como embalaje secundario las bolsas de polietileno)
- Exenta de materiales con ingredientes tóxicos y olores nocivos o desagradables.
- Las medidas de paños y sábanas son orientativas, admitiéndose discretas desviaciones de las mismas siempre que los paños y sábanas se adapten a su finalidad.
- Todos los elementos no textiles serán de alta calidad y de primeras marcas del mercado. Deberán a su vez toda la normativa vigente que les sea aplicable.
- Características de las batas incluidas en los sets:
 - Todas las batas deben estar fabricadas 100% en polipropileno laminado: SMS no tejido (spunbond-meltblown-spunbond), SMMS no tejido (spunbond-2 x meltblown-spunbond) o SMMMS no tejido (spunbond-3 x meltblown-spunbond) En el caso de las batas reforzadas también se admiten batas polilaminadas.
 - Exentas de látex presentando certificado que lo acredite.
 - Fabricadas en tejido no tejido, no inflamable, con un gramaje mínimo de 35 gr/m²o superior, hidrófobo y permeable al vapor de agua (transpirables). Resistencia óptima al desgarrar, torsión abrasión, perforación y una resistencia a penetración de líquidos de al menos 35 cm/H₂O. Costuras selladas o doble costura en mangas, hombros y zonas críticas excepto de los puños.
 - Estériles y el procedimiento empleado debe asegurar la total esterilidad del producto.
 - Los envases serán de fácil apertura. El sistema elegido debe ser sencillo y que garantice la “no contaminación” del producto antes y después de la apertura.
 - Cuello redondo ajustable anatómicamente, solapada por la espalda con cintas para su ajuste en cintura. Manga pegada (estándar) o ranglan y puños elásticos en poliéster o algodón ajustables a la muñeca con una longitud comprendida entre los 55 y 100 mm. En cuello velcro o adhesivo de dimensiones suficientes que garantice el cierre durante toda la intervención.
 - Exenta de materiales con ingredientes tóxicos y olores nocivos o desagradables
 - Para batas reforzadas, llevarán refuerzos de polietileno (PET) transpirables que cubrirán como mínimo pecho, abdomen y antebrazos. La resistencia a penetración de líquidos debe ser de al menos 100 cm/H₂O. Éstas deberán estar certificadas de “Altas Prestaciones”

- según la Norma EN 13795. Envase y color diferenciado frente a la bata estándar.
- La bata urológica tendrá diseño para trabajar sentado. Cara anterior totalmente impermeable de pecho a pies, mangas con refuerzos de polietileno (PET) transpirable con una resistencia a penetración de líquidos de al menos 100 cm/H2O.
 - Disponibles en tallas:
 - L con un largo mínimo de 115 cm
 - XL con un largo mínimo de 125 cm
 - Urológica XL con un largo mínimo de 130 cm
 - Las batas del lote 2 testadas frente a citostáticos estarán certificadas frente a citostáticos por la norma ASTM F739 (impermeabilidad > 480 minutos al menos a Mitomicina, Cisplatino y Doxorrubicina).

LOTE 4: EQUIPOS DE CURA Y SUTURA

Nº orden	4.1	UNIDADES
Código HUPA	037929	6.000
Descripción	EQUIPO DE SUTURA	
	Paño bilaminado 45-50 x 45-50 cm con fenestración circular u ovalada de 7-10 cm, con adhesivo	
	Apósitos de TNT 30 gr/m2 7,5 x 7,5 (15 x 15 plegado en 4)	
	Pinza de disección/Adson con dientes 12-12,5 cm desechable	
	Pinza porta-agujas 13-14 cm desechable	
	Tijera con puntas aguda-aguda ≥ 10 cm afilada desechable	
	Envase tipo blister rígido	

Nº orden	4.2	UNIDADES
Código HUPA	037930	12.000
Descripción	EQUIPO DE CURA	
	Paño bilaminado 38 x 45 (mínimo)	
	Apósitos de TNT 30 gr/m2 7,5 x 7,5 (15 x 15 plegado en 4) o torundas	
	Torundas 100% gasa hidrófila de algodón, 20 hilos, talla mediana	
	Pinza de disección polipropileno 12,5 - 13 cm, desechable	
	Pinza Kocher poliamida 14 cm desechable	
	Envase tipo blister rígido con 3 compartimentos	

LOTE 5: EQUIPO DE CATETERISMO VESICAL

Nº orden	5.1	UNIDADES
Código HUPA	037931	12.000
Descripción	EQUIPO DE CATETERISMO VESICAL	
	Paño bilaminado absorbente 75 X 90 cm	
	Paño bilaminado absorbente 75 X 90 cm con fenestración circular u oval de 6-7 cm	
	Jeringa precargada de gel lubricante de 10 ml	
	Jeringa precargada de agua estéril de 10 ml	
	Apósitos de TNT 30 gr/m2 7,5 x 7,5 (15 x 15 plegado en 4)	
	Pinza Kocher poliamida 14 cm desechable	

LOTE 6: EQUIPOS PARA PROCEDIMIENTOS MENORES Y ELEMENTOS SUELTOS

Nº orden	6.1	UNIDADES
Código HUPA	022381	6.400
Descripción	PAÑO PROCEDIMIENTOS MENORES FENESTRADO	
	Sábana para procedimientos menores de 150 x 120 cm, fenestración de 8 cm con adhesivo y refuerzo	
	UD	1

Nº orden	6.2	UNIDADES
Código HUPA	022463	20.000
Descripción	PAÑO FENESTRADO PEQUEÑO	
	Paño para procedimientos menores de 75 x 90 cm, fenestración de 5 cm con adhesivo	
	UD	1

Nº orden	6.3	UNIDADES
Código HUPA	022647	32.000
Descripción	PAÑO QUIRÚRGICO CON ADHESIVO	
	Paño de 90 x 90 cm ó 75 x 90 cm para distintos usos, con banda adhesiva en el lado mayor	
	UD	1

Nº orden	6.4	UNIDADES
Código HUPA	022383	800
Descripción	PAÑO QUIRÚRGICO SIN ADHESIVO 150 X 200	
	Paño quirúrgico 150 x 200 cm para distintos usos	
	UD	1

Nº orden	6.5	UNIDADES
Código HUPA	022382	60.000
Descripción	PAÑO QUIRÚRGICO SIN ADHESIVO	
	Paño de 90 x 90 cm ó 75 x 90 cm para distintos usos	
	UD	1

Nº orden	6.6	UNIDADES
Código HUPA	028126	4.000
Descripción	PAÑO PARA CAMPO ESTÉRIL PEQUEÑO 50 X 50	
	Campo estéril pequeño de 50 x 50 cm	
	UD	1

Nº orden	6.7	UNIDADES
Código HUPA	022454	3.000
Descripción	PAÑO BAJO NALGA CON BOLSA	
	Paño bajo nalga de 110 x 120 cm con bolsa de recogida	
	UD	1

Nº orden	6.8	UNIDADES
Código HUPA	022648	280
Descripción	PERNERA AJUSTABLE PEQUEÑA (STOCKINETTE)	
	Pernera tubular ajustable pequeña 30 x 75 cm	
	UD	1

Nº orden	6.9	UNIDADES
Código HUPA	022288	8.000
Descripción	CINTA ADHESIVA PARA COBERTURA ESTÉRIL	
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm estéril para adherir paños y sábanas	
	UD	1

Nº orden	6.10	UNIDADES
----------	------	----------

Código HUPA	025783		400
Descripción	MANGUITO PROTECCIÓN IMPERMEABLE	UD	
	Manga con puño elástico de 50-60 cm de longitud. Impermeable	1	

Nº orden	6.11		UNIDADES
Código HUPA	022462		6.400
Descripción	BOLSA INSTRUMENTOS CON 2 BOLSILLOS	UD	
	Bolsa tipo alforja con 2/3 bolsillos polietileno transparente con adhesivo.	1	

Nº orden	6.12		UNIDADES
Código HUPA	031492		1.200
Descripción	BOLSA INSTRUMENTOS CON 3 BOLSILLOS LAPAROSCOPIA	UD	
	Bolsa tipo alforja con 3 bolsillos polietileno transparente con adhesivo para instrumental de laparoscopia	1	

CARACTERÍSTICAS COMUNES A LOS LOTES 4, 5 y 6

- Todos los materiales empleados deben estar exentos de látex, presentando certificados que lo acrediten.
- Deben presentarse estériles y el procedimiento empleado debe asegurar la total esterilidad del producto en todas sus partes
- Se admite cobertura 100% impermeable o hidrófoba, siendo esta última impermeable en zonas críticas y refuerzos.
- Estarán estructurados en capas. Como mínimo tendrá dos capas con refuerzos absorbentes de gran tamaño en zonas críticas o tres capas, añadiendo una capa absorbente en el 100% de la superficie.
- Los adhesivos han de ser efectivos y no dejar residuo sobre la piel. Deberán estar integrados en el propio paño o sábana y alineados con el borde del mismo en su eje mayor. La anchura mínima será de 50 mm en paños y sábanas.
- Se admiten tanto los equipos, cuyos adhesivos lleguen hasta los bordes, como aquellos que no, para facilitar la manipulación. A excepción de los adhesivos situados en las zonas críticas que deben cubrir todo el perímetro.
- Todos los campos, paños deberán ser manejables, resistentes a la rotura, a la tensión y a la penetración microbiana tanto en seco como en húmedo, hipoalergénicos, con baja inflamabilidad, escasa caída electrostática y baja emisión de partículas.
- Todos los campos quirúrgicos deberán tener un correcto doblado, con pictogramas de dirección de despliegue.
- Los envases serán de fácil apertura. El sistema elegido debe ser sencillo y que garantice la “no contaminación” del producto.
- Todos los productos deberán suministrarse en un sistema de embalaje para dispensación clínicamente limpia (p.e. triple embalaje, admitiéndose como embalaje secundario las bolsas de polietileno)
- Exenta de materiales con ingredientes tóxicos y olores nocivos o desagradables.
- Las medidas de paños y sábanas son orientativas, admitiéndose discretas desviaciones de las mismas siempre que los paños y sábanas se adapten a su finalidad
- Todos los componentes que falten para completar los packs o equipos, los aportará el proveedor en igual cantidad y sin coste.

LOTE 7: FUNDAS Y BOLSAS TRANSPARENTES POLIETILENO

Nº orden	7.1	UNIDADES
Código HUPA	025231	2.800
Descripción	PROTECTOR INTENSIFICADOR RECTANGULAR 95 X 115 CM	
	Funda de pantalla e intensificadores en polietileno transparente con un grosor mínimo de 35µ, borde elástico y cosido en redondo, dimensiones 95 -100 x 115-125 cm (área mínima 1 m ²)	

Nº orden	7.2	UNIDADES
Código HUPA	022650	7.800
Descripción	PROTECTOR INTENSIFICADOR REDONDO 90 X 50 CM	
	Funda de pantalla e intensificadores en polietileno transparente con un grosor mínimo de 35µ, borde elástico y cosido en redondo, dimensiones 80-90 cm Ø x 45-50 cm	

- Todos los materiales empleados deben estar exentos de látex, presentando certificados que lo acrediten.
- Deben presentarse estériles y el procedimiento empleado debe asegurar la total esterilidad del producto en todas sus partes
- Los envases serán de fácil apertura. El sistema elegido debe ser sencillo y que garantice la “no contaminación” del producto.
- Todos los productos deberán suministrarse en un sistema de embalaje para dispensación clínicamente limpia (p.e. triple embalaje, admitiéndose como embalaje secundario las bolsas de polietileno)
- Exenta de materiales con ingredientes tóxicos y olores nocivos o desagradables.
- Las medidas de protectores y bolsas son orientativas, admitiéndose discretas desviaciones de las mismas siempre que los paños y sábanas se adapten a su finalidad

LOTE 8: ABSORBENTES NO ESTÉRILES

Nº orden	8.1	UNIDADES
Código HUPA	029996	26.000
Descripción	SÁBANA NO ESTÉRIL IMPERMEABLE Y ABSORBENTE PARA TRANSFER	
	Sábana impermeable y absorbente para cubrir las mesas quirúrgicas de 220 x 100 cm. Superficie absorbente que cubra al menos 200 x 50 cm. Capacidad de usarse como transfer por sí mismo (que soporte al menos 220Kg) o con ayuda de un paño de transferencia (si es así, a incluir en el set) Triple capa: inferior impermeable, capa absorbente y capa en contacto con el paciente en polipropileno. Capacidad de absorción y retención mínima de 2l/m ²	

Nº orden	8.2	UNIDADES
Código HUPA	031976	2.000
Descripción	SÁBANA NO ESTÉRIL IMPERMEABLE Y ABSORBENTE PARA LITOTOMÍA	
	Sábana impermeable y absorbente para cubrir las mesas quirúrgicas de 150 x 100 cm. Superficie absorbente que cubra al menos 130 x 50 cm. Triple capa: inferior impermeable, capa absorbente y capa en contacto con el paciente en polipropileno. Capacidad de absorción y retención mínima de 2 l/m ²	

- Todos los materiales empleados deben estar exentos de látex, presentando certificados que lo acrediten.
- Exenta de materiales con ingredientes tóxicos y olores nocivos o desagradables.

- Las medidas son orientativas, admitiéndose discretas desviaciones de las mismas siempre que los paños y sábanas se adapten a su finalidad
- Se admiten soluciones alternativas siempre y cuando mejoren los procesos de paso de los pacientes de la camilla transfer a la mesa quirúrgica y viceversa.

LOTE 9: SÁBANAS NO ESTÉRILES

Nº orden	9.1	UNIDADES
Código HUPA	022468	20.000
Descripción	SABANA NO ESTÉRIL 150 X 200	
	Sábana impermeable doble capa en polipropileno y polietileno de 150 x 200 cm	

- Todos los materiales empleados deben estar exentos de látex, presentando certificados que lo acrediten.
- Exenta de materiales con ingredientes tóxicos y olores nocivos o desagradables.
- Las medidas son orientativas, admitiéndose discretas desviaciones de las mismas siempre que los paños y sábanas se adapten a su finalidad

LOTE 10: FUNDA APOYABRAZOS QUIRÚRGICOS

Nº orden	10.1	UNIDADES
Código HUPA	032439	2.600
Descripción	REPOSABRAZOS P/SABANA NO ESTÉRIL DE TRANSFER	
	Funda apoyabrazos bilaminado (polipropileno/spunbond y polietileno) de 70 x 30 cm (mínimo)	

- Todos los materiales empleados deben estar exentos de látex, presentando certificados que lo acrediten.
- Exenta de materiales con ingredientes tóxicos y olores nocivos o desagradables.
- Las medidas son orientativas, admitiéndose discretas desviaciones de las mismas siempre que los paños y sábanas se adapten a su finalidad

LOTE 11: MANTA PARA PACIENTE DESECHABLE

Nº orden	11.1	UNIDADES
Código HUPA	034911	10.000
Descripción	MANTA PACIENTE QUIRÚRGICO DESECHABLE	
	Manta un solo uso de 210 x 110 cm en polipropileno/poliéster. De al menos 125 g/m ² Envasada individualmente	

- Todos los materiales empleados deben estar exentos de látex, presentando certificados que lo acrediten.
- Exenta de materiales con ingredientes tóxicos y olores nocivos o desagradables.
- Las medidas son orientativas, admitiéndose discretas desviaciones de las mismas siempre que los paños y sábanas se adapten a su finalidad

LOTE 12: CHAQUETAS DE FRÍO

Nº orden	12.1	UNIDADES
Código HUPA	031486	3.800
Descripción	CHAQUETA DE FRÍO DESECHABLE TALLA M	

Nº orden	12.2	UNIDADES
Código HUPA	031487	3.400
Descripción	CHAQUETA DE FRÍO DESECHABLE TALLA L	

- Deben estar fabricadas 100% en polipropileno laminado: SMS no tejido
- Fabricadas en tejido no tejido, no inflamable, con un gramaje mínimo de 40 gr/m²
- Exentas de látex presentando certificado que lo acredite.
- Ergonómicas, que no limiten la movilidad del usuario.
- Cierre con botones de presión en la cara anterior.
- Resistente a líquidos y transpirable

LOTE 13: UNIFORME QUIRÚRGICO

Nº orden	13.1	UNIDADES
Código HUPA	027620	2.000
Descripción	UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE TALLA P	
	Uniforme desechable de Polipropileno (SMS no tejido) ≥ 40 gr/m ² . Chaqueta 70-72 cm largo. Pantalón 103-105 cm largo	

Nº orden	13.2	UNIDADES
Código HUPA	027621	2.600
Descripción	UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE TALLA M	
	Uniforme desechable de Polipropileno (SMS no tejido) ≥ 40 gr/m ² . Chaqueta 73-75 cm largo. Pantalón 105-107 cm largo	

Nº orden	13.3	UNIDADES
Código HUPA	027086	2.600
Descripción	UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE TALLA L	
	Uniforme desechable de Polipropileno (SMS no tejido) ≥ 40 gr/m ² . Chaqueta 75-77 cm largo. Pantalón 107-109 cm largo	

Nº orden	13.4	UNIDADES
Código HUPA	027622	2.400
Descripción	UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE TALLA XL	
	Uniforme desechable de Polipropileno (SMS no tejido) ≥ 40 gr/m ² . Chaqueta 77-79 cm largo. Pantalón 109-111 cm largo	

- Deben estar fabricadas 100% en polipropileno laminado: SMS no tejido antiestático
- Fabricadas en tejido no tejido, no inflamable, con un gramaje mínimo de 40 gr/m²
- Exentas de látex y colofonia presentando certificado que lo acredite.
- Ergonómicos, que no limiten la movilidad del usuario.
- Chaqueta con dos bolsillos y escote ribeteado
- Pantalón con cordón y dos bolsillos con apertura inclinada
- Resistente a líquidos y transpirable

ACTUALIZACIÓN Y ADAPTACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS

El Hospital podrá solicitar modificaciones en las medidas, gramajes, o cualquier otra característica inherente a cada producto ofertado que considere que no se adapte perfectamente al uso para el que fueron adjudicados. Dichas modificaciones no alterarán el precio unitario de adjudicación del producto.

7. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (En castellano o traducida al castellano)

Los licitadores incorporarán en el para la valoración de la Calidad Técnica, la siguiente documentación:

-ANEXO I. BIS

-Relación de los productos ofertados que deberán ajustarse a la normativa vigente en materia de calidad, etiquetaje y envasado.

-Relación de los Certificados presentados.

-Certificados indicados en las prescripciones técnicas: Marcados C.E. y Certificados de calidad.

-Las empresas licitadoras deberán aportar toda la documentación técnica precisa Catálogos, descripciones técnicas, etc. en castellano, correspondientes a los productos ofertados, así como las condiciones de embalaje y almacenamiento de los productos ofertados. Los embalajes o paquetes de los artículos deberán llevar claramente referenciados el tipo de material y las unidades contenidas en cada uno de ellos, así como la fecha de caducidad visible para la comprobación de todos los requisitos técnicos mínimos requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y para la correcta valoración del producto ofertado.

En los productos con caducidad, la fecha de vencimiento deberá ser lo más prolongada posible, y estar a la vista en el envase junto con el número de lote, no admitiéndose aquéllos cuya caducidad en el momento de la entrega sea inferior a 2/3 de la duración máxima del producto.

Toda aquella documentación que el licitador considere oportuna, a efectos de valoración de los criterios técnicos establecidos en el pliego acreditativa de los mismos.

8. MUESTRAS

Será **imprescindible la presentación de muestras para la valoración técnica** de los productos ofertados. Se admitirán muestras sin esterilizar, siempre que se entreguen debidamente identificadas.

Se proporcionará **dos muestras por cada uno de los números de orden**. Si fuera necesario para su evaluación, se podrán solicitar posteriormente cuantas muestras se considere.

Cada muestra irá **debidamente identificada con el nombre de la empresa** y número de referencia del producto, así como el **número de orden del lote único** a que corresponde, siendo desestimadas las que no cumplan con estos requisitos

Las muestras serán entregadas en el **Almacén General del HUPA dentro del plazo fijado en el anuncio de licitación para la presentación de ofertas**.

9. FORMACIÓN

El adjudicatario proporcionará a su cargo, cuanta formación sea necesaria para la implantación de la cobertura que le ha sido adjudicada, tanto en el Hospital como en el Centro de Integral de Diagnóstico y Tratamiento "Francisco Díaz".

10. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

La empresa adjudicataria del contrato cumplirá en todo momento con la legislación medioambiental vigente relacionada con la prestación de sus servicios, no pudiendo eximirse de hacerlo por desconocimiento de la misma. Su personal estará debidamente formado en materia de buenas prácticas ambientales, especialmente en lo que a segregación y gestión de residuos se refiere (tanto peligrosos como no peligrosos). La empresa adjudicataria deberá aportar toda la documentación que evidencie el cumplimiento de lo anteriormente especificado.

En consonancia con la política ambiental del HUPA, la empresa adjudicataria incorporará las mejores técnicas disponibles para la prevención de la contaminación y minimizará los impactos que su actividad pueda producir en el entorno, ayudando así a hacer de éste un hospital sostenible medioambientalmente. Todo daño causado por un incidente ambiental debido a una mala práctica profesional durante la prestación de sus servicios deberá ser reparado por la empresa adjudicataria

Alcalá de Henares,
Supervisor Recursos Materiales
y Vigilancia de Productos



Fdo: Jesús Guinea Jaime