

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS.**1. OBJETO DEL CONTRATO**

El presente contrato tendrá por objeto la adquisición de cobertura quirúrgica para el Hospital Universitario Príncipe de Asturias y Centro Integral de Diagnóstico y Tratamiento "Francisco Díaz" para un período de 48 meses y con división en **13 LOTES**

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES A TODOS LOS NÚMEROS DE ORDEN:**2.1 Normativa****2.1.1 Normas armonizadas**

- Marcado CE: Certificado de cumplimiento del R.D. 1591/2009 de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios; Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios, Diario Oficial de la Unión Europea L 117, de 5 de mayo de 2017; o Directiva y 93/42/CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 relativa a los productos sanitarios DO L 169 de 12 de julio de 1993, (en aquellos casos que no esté caducada)

2.1.2 Certificados de calidad de las organizaciones (Excepto numeros de orden 8.1 y 8.2)

- Certificado de cumplimiento de la norma UNE-EN ISO 13485:2018 Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para fines reglamentarios. (ISO 13485:2016). (Versión consolidada)
- Certificado de cumplimiento de la norma UNE-EN 13795:2020 Paños y sábanas quirúrgicas. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Paños y batas quirúrgicas. El cumplimiento de la normativa UNE-EN 13795, deberá ser certificado por un test de laboratorio externo homologado, en el que se especifique el nivel de cumplimiento.

2.1.3 Certificados de calidad de los productos (Para los lotes 1, 2 y 3)

- Certificado de cumplimiento de la norma UNE-EN ISO 10993-1:2010 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 1: Evaluación y ensayos mediante un proceso de gestión del riesgo. (ISO 10993-1:2009)
- Certificado de cumplimiento de la norma UNE-EN ISO 11810-1:2015 Láseres y equipos relacionados con los láseres. Método de ensayo y clasificación para la resistencia al láser de paños quirúrgicos y/o cubiertas protectoras del paciente. Parte 1: Ignición primaria y penetración

2.1.4 Certificados de calidad de la esterilización (dependiendo del procedimiento, la norma que corresponda)

- Cumplimiento de la norma UNE-EN ISO 11135:2015/A1:2020 Esterilización de productos para asistencia sanitaria. Óxido de etileno. Requisitos para el desarrollo, la validación y el control de rutina de un proceso de esterilización para productos sanitarios. Modificación 1: Revisión del Anexo E, Liberación de un único lote. (ISO 11135:2014/Amd 1:2018).
- Cumplimiento de la norma UNE-EN ISO 11137-1:2015/A2:2020 Esterilización de productos para asistencia sanitaria. Radiación. Parte 1: Requisitos para el desarrollo, la validación y el control de rutina de un proceso de esterilización para productos sanitarios. Modificación 2: Revisión de los apartados 4.3.4 y 11.2. (ISO 11137-1:2006/Amd 2:2018)

3. NORMATIVA ADICIONAL APLICABLE A LAS BATAS

- Reglamento (UE) 2016/425, relativo a los equipos de protección individual (EPI)
- UNE-EN 14126:2004 Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos (para batas)

4. OTRA DOCUMENTACIÓN (Lotes 1, 2 y 3)

1. **Fichas técnicas** de cada uno de los productos, en las que se indiquen los valores obtenidos en los test de conformidad con la norma UNE-EN 13795:2020 parte 2, realizados por un laboratorio acreditado. Si los productos ofertados distinguen áreas críticas y menos críticas, se deben reseñar las características de ambas en conformidad con la norma UNE-EN 13795:2011+A1:2013 parte 1
 - Resistencia a la penetración líquida (de acuerdo con UNE-EN 20811:1993)
 - Resistencia a la penetración microbiana en seco (de acuerdo con UNE-EN ISO 22612:2005)
 - Resistencia a la penetración microbiana en húmedo (de acuerdo con UNE-EN ISO 22610:2007)
 - Evaluación de la limpieza microbiana (de acuerdo con UNE-EN ISO 11737-1:2007/AC:2009)
 - Desprendimiento de partículas (de acuerdo con UNE-EN ISO 9073:10)
 - Resistencia a la rotura, longitudinal y transversal en seco (de acuerdo con UNE-EN 29073-3:1993)
 - Resistencia a la rotura, longitudinal y transversal en húmedo (de acuerdo con UNE-EN 29073-3:1993)
 - Resistencia a la tensión, longitudinal y transversal en seco (de acuerdo con UNE-EN ISO 13938-1:2000)
 - Resistencia a la tensión, longitudinal y transversal en seco (de acuerdo con UNE-EN ISO 13938-1:2000)

(La no presentación de estos datos debidamente documentados supondrá la exclusión del procedimiento)

5. ETIQUETADO

2. Etiquetado según norma UNE-EN ISO 15223-1:2017 Productos sanitarios. Símbolos a utilizar en las etiquetas, el etiquetado y la información a suministrar. Parte 1: Requisitos generales. (ISO 15223-1:2016, Versión corregida 2017-03)
3. Etiquetado perfectamente legible en español (que incluya el español si el envase es multilingüe) o haciendo uso de simbología internacional armonizada.
4. Debe contener la denominación del artículo o equipo, tallas y medidas si procede.
5. Relación de todos sus componentes, medidas y unidades; en texto o por pictogramas.
6. Referencia.
7. Incluir la mención "ESTÉRIL" indicando el método empleado. Excepto lotes 8, 9, 10, 11, 12 y 13.
8. Indicar que es un producto de un solo uso.
9. Fecha de caducidad.
10. Lote.
11. Nombre el fabricante y dirección.
12. Deberá incluir etiquetas adhesivas con código de barras EAN-GTIN 128 removibles. Excepto lotes 8, 9, 10, 11, 12 y 13.
13. Todas aquellas precauciones adicionales que el fabricante considere para su correcto uso.

6 DESCRIPCIÓN DE LOS LOTES
LOTE 1: EQUIPOS QUIRÚRGICOS

Nº orden	1.1	UNIDADES/AÑO
Código HUPA	022286	
Descripción	SET UNIVERSAL (CUSTOM PACK) UDS	
	Cubremesas estándar reforzado 150 x 200 cm	3
	Sábana superior de 250 x 150 cm con adhesivo y refuerzo en área crítica	1
	Sábana inferior de 180 x 180 cm con adhesivo y refuerzo en área crítica	1
	Paño 80 x 80 cm con adhesivo y refuerzo en área crítica	2
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm	1
	Cinta velcro o pasatubos	1
	Bata quirúrgica altas prestaciones talla XL	3
	Batea 250 ml opaca en color	1
	Batea 500 ml opaca en color	1
	Stick de pintado de 20 cm	1
	Mango bisturí eléctrico compatible con las plataformas de energía disponibles en el hospital, longitud del cable mínima 3m	1
	Cánula de aspiración CH 22	1
	Tubo de aspiración 300 cm CH 21, 7mm diámetro	1
	Hoja bisturí nº 21	1
	Hoja bisturí nº 10	1
	Contador de agujas imán/espuma para aproximadamente 20 unidades, extractor bisturí	1
	Gasa algodón 10 x 10, 8 telas 17 hilos con contraste RX	10
	Compresa algodón 45 x 45 8 telas 17 hilos cosida con contraste RX	10

3102

Nº orden	1.2	UNIDADES/AÑO
Código HUPA	032270	
Descripción	SET VÍAS MIXTAS (CUSTOM PACK) UDS	
	Cubremesas estándar 150 x 200 cm	2
	Sábana mixta con perneras y alforjas a ambos lados de 250 x 300 cm. Fenestración abdominal y perineal con flap. Refuerzos en áreas críticas	1
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm	1
	Cintas tipo velcro o pasatubos	1
	Paño bajo nalgas de 100 x 125 cm o en su defecto paño de utilidades	1
	Bata quirúrgica altas prestaciones talla XL	3
	Batea 250 ml opaca en color	1
	Batea 500 ml opaca en color	1
	Stick de pintado de 20 cm	1
	Mango bisturí eléctrico compatible con las plataformas de energía disponibles en el hospital, longitud del cable mínima 3m	1
	Cánula de aspiración CH 22	1
	Tubo de aspiración 300 cm CH 21, 7mm diámetro	1
	Hoja bisturí nº 21	1
	Hoja bisturí nº 10	1
	Contador de agujas imán/espuma para aproximadamente 20 unidades, extractor bisturí	1
	Gasa algodón 10 x 10, 8 telas 17 hilos con contraste RX	10
	Compresa algodón 45 x 45 8 telas 17 hilos cosida con contraste RX	10

498

Nº orden	1.3	UNIDADES/AÑO
Código HUPA	022457	
Descripción	SET UNIVERSAL EN "U" VERTICAL	UDS
	Cubreemesas estándar 150 x 200 cm	1
	Sábana inferior en "U" 200 x 280 cm con abertura de 100 x 10 cm con refuerzo	1
	Sábana superior de 150 x 275 cm con adhesivo y refuerzo	1
		162

Nº orden	1.4	UNIDADES/AÑO
Código HUPA	022646	
Descripción	EQUIPO DE ARTROSCOPIA DE HOMBRO (CUSTOM PACK)	UDS
	Cubreemesas reforzado estándar 150 x 200 cm	2
	Sábana artroscopia de hombro en "U" o similar 170 x 250 cm apertura 15 x 45 cm con bolsa colectora	1
	Sábana artroscopia de hombro en "U" 175 x 275 cm, fenestración 10 x 70cm con refuerzo	1
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm	2
	Funda cámara de video telescópica plegada, con punta precortada, 13 x 240 cm, con lengüeta de cartón y cinta adhesiva	1
	Bata quirúrgica altas prestaciones talla XL	3
	Paño 90 x 75 con cinta adhesiva	4
	Batea 250 ml opaca en color	1
	Venda elástica algodón de 10 x 500 cm	1
	Stick de pintado de 20 cm	1
	Tubo de aspiración 300 cm CH 21, 7mm diámetro	4
	Hoja bisturí nº 11	1
	Equipo de irrigación en "Y"	1
	Contador de agujas imán/espuma para aproximadamente 20 unidades, extractor bisturí	1
		168

Nº orden	1.5	UNIDADES/AÑO
Código HUPA	022645	
Descripción	EQUIPO DE ARTROSCOPIA DE RODILLA (CUSTOM PACK)	UDS
	Cubreemesas estándar 150 x 200 cm	2
	Funda mesa de Mayo 75 x 150 cm	1
	Sábana artroscopia de rodilla de 320 x 250 cm con fenestración elástica circular/oval 6 cm con bolsa colectora	1
	Funda cámara de video telescópica plegada, con punta precortada, 13 x 240 cm, con lengüeta de cartón y cinta adhesiva	1
	Pernera tubular ajustable pequeña o stokinette	1
	Batea 250 ml opaca en color	1
	Venda elástica algodón de 15 x 500 cm	1
	Stick de pintado de 20 cm	1
	Tubo de aspiración 300 cm CH 21, 7mm diámetro	1
	Hoja bisturí nº 11	2
	Contador de agujas imán/espuma para aproximadamente 20 unidades, extractor bisturí	1
	Equipo de irrigación en "Y"	1
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm	1
		264

Nº orden	1.6	UNIDADES/AÑO
Código HUPA	XXXXXX	
Descripción	EQUIPO DE HOMBRO CIRUGÍA ABIERTA (CUSTOM PACK)	UDS
	Cubremesas reforzado estándar 150 x 200 cm	2
	Sábana de 250 x 190 cm con refuerzo en uno de los laterales mayores con adhesivo	1
	Sábana artroscopia de hombro en "U" 175 x 275 cm, fenestración 15 x 100 cm con refuerzo	1
	Paño 90 x 75 con cinta adhesiva	4
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm	2
	Bolsa de instrumentos con adhesivo, de 30 x 40 (2 compartimentos)	1
	Bata quirúrgica altas prestaciones talla XL	3
	Batea 250 ml opaca en color	1
	Stick de pintado de 20 cm	1
	Tubo de aspiración 300 cm CH 21, 7mm diámetro	1
	Cánula de aspiración CH 22	1
	Mango bisturí eléctrico compatible con las plataformas de energía disponibles en el hospital, longitud del cable mínima 3m	1
	Hoja bisturí nº 10	1
	Hoja bisturí nº 21	1
	Contador de agujas imán/espuma para aproximadamente 20 unidades, extractor bisturí	1
	Venda elástica algodón de 10 x 500 cm	1
	Gasa algodón 10 x 10, 8 telas 17 hilos con contraste RX	10
	Compresa algodón 45 x 45 8 telas 17 hilos cosida con contraste RX	10
		120

Nº orden	1.7	UNIDADES/AÑO
Código HUPA	022615	
Descripción	SET DE CADERA CON BOLSA COLECTORA (CUSTOM PACK)	UDS
	Cubremesas reforzado estándar 150 x 200 cm	2
	Sábana en "U" de 225 x 320 cm con abertura de 120 x 10 cm y refuerzo en área crítica	1
	Sábana de 155 x 255 cm reforzado en área crítica	1
	Bolsa de instrumentos con adhesivo, de 30 x 40 (2 compartimentos)	1
	Bolsa colectora con adhesivo	1
	Stockinette ajustable impermeable grande	1
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm	1
	Bata quirúrgica altas prestaciones talla XL	3
	Batea 250 ml opaca en color	1
	Batea 500 ml opaca en color	1
	Stick de pintado de 20 cm	1
	Mango bisturí eléctrico compatible con las plataformas de energía disponibles en el hospital, longitud del cable mínima 3m	1
	Cánula de aspiración CH 22	1
	Tubo de aspiración 300 cm CH 21, 7mm diámetro	1
	Hoja bisturí nº 21	1
	Hoja bisturí nº 10	1
	Venda elástica algodón de 15 x 500 cm	2
	Sonda vesical silicona CH18 x 40 cm, 2 vías, punta Nelaton, balón 10 ml	1
	Contador de agujas imán/espuma para aproximadamente 20 unidades,	1
		282

	extractor bisturí		
	Gasa algodón 10 x 10, 8 telas 17 hilos con contraste RX	10	
	Compresa algodón 45 x 45 8 telas 17 hilos cosida con contraste RX	10	

Nº orden	1.8	UNIDADES/AÑO	
Código HUPA	022594		
Descripción	EQUIPO EXTREMIDAD INFERIOR (CUSTOM PACK)	UDS	
	Cubremera reforzado estándar 150 x 200 cm	3	1.092
	Sábana de extremidad inferior de 210 x 320 con refuerzo y fenestración elástica circular/oval de 6cm aprox.	1	
	Stokinette ajustable impermeable mediano	1	
	Paño 90 x 75 con cinta adhesiva	1	
	Bolsa de instrumentos con adhesivo, de 30 x 40 (2 compartimentos)	1	
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm	2	
	Bata quirúrgica altas prestaciones talla XL	3	
	Batea 250 ml opaca en color	1	
	Batea 500 ml opaca en color	1	
	Stick de pintado de 20 cm	1	
	Mango bisturí eléctrico compatible con las plataformas de energía disponibles en el hospital, longitud del cable mínima 3 m	1	
	Cánula de aspiración CH 22	1	
	Tubo de aspiración 300 cm CH 21, 7mm diámetro	1	
	Hoja bisturí nº 21	1	
	Hoja bisturí nº 10	1	
	Contador de agujas imán/espuma para aproximadamente 20 unidades, extractor bisturí	1	
	Venda elástica algodón de 15 x 500 cm	1	
	Gasa algodón 10 x 10, 8 telas 17 hilos con contraste RX	10	
	Compresa algodón 45 x 45 8 telas 17 hilos cosida con contraste RX	10	

Nº orden	1.9	UNIDADES/AÑO	
Código HUPA	XXXXX		
Descripción	EQUIPO MANO (CUSTOM PACK)	UDS	
	Cubremera reforzado estándar 150 x 200 cm	2	504
	Sábana de mano en "T" de 375 x 200 cm y extensión para mesa, refuerzo, fenestración elástica de 3-5 cm, con pasatubos	1	
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm	2	
	Bata quirúrgica altas prestaciones talla XL	3	
	Batea 250 ml opaca en color	1	
	Batea 500 ml opaca en color	1	
	Stick de pintado de 20 cm	1	
	Mango bisturí eléctrico compatible con las plataformas de energía disponibles en el hospital, longitud del cable mínima 3 m	1	
	Contador de agujas imán/espuma para aproximadamente 20 unidades, extractor bisturí	1	
	Hoja bisturí nº 15	2	
	Jeringa 3 cuerpos, 20 ml, cono Luer excéntrico		
	Gasa algodón 10 x 10, 8 telas 17 hilos con contraste RX	10	
	Compresa algodón 45 x 45 8 telas 17 hilos cosida con contraste RX	10	

Nº orden	1.10	UNIDADES/AÑO
Código HUPA	025947	
Descripción	EQUIPO DE AISLAMIENTO VERTICAL (CUSTOM PACK)	UDS
	Cubremesas reforzado estándar 150 x 200 cm	3
	Sábana de aislamiento vertical transparente adhesiva de 230 x 320 cm, film de incisión de 35 x 75 cm y bolsa recolectora. Con tira adhesiva de sujeción horizontal	1
	Paño 90 x 75 con cinta adhesiva	1
	Bolsa de instrumentos con adhesivo, de 30 x 40 (2 compartimentos)	1
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm	1
	Bata quirúrgica altas prestaciones talla XL	3
	Batea 250 ml opaca en color	1
	Batea 500 ml opaca en color	1
	Stick de pintado de 20 cm	1
	Mango bisturí eléctrico compatible con las plataformas de energía disponibles en el hospital, longitud del cable mínima 3 m	1
	Cánula de aspiración CH 22	1
	Tubo de aspiración 300 cm CH 21, 7mm diámetro	1
	Hoja bisturí nº 21	1
	Hoja bisturí nº 10	1
	Contador de agujas imán/espuma para aproximadamente 20 unidades, extractor bisturí	1
	Gasa algodón 10 x 10, 8 telas 17 hilos con contraste RX	10
	Compresa algodón 45 x 45 8 telas 17 hilos cosida con contraste RX	10
		198

Nº orden	1.11	UNIDADES/AÑO
Código HUPA	018510	
Descripción	EQUIPO CIRUGÍA DE COLUMNA	UDS
	Cubremesa estándar 150 x 200 cm	4
	Sábana tr laminada de columna 220 x 320 cm, fenestración de 10 x 20 cm, con film de incisión completo	1
	Sábana de cabeza de 260 x 170 cm con refuerzo y adhesivo	1
	Sábana de pies de 200 x 200 cm con refuerzo y adhesivo	1
	Sábanas laterales de 90 x 75 cm con refuerzo y adhesivo	2
	Bata quirúrgica altas prestaciones talla XL	3
	Bolsa de instrumentos con adhesivo, de 30 x 40 (2 compartimentos)	1
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm	1
	Cintas de velcro 2,5 x 20 cm reposicionables	1
	Batea 250 ml opaca en color	1
	Batea 500 ml opaca en color	1
	Stick de pintado de 20 cm	1
	Mango bisturí eléctrico compatible con las plataformas de energía disponibles en el hospital, longitud del cable mínima 3 m	1
	Cánula de aspiración CH 22	1
	Tubo de aspiración 300 cm CH 21, 7mm diámetro	1
	Hoja bisturí nº 10	1
	Hoja bisturí nº 11	1
	Hoja bisturí nº 21	1
	Contador de agujas imán/espuma para aproximadamente 20 unidades, extractor bisturí	1
		140

	Catéter periférico seguridad con alas 14G x 50 mm	1	
	Jeringa tres piezas 20 ml, cono Luer excéntrico	1	
	Jeringa tres piezas 50-60 ml cono catéter	1	
	Lentinas en algodón de 1,27 x 2,54 mm, con contraste RX, paquete de 10 unidades	2	
	Gasa algodón 10 x 10, 8 telas 17 hilos con contraste RX	10	
	Compresa algodón 45 x 45 8 telas 17 hilos cosida con contraste RX	10	

Nº orden	1.12	UNIDADES AÑO	
Código HUPA	022449		
Descripción	SET CESÁREA (CUSTOM PACK)	UDS	
	Sábana para cesárea 200/250 x 300 campo de incisión y bolsa colectora	1	
	Cubreemesas reforzado estándar 150 x 200 cm	1	
	Bata quirúrgica altas prestaciones talla XL	3	
	Batea 250 ml opaca en color	1	
	Batea 500 ml transparente	1	
	Stik de pintado de 20 cm	1	
	Mango bisturí eléctrico compatible con las plataformas de energía disponibles en el hospital, longitud del cable mínima 3 m	1	
	Cánula de aspiración CH 22	1	
	Tubo de aspiración 300 cm CH 21, 7mm diámetro	1	
	Hoja bisturí nº 21	1	
	Hoja bisturí nº 10	1	
	Pinza para cordón umbilical blanca	1	
	Contador de agujas imán/espuma para aproximadamente 20 unidades, extractor bisturí	1	
	Gasa algodón 10 x 10, 8 telas 17 hilos con contraste RX	5	
	Compresa algodón 45 x 45 8 telas 17 hilos cosida con contraste RX	10	
	Sábana de bebé 100 x 105 cm	1	
	Bandeja para placenta 30 x 25 x 7 cm aprox.	1	
			340

Nº orden	1.13	UNIDADES AÑO	
Código HUPA	022453		
Descripción	SET GINECOLOGÍA/UROLOGÍA	UDS	
	Cubreemesa estándar 150 x 200 cm	1	
	Sábana Ginecología/Urología 260 x 290 cm con fenestración uro-ginecológica ajustable con adhesivo. Bolsa colectora	1	
	Paño de utilidades o paño bajo nalga sin bolsa de 75 x 100 cm	1	
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm	1	
			880

Nº orden	1.14	UNIDADES/AÑO	
Código HUPA	032449		
Descripción	SET DE RTU CON BOLSA (CUSTOM PACK)	UDS	
	Sábana de 150-260 x 200 cm en "T" (también se admite sábana rectangular o preformada con perneras) con bolsa colectora con tamiz y válvula de salida, dedil de exploración y ventana abdominal. Fenestración abdominal con flap y fenestración perineal	1	
	Cubreemesa estándar 150 x 200 cm	1	
	Bata quirúrgica altas prestaciones talla XL	1	
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm o pasatubos	1	
			720

Cintas de velcro 2,5 x 20 cm reposicionables	1	
Batea 250 ml opaca en color	1	
Batea 500 ml transparente	1	
Stik de pintado de 20 cm	1	
Mango bisturí eléctrico compatible con las plataformas de energía disponibles en el hospital, longitud del cable mínima 3 m	1	
Cánula de aspiración CH 22	1	
Tubo de aspiración 300 cm CH 21, 7mm diámetro	1	
Funda cámara de video telescópica plegada, con punta precortada, 13 x 240 cm, con lengüeta de cartón y cinta adhesiva	1	
Equipo de irrigación en "Y"	1	
Jeringa tres cuerpos 20 ml cono Luer excéntrico		
Gasa algodón 10 x 10, 8 telas 17 hilos con contraste RX	10	

Nº orden	1.15	UNIDADES/AÑO
Código HUPA	025956	
Descripción	SET DE PARTO CON PERNERAS	UDS
	Cubremesa pequeño 100 x 150 cm	1
	Paño bajo nalga de 75 x 125 cm con bolsa recolectora	1
	Perneras de 80 x 120 de fácil colocación	2
	Sábana abdominal con adhesivo de 80 x 100 cm	1
	Paño para recién nacido de 75 x 90 en TNT suave	1
		1.200

Nº orden	1.16	UNIDADES/AÑO
Código HUPA	022612	
Descripción	SET DE ORL CON (TURBANTE/CAPELINA Y MAYO)	UDS
	Cubremesa estándar 150 x 200 cm	1
	Funda mesa de Mayo 75 x 150 cm	1
	Sábana para ORL de 200 x 300 cm con abertura en "U" de 7 x 90 cm reforzada en área crítica	1
	Paño cabeza tipo turbante o capelina (con o sin adhesivo) para cabeza	1
		520

Nº orden	1.17	UNIDADES/AÑO
Código HUPA	025230	
Descripción	EQUIPO DE ANGIOGRAFÍA FEMORAL/RADIAL 4 ABERTURAS	UDS
	Cubremesa estándar 150 x 200 cm	1
	Paño de 350 x 240 cm con refuerzo amplio en la zona de punción. 2 fenestraciones centrales de 5 cm (7 x 12 cm film) y 2 laterales de 7 cm (12-16 cm film) y ventanas laterales en polietileno transparente.	1
	Paño de utilidades 150x150	1
	Marcador escleral 3,5-4 mm	1
	Bastones oftalmología en celulosa (Hemostetas)	3
	Bandeja contenedor	1
		600

Nº orden	1.18	UNIDADES/AÑO
Código HUPA	034910	
Descripción	EQUIPO BÁSICO PARA OFTALMOLOGÍA	UDS
	Paño de 100 x 90 cm (como mínimo)	1
	Sábana oftalmológica 40 x 40 cm (como mínimo) fenestración de 6 cm con adhesivo	1
		4.600

	Gasas en TNT 30 gr/m ² de 7,5 x 7,5 cm 4 pliegues	5	
	Separador palpebral Barraquer 4,5 cm.	1	
	Aguja hipodérmica 30G x 1/2' (1,3 cm)	1	

Nº orden	1.19		UNIDADES/AÑO
Código HUPA	xxxxxx		60
Descripción	EQUIPO PARA FÍSTULA	UDS	
	Sábana de mano en "T" de 375 x 200 cm y extensión para mesa, refuerzo, fenestración elástica de 3-5 cm, con pasatubos	1	
	Cubrementsa estándar 150 x 200 cm	1	
	Paño de utilidades de 90 x 150 cm	1	
	Manguito protección impermeable (par)	1	
	Cintas de velcro 2,5 x 20 cm reposicionable	1	
	Bata quirúrgica estándar talla L	1	
	Bata quirúrgica estándar talla XL	2	
	Gasa algodón 10 x 10, 8 telas 17 hilos con contraste RX	10	
	Compresa algodón 45 x 45 8 telas 17 hilos cosida con contraste RX	10	
	Jeringa tres cuerpos 10 ml cono Luer excéntrico	1	
	Aguja hipodérmica 25G x 16 mm	1	
	Aguja hipodérmica 18G x 38-40 mm punta roma	1	
	Hoja bisturí nº 11	1	
	Hoja bisturí nº 20	1	
	Batea 250 ml opaca en color	1	
	Mango bisturí eléctrico compatible con las plataformas de energía disponibles en el hospital, longitud del cable mínima 3 m	1	
	Cánula de aspiración CH 22	1	
	Tubo de aspiración 300 cm CH 21, 7mm diámetro	1	
	Cinta silicona MAXI roja (par)	1	
	Cinta silicona MAXI azul (par)	1	
	Cinta silicona roja (par)	1	

Nº orden	1.20		UNIDADES/AÑO
Código HUPA	022287		3.000
Descripción	CUBREMESAS ESTÉRIL DESECHABLE	UDS	
	Cubrementsas estándar reforzado 150 x 200 cm	1	

Nº orden	1.21		UNIDADES/AÑO
Código HUPA	032438		200
Descripción	BATA QUIRÚRGICA UROLÓGICA	UDS	
	Bata quirúrgica desechable urológica reforzada talla XL.	1	

Nº orden	1.22		UNIDADES/AÑO
Código HUPA	031490		200
Descripción	FUNDA TABURETE QUIRÚRGICO	UDS	
	Funda para taburete estéril bilaminado impermeable 15 x 38 cm	1	

LOTE 2: EQUIPO DE CARCINOMATOSIS

Nº orden	2.1	UNIDADES/AÑO
Código HUPA	025954	
Descripción	EQUIPO DE CARCINOMATOSIS (CUSTOM PACK)	UDS
	Cubreemesas reforzado 150 x 200 cm	2
	Cubreemesas 160 x 240 cm	1
	Bata quirúrgica altas prestaciones testadas frente a citostáticos talla XL	2
	Bata quirúrgica altas prestaciones testadas frente a citostáticos talla L	2
	Batea 250 ml opaca en color	1
	Batea 500 ml transparente	1
	Stik de pintado de 20 cm	1
	Mango bisturí eléctrico compatible con las plataformas de energía disponibles en el hospital, longitud del cable mínima 3 m	1
	Cánula de aspiración CH 22	1
	Tubo de aspiración 300 cm CH 21, 7mm diámetro	1
	Bisturí con mango nº 20 con sistema de seguridad	1
	Contador de agujas imán/espuma para aproximadamente 20 unidades, extractor bisturí	1
	Gasa algodón 10 x 10, 8 telas 17 hilos con contraste RX	10
	Compresa algodón 45 x 45 8 telas 17 hilos cosida con contraste RX	20
	Bolsa de instrumentos con adhesivo, de 30 x 40 (2 compartimentos)	1
	Sábana para cesárea 200/250 x 300 campo de incisión y bolsa colectora	1
	Perneras de 75 x 120 de fácil colocación	2
	Paño absorbente 43 x 64 cm algodón coloreado con contraste RX	2
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm	2
		80

14. LOTE 3: EQUIPO DE ANGIOGRAFÍA VASCULAR

Nº orden	3.1	UNIDADES/AÑO
Código HUPA	xxxxxx	
Descripción	EQUIPO DE ANGIOGRAFÍA VASCULAR (CUSTOM PACK)	UDS
	Cubreemesa estándar 150 x 200 cm	1
	Paño de 400 x 220 cm bilaminado con refuerzo en la zona de punción pectoral. 2 fenestraciones pectorales bilaterales de 15 x 19 cm 2 fenestraciones radiales bilaterales de 8 x 12 cm y 2 fenestraciones femorales bilaterales de 12 cm. Con ventanas transparentes a ambos lados	1
	Bata quirúrgica altas prestaciones talla XL	1
	Bata quirúrgica altas prestaciones talla L	1
	Compresa algodón 45 x 45 8 telas 17 hilos cosida con contraste RX	10
	Aguja hipodérmica con mecanismo de seguridad 21G x 38-40 mm	1
	Aguja de carga 18G x 38-40 mm punta roma con filtro de 5 µm	1
	Jeringa tres cuerpos 10 ml cono Luer excéntrico	2
	Jeringa tres cuerpos 20 ml cono Luer excéntrico	1
	Bisturí de seguridad nº 11	1
	Batea circular azul 250 ml	1
	Batea circular roja 500 ml	1
	Batea circular amarilla/transparente 1000 ml	1
	Batea preformada para guías de 2500 ml	1
	Protector intensificador 100 x 50 cm circular	1
	Protector intensificador 95 x 150 cm rectangular	1
		720

CARACTERÍSTICAS COMUNES A LOS LOTES 1, 2 y 3

- Todos los materiales empleados deben estar exentos de látex, presentando certificados que lo acrediten.
- Deben presentarse estériles y el procedimiento empleado debe asegurar la total esterilidad del producto en todas sus partes
- Se admite cobertura 100% impermeable o hidrófoba, siendo esta última impermeable en zonas críticas y refuerzos.
- Estarán estructurados en capas. Como mínimo tendrá dos capas con refuerzos absorbentes de gran tamaño en zonas críticas o tres capas, añadiendo una capa absorbente en el 100% de la superficie.
- Los adhesivos han de ser efectivos, de fácil retirada y no dejar residuo sobre la piel. Deberán estar integrados en el propio paño o sábana y alineados con el borde del mismo en su eje mayor. La anchura mínima será de 50 mm en paños y sábanas.
- Se admiten tanto los equipos, cuyos adhesivos lleguen hasta los bordes, como aquellos que no, para facilitar la manipulación. A excepción de los adhesivos situados en las zonas críticas que deben cubrir todo el perímetro.
- Todos los campos, paños y cubremesas deberán ser manejables, resistentes a la rotura, a la tensión y a la penetración microbiana tanto en seco como en húmedo, hipoalergénicos, con baja inflamabilidad, escasa caída electrostática y baja emisión de partículas.
- Todos los campos quirúrgicos deberán tener un correcto doblado, con pictogramas de dirección de despliegue.
- Los envases serán de fácil apertura. El sistema elegido debe ser sencillo y que garantice la “no contaminación” del producto.
- Todos los productos deberán suministrarse en un sistema de embalaje para dispensación clínicamente limpia (p.e. triple embalaje, admitiéndose como embalaje secundario las bolsas de polietileno)
- Exenta de materiales con ingredientes tóxicos y olores nocivos o desagradables.
- Las medidas de paños y sábanas son orientativas, admitiéndose discretas desviaciones de las mismas siempre que los paños y sábanas se adapten a su finalidad.
- Todos los elementos no textiles serán de alta calidad y de primeras marcas del mercado. Deberán a su vez toda la normativa vigente que les sea aplicable.
- Características de las batas incluidas en los sets:
 - Todas las batas deben estar fabricadas 100% en polipropileno laminado: SMS no tejido (spunbond-meltblown-spunbond), SMMS no tejido (spunbond-2 x meltblown-spunbond) o SMMMS no tejido (spunbond-3 x meltblown-spunbond) En el caso de las batas reforzadas también se admiten batas polilaminadas.
 - Exentas de látex presentando certificado que lo acredite.
 - Fabricadas en tejido no tejido, no inflamable, con un gramaje mínimo de 35 gr/m² superior, hidrófobo y permeable al vapor de agua (transpirables). Resistencia óptima al desgarro, torsión abrasión, perforación y una resistencia a penetración de líquidos de al menos 35 cm/H₂O. Costuras selladas o doble costura en mangas, hombros y zonas críticas excepto de los puños.
 - Estériles y el procedimiento empleado debe asegurar la total esterilidad del producto.
 - Los envases serán de fácil apertura. El sistema elegido debe ser sencillo y que garantice la “no contaminación” del producto antes y después de la apertura.
 - Cuello redondo ajustable anatómicamente, solapada por la espalda con cintas para su ajuste en cintura. Manga pegada (estándar) o ranglan y puños elásticos en poliéster o algodón ajustables a la muñeca con una longitud comprendida entre los 55 y 100 mm. En cuello velcro o adhesivo de dimensiones suficientes que garantice el cierre durante toda la intervención.
 - Exenta de materiales con ingredientes tóxicos y olores nocivos o desagradables
 - Para batas reforzadas, llevarán refuerzos de polietileno (PET) transpirables que cubrirán

como mínimo pecho, abdomen y antebrazos. La resistencia a penetración de líquidos debe ser de al menos 100 cm/H2O. Éstas deberán estar certificadas de "Altas Prestaciones" según la Norma EN 13795. Envase y color diferenciado frente a la bata estándar.

- La bata urológica tendrá diseño para trabajar sentado. Cara anterior totalmente impermeable de pecho a pies, mangas con refuerzos de polietileno (PET) transpirable con una resistencia a penetración de líquidos de al menos 100 cm/H2O.
- Disponibles en tallas:
 - L con un largo mínimo de 115 cm
 - XL con un largo mínimo de 125 cm
 - Urológica XL con un largo mínimo de 130 cm
- Las batas del lote 2 testadas frente a citostáticos estarán certificadas frente a citostáticos por la norma ASTM F739 (impermeabilidad > 480 minutos al menos a Mitomicina, Cisplatino y Doxorrubicina).

LOTE 4: EQUIPOS DE CURA Y SUTURA

Nº orden	4.1	UNIDADES/AÑO	
Código HUPA	XXXXXX		
Descripción	EQUIPO DE SUTURA	UDS	
	Paño bilaminado 45-50 x 45-50 cm con fenestración circular u ovalada de 7-10 cm, con adhesivo	1	3.000
	Apósitos de TNT 30 gr/m2 7,5 x 7,5 (15 x 15 plegado en 4)	5	
	Pinza de disección/Adson con dientes 12-12,5 cm desechable	1	
	Pinza porta-agujas 13-14 cm desechable	1	
	Tijera con puntas aguda-aguda ≥ 10 cm afilada desechable	1	
	Envase tipo blister rígido	1	

Nº orden	4.2	UNIDADES/AÑO	
Código HUPA	XXXXXX		
Descripción	EQUIPO DE CURA	UDS	
	Paño bilaminado 38 x 45 (mínimo)	1	6.000
	Apósitos de TNT 30 gr/m2 7,5 x 7,5 (15 x 15 plegado en 4) o torundas	5	
	Torundas 100% gasa hidrófila de algodón, 20 hilos, talla mediana	5	
	Pinza de disección polipropileno 12,5 - 13 cm, desechable	1	
	Pinza Kocher poliamida 14 cm desechable	1	
	Envase tipo blister rígido con 3 compartimentos	1	

LOTE 5: EQUIPO DE CATETERISMO VESICAL

Nº orden	5.1	UNIDADES/AÑO	
Código HUPA	XXXXXX		
Descripción	EQUIPO DE CATETERISMO VESICAL	UDS	
	Paño bilaminado absorbente 75 X 90 cm	1	6.000
	Paño bilaminado absorbente 75 X 90 cm con fenestración circular u oval de 6-7 cm	1	
	Jeringa precargada de gel lubricante de 10 ml	1	
	Jeringa precargada de agua estéril de 10 ml	2	
	Apósitos de TNT 30 gr/m2 7,5 x 7,5 (15 x 15 plegado en 4)	5	
	Pinza Kocher poliamida 14 cm desechable	1	

LOTE 6: EQUIPOS PARA PROCEDIMIENTOS MENORES Y ELEMENTOS SUELTOS

Nº orden	6.1	UNIDADES/AÑO	
Código HUPA	022381		
Descripción	PAÑO PROCEDIMIENTOS MENORES FENESTRADO	UDS	3.200
	Sábana para procedimientos menores de 150 x 120 cm, fenestración de 8 cm con adhesivo y refuerzo	1	

Nº orden	6.2	UNIDADES/AÑO	
Código HUPA	022463		
Descripción	PAÑO FENESTRADO PEQUEÑO	UDS	10.000
	Paño para procedimientos menores de 75 x 90 cm, fenestración de 5 cm con adhesivo	1	

Nº orden	6.3	UNIDADES/AÑO	
Código HUPA	022647		
Descripción	PAÑO QUIRÚRGICO CON ADHESIVO	UDS	16.000
	Paño de 90 x 90 cm ó 75 x 90 cm para distintos usos, con banda adhesiva en el lado mayor	1	

Nº orden	6.4	UNIDADES/AÑO	
Código HUPA	022383		
Descripción	PAÑO QUIRÚRGICO SIN ADHESIVO 150 X 200	UDS	400
	Paño quirúrgico 150 x 200 cm para distintos usos	1	

Nº orden	6.5	UNIDADES/AÑO	
Código HUPA	022382		
Descripción	PAÑO QUIRÚRGICO SIN ADHESIVO	UDS	30.000
	Paño de 90 x 90 cm ó 75 x 90 cm para distintos usos	1	

Nº orden	6.6	UNIDADES/AÑO	
Código HUPA	028126		
Descripción	PAÑO PARA CAMPO ESTÉRIL PEQUEÑO 50 X 50	UDS	2.000
	Campo estéril pequeño de 50 x 50 cm	1	

Nº orden	6.7	UNIDADES/AÑO	
Código HUPA	022454		
Descripción	PAÑO BAJO NALGA CON BOLSA	UDS	1.500
	Paño bajo nalga de 110 x 120 cm con bolsa de recogida	1	

Nº orden	6.8	UNIDADES/AÑO	
Código HUPA	022648		
Descripción	PERNERA AJUSTABLE PEQUEÑA (STOCKINETTE)	UDS	140
	Pernera tubular ajustable pequeña 30 x 75 cm	1	

Nº orden	6.9	UNIDADES/AÑO	
Código HUPA	022288		
Descripción	CINTA ADHESIVA PARA COBERTURA ESTÉRIL	UDS	4.000
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm estéril para adherir paños y sábanas	1	

Nº orden	6.10		UNIDADES/AÑO
Código HUPA	025783		
Descripción	MANGUITO PROTECCIÓN IMPERMEABLE	UDS	200
	Manga con puño elástico de 50-60 cm de longitud. Impermeable	1	

Nº orden	6.11		UNIDADES/AÑO
Código HUPA	022462		
Descripción	BOLSA INSTRUMENTOS CON 2 BOLSILLOS	UDS	3.200
	Bolsa tipo alforja con 2/3 bolsillos polietileno transparente con adhesivo.	1	

Nº orden	6.12		UNIDADES/AÑO
Código HUPA	031492		
Descripción	BOLSA INSTRUMENTOS CON 3 BOLSILLOS LAPAROSCOPIA	UDS	600
	Bolsa tipo alforja con 3 bolsillos polietileno transparente con adhesivo para instrumental de laparoscopia	1	

CARACTERÍSTICAS COMUNES A LOS LOTES 4, 5 y 6

- Todos los materiales empleados deben estar exentos de látex, presentando certificados que lo acrediten.
- Deben presentarse estériles y el procedimiento empleado debe asegurar la total esterilidad del producto en todas sus partes
- Se admite cobertura 100% impermeable o hidrófoba, siendo esta última impermeable en zonas críticas y refuerzos.
- Estarán estructurados en capas. Como mínimo tendrá dos capas con refuerzos absorbentes de gran tamaño en zonas críticas o tres capas, añadiendo una capa absorbente en el 100% de la superficie.
- Los adhesivos han de ser efectivos y no dejar residuo sobre la piel. Deberán estar integrados en el propio paño o sábana y alineados con el borde del mismo en su eje mayor. La anchura mínima será de 50 mm en paños y sábanas.
- Se admiten tanto los equipos, cuyos adhesivos lleguen hasta los bordes, como aquellos que no, para facilitar la manipulación. A excepción de los adhesivos situados en las zonas críticas que deben cubrir todo el perímetro.
- Todos los campos, paños deberán ser manejables, resistentes a la rotura, a la tensión y a la penetración microbiana tanto en seco como en húmedo, hipoalergénicos, con baja inflamabilidad, escasa caída electrostática y baja emisión de partículas.
- Todos los campos quirúrgicos deberán tener un correcto doblado, con pictogramas de dirección de despliegue.
- Los envases serán de fácil apertura. El sistema elegido debe ser sencillo y que garantice la "no contaminación" del producto.
- Todos los productos deberán suministrarse en un sistema de embalaje para dispensación clínicamente limpia (p.e. triple embalaje, admitiéndose como embalaje secundario las bolsas de polietileno)
- Exenta de materiales con ingredientes tóxicos y olores nocivos o desagradables.
- Las medidas de paños y sábanas son orientativas, admitiéndose discretas desviaciones de las mismas siempre que los paños y sábanas se adapten a su finalidad
- Todos los componentes que falten para completar los packs o equipos, los aportará el proveedor en igual cantidad y sin coste.

LOTE 7: FUNDAS Y BOLSAS TRANSPARENTES POLIETILENO

Nº orden	7.1	UNIDADES/AÑO	
Código HUPA	025231		
Descripción	PROTECTOR INTENSIFICADOR RECTANGULAR 95 X 115 CM	UDS	1.400
	Funda de pantalla e intensificadores en polietileno transparente con un grosor mínimo de 35µ, borde elástico y cosido en redondo, dimensiones 95 -100 x 115-125 cm (área mínima 1 m ²)	1	

Nº orden	7.2	UNIDADES/AÑO	
Código HUPA	022650		
Descripción	PROTECTOR INTENSIFICADOR REDONDO 90 X 50 CM	UDS	3.900
	Funda de pantalla e intensificadores en polietileno transparente con un grosor mínimo de 35µ, borde elástico y cosido en redondo, dimensiones 80-90 cm Ø x 45-50 cm	1	

- Todos los materiales empleados deben estar exentos de látex, presentando certificados que lo acrediten.
- 15. Deben presentarse estériles y el procedimiento empleado debe asegurar la total esterilidad del producto en todas sus partes
- 16. Los envases serán de fácil apertura. El sistema elegido debe ser sencillo y que garantice la “no contaminación” del producto.
- 17. Todos los productos deberán suministrarse en un sistema de embalaje para dispensación clínicamente limpia (p.e. triple embalaje, admitiéndose como embalaje secundario las bolsas de polietileno)
- 18. Exenta de materiales con ingredientes tóxicos y olores nocivos o desagradables.
- 19. Las medidas de protectores y bolsas son orientativas, admitiéndose discretas desviaciones de las mismas siempre que los paños y sábanas se adapten a su finalidad

LOTE 8: ABSORBENTES NO ESTÉRILES

Nº orden	8.1	UNIDADES/AÑO	
Código HUPA	029996		
Descripción	SÁBANA NO ESTÉRIL IMPERMEABLE Y ABSORBENTE PARA TRANSFER	UDS	13.000
	Sábana impermeable y absorbente para cubrir las mesas quirúrgicas de 220 x 100 cm. Superficie absorbente que cubra al menos 200 x 50 cm. Capacidad de usarse como transfer por sí mismo (que soporte al menos 220Kg) o con ayuda de un paño de transferencia (si es así, a incluir en el set) Triple capa: inferior impermeable, capa absorbente y capa en contacto con el paciente en polipropileno. Capacidad de absorción y retención mínima de 2l/m ²	1	

Nº orden	8.2	UNIDADES/AÑO	
Código HUPA	031976		
Descripción	SÁBANA NO ESTÉRIL IMPERMEABLE Y ABSORBENTE PARA LITOTOMÍA	UDS	1.000
	Sábana impermeable y absorbente para cubrir las mesas quirúrgicas de 150 x 100 cm. Superficie absorbente que cubra al menos 130 x 50 cm. Triple capa: inferior impermeable, capa absorbente y capa en contacto con el paciente en polipropileno. Capacidad de absorción y retención mínima de 2 l/m ²	1	

- Todos los materiales empleados deben estar exentos de látex, presentando certificados que lo acrediten.
- Exenta de materiales con ingredientes tóxicos y olores nocivos o desagradables.
- Las medidas son orientativas, admitiéndose discretas desviaciones de las mismas siempre que los paños y sábanas se adapten a su finalidad
- Se admiten soluciones alternativas siempre y cuando mejoren los procesos de paso de los pacientes de la camilla transfer a la mesa quirúrgica y viceversa.

LOTE 9: SÁBANAS NO ESTÉRILES

Nº orden	9.1	UNIDADES/AÑO	
Código HUPA	022468		
Descripción	SABANA NO ESTÉRIL 150 X 200	UDS	10.000
	Sábana impermeable doble capa en polipropileno y polietileno de 150 x 200 cm	1	

- Todos los materiales empleados deben estar exentos de látex, presentando certificados que lo acrediten.
- Exenta de materiales con ingredientes tóxicos y olores nocivos o desagradables.
- Las medidas son orientativas, admitiéndose discretas desviaciones de las mismas siempre que los paños y sábanas se adapten a su finalidad

LOTE 10: FUNDA APOYABRAZOS QUIRÚRGICOS

Nº orden	10.1	UNIDADES/AÑO	
Código HUPA	032439		
Descripción	REPOSABRAZOS P/SABANA NO ESTÉRIL DE TRANSFER	UDS	1.300
	Funda apoyabrazos bilaminado (polipropileno/spunbond y polietileno) de 70 x 30 cm (mínimo)	2	
	Cinta de sujeción con velcro	2	

- Todos los materiales empleados deben estar exentos de látex, presentando certificados que lo acrediten.
- Exenta de materiales con ingredientes tóxicos y olores nocivos o desagradables.
- Las medidas son orientativas, admitiéndose discretas desviaciones de las mismas siempre que los paños y sábanas se adapten a su finalidad

LOTE 11: MANTA PARA PACIENTE DESECHABLE

Nº orden	11.1	UNIDADES/AÑO	
Código HUPA	034911		
Descripción	MANTA PACIENTE QUIRÚRGICO DESECHABLE	UDS	5.000
	Manta un solo uso de 210 x 110 cm en polipropileno/poliéster. De al menos 125 g/m ² Envasada individualmente	1	

- Todos los materiales empleados deben estar exentos de látex, presentando certificados que lo acrediten.
- Exenta de materiales con ingredientes tóxicos y olores nocivos o desagradables.
- Las medidas son orientativas, admitiéndose discretas desviaciones de las mismas siempre que los paños y sábanas se adapten a su finalidad

LOTE 12: CHAQUETAS DE FRÍO

Nº orden	12.1	UNIDADES/AÑO
Código HUPA	031486	1.900
Descripción	CHAQUETA DE FRÍO DESECHABLE TALLA M	

Nº orden	12.2	UNIDADES/AÑO
Código HUPA	031487	1.700
Descripción	CHAQUETA DE FRÍO DESECHABLE TALLA L	

- Deben estar fabricadas 100% en polipropileno laminado: SMS no tejido
- Fabricadas en tejido no tejido, no inflamable, con un gramaje mínimo de 40 gr/m²
- Exentas de látex presentando certificado que lo acredite.
- Ergonómicas, que no limiten la movilidad del usuario.
- Cierre con botones de presión en la cara anterior.
- Resistente a líquidos y transpirable

LOTE 13: CHAQUETAS DE FRÍO

Nº orden	13.1	UNIDADES/AÑO
Código HUPA	027620	1.000
Descripción	UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE TALLA P	
	Uniforme desechable de Polipropileno (SMS no tejido) ≥ 40 gr/m ² . Chaqueta 70-72 cm largo. Panlatón 103-105 cm largo	

Nº orden	13.2	UNIDADES/AÑO
Código HUPA	027621	1.300
Descripción	UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE TALLA M	
	Uniforme desechable de Polipropileno (SMS no tejido) ≥ 40 gr/m ² . Chaqueta 73-75 cm largo. Panlatón 105-107 cm largo	

Nº orden	13.3	UNIDADES/AÑO
Código HUPA	027086	1.300
Descripción	UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE TALLA L	
	Uniforme desechable de Polipropileno (SMS no tejido) ≥ 40 gr/m ² . Chaqueta 75-77 cm largo. Panlatón 107-109 cm largo	

Nº orden	13.4	UNIDADES/AÑO
Código HUPA	027622	1.200
Descripción	UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE TALLA XL	
	Uniforme desechable de Polipropileno (SMS no tejido) ≥ 40 gr/m ² . Chaqueta 77-79 cm largo. Panlatón 109-111 cm largo	

- Deben estar fabricadas 100% en polipropileno laminado: SMS no tejido antiestático
- Fabricadas en tejido no tejido, no inflamable, con un gramaje mínimo de 40 gr/m²
- Exentas de látex y colofonia presentando certificado que lo acredite.
- Ergonómicos, que no limiten la movilidad del usuario.
- Chaqueta con dos bolsillos y escote ribeteado
- Pantalón con cordón y dos bolsillos con apertura inclinada
- Resistente a líquidos y transpirable

7 CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

Lotes 1, 2 y 3

Para cada uno de los números de orden

- UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos (sobre 10 puntos)

Aporta certificado de la empresa fabricante y distribuidora	10 puntos
Aporta certificado únicamente de la empresa fabricante	2 puntos
No aporta ningún certificado	0 puntos

- UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso (sobre 10 puntos)

Aporta certificado de la empresa fabricante y distribuidora	10 puntos
Aporta certificado únicamente de la empresa fabricante	2 puntos
No aporta ningún certificado	0 puntos

Para cada uno de los números de orden, a excepción de 1.18, 1.21 y 1.22

- Resistencia a la penetración del agua en áreas críticas de todos los paños, ensayo bajo presión hidrostática según norma UNE-EN 20811:1993 (sobre 10 puntos)

> 400 mm H ₂ O	10 puntos
> 300 y ≤ 400 mm H ₂ O	5 puntos
> 200 y ≤ 300 mm H ₂ O	1 puntos
> 100 y ≤ 200 mm H ₂ O	0 puntos

- Resistencia al Estallido-Húmedo en áreas críticas de todos los paños, ensayo según norma UNE-EN 13938-2:2000 (sobre 10 puntos)

> 300 kPa	10 puntos
> 200 y ≤ 300 kPa	5 puntos
> 100 y ≤ 200 kPa	1 puntos
> 40 y ≤ 100 kPa	0 puntos

- Limpieza de partículas en IPM (Indes Particulate Matter), ensayo según norma UNE-EN 9073:2010 (sobre 10 puntos)

≤ 1,5 IPM	10 puntos
> 1,5 y ≤ 2 IPM	5 puntos
> 2 y ≤ 2,5 IPM	1 puntos
< 2,5 IPM	0 puntos

Para el número de orden 1.18 Equipo básico para oftalmología

- Paño de oftalmológica en SMS (spunbond-meltblown-spunbond) (sobre 15 puntos)

Sábana oftalmológica en SMS (spunbond-meltblown-spunbond)	15 puntos
Sábana oftalmológica en otros materiales	8 puntos

- Limpieza de partículas en IPM (Indes Particulate Matter), ensayo según norma UNE-EN 9073:2010 (sobre 15 puntos)

≤ 1,5 IPM	15 puntos
> 1,5 y ≤ 2 IPM	8 puntos
> 2 y ≤ 2,5 IPM	4 puntos
< 2,5 IPM	0 puntos

Para el número de orden 1.21 Bata quirúrgica urológica

- Capas en mangas (sobre 5 puntos)

SMMMS+ refuerzo PET transpirable	5 puntos
SMMS + refuerzo PET transpirable	2 puntos
SMS + refuerzo PET transpirable	0 puntos

- Resistencia a penetración de líquidos en mangas y cara anterior (sobre 15 puntos)

≥ 175 y < 200 mm H ₂ O	15 puntos
≥ 150 y < 175 mm H ₂ O	9 puntos
≥ 100 y < 150 mm H ₂ O	3 puntos
Fuera de rango	0 puntos

- Cara anterior laminada (sobre 10 puntos)

Laminada con refuerzo impermeable	10 puntos
Lámina de polietileno (PET)	3 puntos

Para el número de orden 1.22 Funda taburete quirúrgico

- Tipo de material empleado (sobre 30 puntos)

SMS y polietileno	30 puntos
Poliéster y celulosa	10 puntos

Lotes 4, 5, 7 y 10

Para cada uno de los números de orden

- UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos (sobre 30 puntos)

Aporta certificado de la empresa fabricante y distribuidora	30 puntos
Aporta certificado únicamente de la empresa fabricante	10 puntos
No aporta ningún certificado	0 puntos

- UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso (sobre 20 puntos)

Aporta certificado de la empresa fabricante y distribuidora	20 puntos
Aporta certificado únicamente de la empresa fabricante	5 puntos
No aporta ningún certificado	0 puntos

Lote 6

Para cada uno de los números de orden

- UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos (sobre 10 puntos)

Aporta certificado de la empresa fabricante y distribuidora	10 puntos
Aporta certificado únicamente de la empresa fabricante	2 puntos
No aporta ningún certificado	0 puntos

- UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso (sobre 10 puntos)

Aporta certificado de la empresa fabricante y distribuidora	10 puntos
Aporta certificado únicamente de la empresa fabricante	2 puntos
No aporta ningún certificado	0 puntos

- Número de capas paño número de orden 6.1 (sobre 10 puntos)

3 o más capas + refuerzo absorbente	10 puntos
2 capas + absorbente	4 puntos
2 capas	0 puntos

- Resistencia a la penetración del agua en áreas críticas de todos los paños, ensayo bajo presión hidrostática según norma UNE-EN 20811:1993 Números de orden **6.2, 6.3, 6.4 y 6.5** (sobre 10 puntos)

> 200 mm H ₂ O	2,5 puntos
> 100 y ≤ 200 mm H ₂ O	1 puntos
> 50 y ≤ 100 mm H ₂ O	0,5 puntos
> 10 y ≤ 50 mm H ₂ O	0 puntos

- Limpieza de partículas en IPM (Indes Particulate Matter), ensayo según norma UNE-EN 9073:2010 Números de **6.2, 6.3, 6.4 y 6.5** (sobre 6 puntos)

≤ 1,5 IPM	2,5 puntos
> 1,5 y ≤ 2 IPM	1 puntos
> 2 y ≤ 2,5 IPM	0,5 puntos
< 2,5 IPM	0 puntos

Lote 8

Para cada uno de los números de orden

- UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos (sobre 10 puntos)

Aporta certificado de la empresa fabricante y distribuidora	10 puntos
Aporta certificado únicamente de la empresa fabricante	2 puntos
No aporta ningún certificado	0 puntos

- UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso (sobre 10 puntos)

Aporta certificado de la empresa fabricante y distribuidora	10 puntos
Aporta certificado únicamente de la empresa fabricante	2 puntos
No aporta ningún certificado	0 puntos

- Certificado de cumplimiento de la norma UNE-EN 13795:2011+A1:2013 Paños, batas y trajes para aire limpio de utilización quirúrgica como productos sanitarios para pacientes, personal clínico y equipos. Requisitos generales para los fabricantes, procesadores y productos, métodos de ensayo, requisitos de funcionamiento y niveles de funcionamiento, en los números de orden 12.1 y 12.2 (sobre 15 puntos)

Aporta certificado de cumplimiento	15 puntos
No aporta certificado de cumplimiento	6 puntos

- Capacidad de absorción de líquidos por m² en los números de orden 12.1 y 12.2 (sobre 15 puntos)

≥ 3 l/m ²	15 puntos
≥ 2 l/m ² y < 3 l/m ²	6 puntos
< 2 l/m ²	2 puntos
Fuera de rango	0 puntos

Lote 9

Para cada uno de los números de orden

- UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos (sobre 10 puntos)

Aporta certificado de la empresa fabricante y distribuidora	10 puntos
Aporta certificado únicamente de la empresa fabricante	2 puntos
No aporta ningún certificado	0 puntos

- UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso (sobre 10 puntos)

Aporta certificado de la empresa fabricante y distribuidora	10 puntos
Aporta certificado únicamente de la empresa fabricante	2 puntos
No aporta ningún certificado	0 puntos

- Resistencia a la penetración del agua en áreas críticas de todos los paños, ensayo bajo presión hidrostática según norma UNE-EN 20811:1993 (sobre 15 puntos)

> 200 mm H ₂ O	15 puntos
> 100 y ≤ 200 mm H ₂ O	6 puntos
> 50 y ≤ 100 mm H ₂ O	3 puntos
> 10 y ≤ 50 mm H ₂ O	0 puntos

- Resistencia al Estallido-Seco en áreas críticas de todos los paños, ensayo según norma UNE-EN 13938-2:2000 (sobre 15 puntos)

> 300 kPa	15 puntos
> 200 y ≤ 300 kPa	6 puntos
> 100 y ≤ 200 kPa	3 puntos
> 40 y ≤ 100 kPa	0 puntos

Lote 11

Para cada uno de los números de orden

- UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos (sobre 10 puntos)

Aporta certificado de la empresa fabricante y distribuidora	10 puntos
Aporta certificado únicamente de la empresa fabricante	2 puntos
No aporta ningún certificado	0 puntos

- UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso (sobre 10 puntos)

Aporta certificado de la empresa fabricante y distribuidora	10 puntos
Aporta certificado únicamente de la empresa fabricante	2 puntos
No aporta ningún certificado	0 puntos

- Limpieza de partículas en IPM (Indes Particulate Matter), ensayo según norma UNE-EN 9073:2010 (sobre 10 puntos)

$\leq 1,5$ IPM	10 puntos
$> 1,5$ y ≤ 2 IPM	5 puntos
> 2 y $\leq 2,5$ IPM	1 puntos
$< 2,5$ IPM	0 puntos

- Desprendimiento de pelusa en Log 10 (pelusa contada), ensayo según norma UNE-EN 9073:2010 (sobre 10 puntos)

≤ 2 Log 10 (pelusa contada)	10 puntos
> 2 y ≤ 3 Log 10 (pelusa contada)	5 puntos
> 3 y ≤ 4 IPM Log 10 (pelusa contada)	1 puntos
< 4 IPM Log 10 (pelusa contada)	0 puntos

- Envasada al vacío para optimización de espacio en almacenes (sobre 10 puntos)

Envasada al vacío	10 puntos
Sin envasar al vacío	0 puntos

Lote 12

Para cada uno de los números de orden

- UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos (sobre 10 puntos)

Aporta certificado de la empresa fabricante y distribuidora	10 puntos
Aporta certificado únicamente de la empresa fabricante	2 puntos
No aporta ningún certificado	0 puntos

- UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso (sobre 10 puntos)

Aporta certificado de la empresa fabricante y distribuidora	10 puntos
Aporta certificado únicamente de la empresa fabricante	2 puntos
No aporta ningún certificado	0 puntos

- Cuello y puños en tejido elástico (sobre 10 puntos)

En tejido elástico cuello y puños	10 puntos
En tejido elástico sólo puños	4 puntos
Ninguno de los dos elementos	0 puntos

- Bolsillos en cara anterior (sobre 10 puntos)

2 o más bolsillos	10 puntos
1 bolsillo	4 puntos
Sin bolsillos	0 puntos

- Cinta para colgar la chaqueta (sobre 10 puntos)

Con cinta	10 puntos
Sin cinta	0 puntos

Lote 13

Para cada uno de los números de orden

- UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos (sobre 10 puntos)

Aporta certificado de la empresa fabricante y distribuidora	10 puntos
Aporta certificado únicamente de la empresa fabricante	2 puntos
No aporta ningún certificado	0 puntos

- UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso (sobre 10 puntos)

Aporta certificado de la empresa fabricante y distribuidora	10 puntos
Aporta certificado únicamente de la empresa fabricante	2 puntos
No aporta ningún certificado	0 puntos


- En polipropileno SMS no tejido con los siguientes gramajes (sobre 20 puntos)

$\geq 43 \text{ gr/m}^2$ hasta $=45 \text{ gr/m}^2$	20 puntos
$\geq 41 \text{ gr/m}^2$ hasta $=43 \text{ gr/m}^2$	10 puntos
$= 40 \text{ gr/m}^2$ o $> 45 \text{ gr/m}^2$	0 puntos

- Con tercer bolsillo en la chaqueta (sobre 10 puntos)

Con tercer bolsillo	10 puntos
Sin tercer bolsillo	0 puntos

Alcalá de Henares a 14 de marzo de 2022



Fdo: Jesús Guinea Jaime
Sup. Recursos Materiales y Vigilancia de Productos