

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE: SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL / PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO CON DESTINO A LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE EL CRITERIO PRECIO.

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. El material objeto de contrato estará en perfectas condiciones de uso.
2. Todo el material ofertado tendrá marcado CE.
3. El material presentará una caducidad mínima de un año desde su fecha de recepción, de otra forma se procederá a su devolución y retirada a cargo del proveedor.
4. El proveedor dispondrá de un procedimiento de retirada del material caducado/defectuoso incluyendo la adecuada eliminación de los mismos.
5. En los supuestos de ruptura de stock y desabastecimiento el proveedor comunicará esta situación de forma inmediata.
6. Existirá un servicio de atención a la gestión y logística de pedidos que comprenderá al menos un teléfono, dirección de e-mail y/o fax específico de contacto.
7. El adjudicatario garantizará durante la vigencia del contrato la capacidad de abastecimiento.
8. Las entregas del suministro se efectuarán en los almacenes relacionados en este pliego.
9. En su caso, todas las instrucciones vendrán en castellano.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **10561679218768342473**

ANEXO

RELACIÓN DE ALMACENES PARA ENTREGAS DE MATERIAL:

Almacén PAVONES	C.S. Pavones C/ Hacienda de Pavones nº 271, entrada por rampa C/ Brujas 28030 - Madrid
Almacenes COSLADA	- Almacén General: Avda. de Madrid nº 11, 28822 - Coslada Semisótano del C.S. Ciudad San Pablo
Almacén MELCHOR FERNÁNDEZ	C/ Melchor Fernández Almagro nº 1 28029 - Madrid
Almacén MAJADAHONDA	Avda. España, 7 28220 - Majadahonda (Madrid)
Almacén LEGANÉS	Avda. de los Pinos nº 30, planta -1 28914 - Leganés (Madrid)
Almacén ALBERTO PALACIOS	C/ Domingo de Párraga nº 48 C.S. San Andrés Madrid - 28021



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **10561679218768342473**



Se puede comprobar en www.madrid.org/csv el código de verificación: **1050167921876833424733**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	400379	ESTACION METEOROLÓGICA PRUEBAS	Estación meteorológica analógica para medición de temperatura, humedad y presión. Con tres esferas diferenciadas. Para colgar en pared.
2	400050	FONENDOSCOPIO ADULTO DOBLE CAMPANA	Fonendoscopio de doble campana giratoria en aluminio anodizado, libre de látex, tubo en Y de goma en una sola pieza, olivas blandas. Diámetro de la campana 45/31 mm y altura 20 mm . Longitud del tubo 60 cm y diámetro 5 mm.
3	400278	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO DOBLE CAMPANA	Fonendoscopio de doble campana giratoria en aluminio anodizado, libre de látex, tubo en Y de goma en una sola pieza, olivas blandas. Diámetro de la campana 40/26 mm y altura 20 mm . Longitud del tubo 60 cm y diámetro 5 mm.
4	400381	LAMINA P/DIAGNOSTICO ESTEREOPSIS T.LANG	Juego de láminas plastificadas en las que se presentan 3 objetos de altas disparidades para realizar estereopsis, prueba diagnóstica que permite distinguir con alta precisión la tridimensionalidad de una escena visual a partir de dos imágenes ligeramente diferentes.
5	400014	LINTERNA DIAGNOSTICO TIPO BOLIGRAFO	Linterna metálica tipo bolígrafo con pilas .
6	400277	OFTALMOSCOPIO PORTATIL	Oftalmoscopio portátil con luz Xenon/Halógena que no altere el color real del tejido. Rango de corrección: de -20 D a + 20 D. Mínimo de 4 aberturas de diafragma incluida la estrella de fijación.–Con funda . Utilización de pilas AAA.
7	400049	OTOSCOPIO PORTATIL HALOGENO 2,5V CON PILAS	Otoscopio portátil con lupa. Luz Xenon/halógena clara y brillante que no altere el color real del tejido. Con alojamiento de espéculos metálico. Con funda. Utilización de pilas AAA.
8	400384	PULSIOXIMETRO PORTATIL DIGITAL C/SENSOR INTEGRADO	Pulsioxímetro para adultos. Debe detectar la saturación del oxígeno y el latido cardíaco a través del sensor del dedo con histograma del latido. Alarmas acústicas y visuales. Rango de medición entre 35% a 99% - Precisión: $\pm 2\%$ entre 75% y 99%. Alimentación: baterías AAA/botón Litio. Señal de baja batería. Apagado automático en 5 segundos.



www.madrid.org/csv
67921876833424733
Lote: 400383
Identificación de la compra mediante el código de barras

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
9	400383	PULSIOXIMETRO PORTATIL DIGITAL C/SENSOR INTEGRADO ESPECIAL PEDIATRIA	Pulsioxímetro apto para niños a partir de 1 año de edad. Debe detectar la saturación del oxígeno y el latido cardíaco a través del sensor del dedo con histograma del latido. Alarmas acústicas y visuales. Rango de medición entre 35% a 99% - Precisión: $\pm 2\%$ entre 75% y 99%. Alimentación por baterías AAA/botón Litio. Señal de baja batería. Apagado automático en 5 segundos.
10	400013	TENSIOMETRO ANEROIDE PORTATIL	Tensiómetro aneroide, manguito con válvula de una salida. Pera de insuflación libre de látex con válvula de purga cromada de precisión con ajuste fino y filtro protector, que pueda ser comprimida con facilidad y mango de cuchara de acero inoxidable. Conector machi/hembrado metálico para cambio del manguito. Margen de error no superior a ± 3 mm. de HG. Manómetro metálico de escala de lectura de 50 mm de diámetro aproximado. Cuatro tamaños de manguitos con medidas aproximadas: obesos 32-41 cm, adulto 24-32 cm, pediátrico 13-18 cm, lactante 8-13 cm. Estuche de transporte.
11	400377	TENSIOMETRO DIGITAL PORTATIL	Monitor de presión arterial digital automático de brazo. Manguito/s compatible para medidas de 22 a 42 y pequeño de 17 a 22. Pantalla grande. Indicador de presión arterial alta y ajuste erróneo del brazalete. Detector de arritmias y movimiento corporal. Control de presión de insuflado en cada medición. Apagado automático. Rango de medición para P.A. 0/290. Rango medición F.C. 40/180. Precisión para P.A. ± 3 mm Hg. Alimentación a pilas y red con adaptador incluido. Indicador de batería baja. Con estuche. Validado clínicamente. Adaptado legislación CE.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.comunidadmadrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **10562821876833424733**

RELACION PRECIO Y UNIDADES:

Lote	Material	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote
1	400379	ESTACION METEOROLOGICA PRUEBAS	UNIDAD	52,00	60	3.120,00	21	3.775,20
2	400050	FONENDOSCOPIO ADULTO DOBLE CAMPANA	UNIDAD	12,30	712	8.757,60	21	10.596,70
3	400278	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO DOBLE CAMPANA	UNIDAD	11,90	185	2.201,50	21	2.663,82
4	400381	LAMINA P/DIAGNOSTICO ESTEREOPSIS T.LANG	UNIDAD	145,62	50	7.281,00	21	8.810,01
5	400014	LINTERNA DIAGNOSTICO TIPO BOLIGRAFO	UNIDAD	2,88	312	898,56	21	1.087,26
6	400277	OFTALMOSCOPIO PORTATIL	UNIDAD	80,00	90	7.200,00	21	8.712,00
7	400049	OTOSCOPIO PORTATIL HALOGENO 2,5V C/PILAS	UNIDAD	40,00	212	8.480,00	21	10.260,80
8	400384	PULSIOXIMETRO PORTATIL DIGITAL C/SENSOR INTEGRADO	UNIDAD	42,40	620	6.288,00	21	31.808,48
9	400383	PULSIOXIMETRO PORTATIL DIGITAL C/SENSOR INTEGRADO ESPECIAL PEDIATRIA	UNIDAD	58,88	380	22.374,40	21	27.073,02
10	400013	TENSIOMETRO ANEROIDE PORTATIL	UNIDAD	41,35	600	24.810,00	21	30.020,10
11	400377	TENSIOMETRO DIGITAL PORTATIL	UNIDAD	65,29	400	26.116,00	21	31.600,36
						137.527,06	28.880,69	166.407,75

POR EL ADJUDICATARIO

Sello y firma:

POR LA ADMINISTRACIÓN:

La Gerente Adjunta de Gestión y
Servicios Generales
Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76
de 31/03/2011)

María Luisa Tello García