

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE CEMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, forma parte del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adquisición del **SUMINISTRO DE CEMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”**.

LOTE	CODIGO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
1	053414	CEMENTO OSEO DE ALTA VISCOSIDAD CON DOS ANTIBIOTICOS <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cemento de alta viscosidad. ▪ Agente radiopaco: Dióxido de Zirconio. ▪ Esterilización por óxido de etileno. ▪ Antibiótico: Gentamicina – Clindamicina ▪ Presentación: Unidad de 40 gr. de polvo y 20 ml de líquido.
2	160009	CEMENTO OSEO DE ALTA VISCOSIDAD SIN ANTIBIOTICO <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cemento de alta viscosidad. ▪ Agente radiopaco: Dióxido de zirconio ▪ Esterilización por óxido de etileno ▪ Presentación: Unidad de 40 gr. de polvo y 20 ml de líquido.
3	160026	CEMENTO OSEO DE ALTA VISCOSIDAD CON ANTIBIOTICO <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cemento de alta viscosidad. ▪ Agente radiopaco: Dióxido de Zirconio. ▪ Esterilización por óxido de etileno. ▪ Antibiótico: Gentamicina. ▪ Presentación: Unidad de 40 gr. de polvo y 20 ml. de líquido
4	010905	JERINGA DE CEMENTO DESECHABLE SISTEMA DE JERINGA PARA INYECCION DE CEMENTO OSEO, CON CANULA INCLUIDA Compatible con la pistola de introducción del cemento propiedad del Hospital (CMWMKIII CEMENT GUM)
5	160031	RESTRICTOR INTRAMEDULAR DE POLIETILENO <ul style="list-style-type: none"> ▪ Para sellado de canal medular.

LOTE	CODIGO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
6	057997	RESTRICTOR INTRAMEDULAR DE POLIETILENO BIOABSORBIBLE <ul style="list-style-type: none">• Para sellado de canal medular.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: (SI)

2 unidades por lote

No obstante, durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

*Las muestras se entregarán en el Almacén General **separadas** del resto de documentación del expediente.*

Madrid, a 25 de agosto de 2016

LA DIRECTORA GERENTE,



Hospital Universitario
12 de Octubre
Comunidad de Madrid

Fdo.: 
Carmen Martínez de Pancorbo González.

ANEXO PLIEGO TECNICO

EXPEDIENTE 2016-0-101

OBJETO: SUMINISTRO DE CEMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA

PRESUPUESTO										
LOTE	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRORROGA 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 10%	IVA 21%	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO
1	053414	CEMENTO OSEO ALTA VISCOSIDAD DOS ANTIBIOTICOS	76	76	103,00	7.828,00	782,80		8.610,80	15.656,00
2	160009	CEMENTO OSEO ALTA VISCOSIDAD SIN ANTIBIOTICO	200	200	29,50	5.900,00	590,00		6.490,00	11.800,00
3	160026	CEMENTO OSEO ALTA VISCOSIDAD CON ANTIBIOTICO	2.200	2.200	43,50	95.700,00	9.570,00		105.270,00	191.400,00
4	010905	JERINGA DE CEMENTO DESECHABLE	540	540	33,50	18.090,00		3.798,90	21.888,90	36.180,00
5	160031	RESTRICTOR INTRAMEDULAR DE POLIETILENO	480	480	45,00	21.600,00	2.160,00		23.760,00	43.200,00
6	057997	RESTRICTOR INTRAMEDULAR BIOABSORBIBLE DE	34	34	67,00	2.278,00	227,80		2.505,80	4.556,00
						151.396,00	13.330,60	3.798,90	168.525,50	302.792,00
Importe Total Valor Estimado 10%.....										333.071,20

